

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 15.12.2022 roku

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

### INFORMACJA

**Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy Pzp), pn.: „Sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych” sprawa nr 119/22. Specyfikację zatwierdzono: 08.12.2022 roku.**

1) Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4: taśmę TOT do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, z plastikową dwuczęściową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, grubości 0,33 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez złączy

**oraz**

2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji przez otwory zasłonowe?

**Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.**

2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie oferty drogą elektroniczną, np. e-mailem?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody, oferta musi być złożona i przystana zgodnie z zapisami SWZ.**

  
**KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczek**