

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 20 – 10 --2015 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: ***Sukcesywne dostawy jednorazowego układu oddechowego CPAP Infant oraz akcesoriów pomocniczych do CPAP***

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1

Poz. 1- Czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy zawierał antybakteryjną powłokę z zawartością jonów srebra, która eliminuje bakterie na powierzchni układu i chroni go przed namnażaniem się mikroorganizmów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza układ o powyższej charakterystyce.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga układu oddechowe o następującym składzie:

- odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm z niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o dł. ok. 30 cm
- odcinek wydechowy
- generator
- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem
- zestaw 3 końcówek donosowych o rozmiarach 4 mm (S); 4,5 mm (M); 5 mm (L)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza układ o powyższym składzie.

Pytanie nr 3

Poz. 14-16 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czapeczek w miejsce paskowego mocowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czapeczki w miejsce paskowego mocowania.

Pytanie nr 4

Poz. 19 - Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała system zapobiegający nadmiernemu parowaniu i była oznakowana datą ważności i numerem serii na opakowaniu indywidualnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komorę o powyższej charakterystyce.

Pytanie nr 5

do pakietu nr 1 do pozycji nr 14,15,16 tj. Paskowe mocowania układu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w miejsce paskowych mocowań pacjenta czapeczek które to były stosowane od samego początku przy aparacie Infant Flow i sprawdzały się bardzo dobrze. A obecnie są stosowane w wielu szpitalach w Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w miejsce paskowych mocowań czapeczki.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

nowy termin:

Termin złożenia – do godz. 9⁰⁰ dnia 23 października 2015 r.

Termin otwarcia – godz. 9³⁰ dnia 23 października 2015 r.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek