

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 23-10- 2017 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: ***Sukcesywna dostawa zamkniętego, próżniowego systemu do pobierania krwi do badań laboratoryjnych.***

(sprawa nr 61/17)

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 6 Formularza Cenowego dopuści próbówki o określonych w SIWZ parametrach o terminie ważności 4 miesiące od dostarczenia do siedziby Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 6 Formularza Cenowego próbówki o terminie ważności 4 miesiące od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymagając przeprowadzanie audytu fazy przedlaboratoryjnej wymaga, aby Wykonawca przedstawił min. trzy referencje o przeprowadzeniu audytu określonego w SIWZ wykonanego w ostatnich trzech latach na terenie kraju na oferowanym przez Wykonawcę sprzęcie do pobierania krwi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga referencji.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na czwartek, 26 października?

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania – **do godz. 9⁰⁰ dnia 26 października 2017 r.**

Termin otwarcia – **godz. 9³⁰ dnia 26 października 2017 r.**

Pytanie 4 dotyczy załącznika nr 4 pozycji 6,7

Czy Zamawiający w pozycji 6,7 dopuści próbówki z rozcieńczeniem cytrynianu sodowego wynoszącym 3,8% zamiast 3,2% z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wpięcia w sieć aparatu na którym planuje wykonać mniejszą ilość badań?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Zgodnie bowiem z linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki próbki). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, jednakże cena końcowa oferty wynikająca z podsumowania wszystkich pozycji asortymentowych musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie 7

Czy zamawiający w pozycji 14 i 15 wymaga igieł systemowych bezpiecznych, tzn – zgodnie z zapisem Wymagań pkt 5a - igieł systemowych z zabezpieczeniem przeciw przypadkowemu zakłuciu, umieszczonym bezpośrednio na igle.

Odpowiedź: Tak

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j) zmianę treści SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk