

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 16-10- 2018 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: ***Sukcesywne dostawy odczynników oraz wyrobów jednorazowego użytku dla potrzeb Pracowni Histopatologii***
nr sprawy: 117/18

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie wyłącznie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku (*wartość zamówienia netto oraz brutto należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku*).

Pytanie nr 2

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zobowiązanie .

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający przy określaniu ilości zamawianego asortymentu dochował należytej staranności jednak w związku z różnorodnością zamawianych materiałów nie jest w stanie dokładnie określić ilości zamówionych wyrobów w trakcie trwania umowy.

Pytanie nr 4

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 5**Dotyczy wzoru umowy:**

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Pytanie nr 6

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odpowiedź dotyczy pytania nr 4-6: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na które będzie składana oferta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostawienie w „Formularzu Ofertowym” wyłącznie tych pozycji/nr zadania, na które będzie składana oferta.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania 3

Ze względu na dostępność szerokiej gamy parafin do histopatologii zwracamy uwagę, iż przy obecnym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający może uzyskać parafinę do histopatologii o najniższej jakości wymagającej dodatkowych składników uplastyczniających, których oferta może nie obejmować, co naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga parafiny do histopatologii o temperaturze topnienia od 56 do 58°C, min. trzykrotnie filtrowanej, o formule histopatologicznej, dostępnej w granulacie nie mniejszym niż 5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parafinę o powyższej charakterystyce.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania 4

Poz.1. Prosimy o dopuszczenie odwapniacza do kości, szybkiego, gotowego do użycia w op. 1 L.

Poz. 2 Prosimy o dopuszczenie eozyny wodnej w butelkach 1L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe wyroby w op. 1 l.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania 5

Poz.1 Prosimy o dopuszczenie hematoksyliny Mayera w op. 1L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza hematoksyliny Mayera w op. 1 l.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania 6

Poz.1 Prosimy o dopuszczenie szkiełek opakowanych na zewnątrz jedną folią.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szkiełka opakowane na zewnątrz jedną folią.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania 7

Poz. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kapsułki biopsyjne do przeprowadzania bardzo drobnego materiału z nylonową siateczką o otworach 200 µm, w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie/parametry.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania 8

Poz. 1, 2, 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nożyków równoważnych wraz z dedykowanymi dla nich uchwytami. Sądząc po opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający opisuje nóż do mikrotomu. Wskazanie na uchwyt F80mini jest w rzeczy samej wskazaniem na producenta opisanych w tych pozycjach noży niskoprofilowych, ponieważ uchwyty do noży F80mini kompatybilne są wyłącznie z nożami tego samego producenta (Feather). Zatem wymóg kompatybilności służy ograniczeniu konkurencji, a nie uzyskaniu określonych parametrów, gdyż nie wpływa to ani na jakość cięcia, ani na kompatybilność z mikrotomem. Uchwyty te są plastikowym elementem służącym do mocowania zużytych noży Feather, dzięki czemu istnieje możliwość dodatkowego użycia noży np. w procesie obróbki materiału). Taką samą funkcję pełnią dostępne u innych producentów uchwyty do noży typu mini. Wielkość i rozmieszczenie otworów na ostrzu ma służyć kompatybilności z uchwytami tego samego producenta i parametr ten nie ma żadnego wpływu na użycie noży podczas cięcia w mikrotomie. Wobec czego aktualny opis przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji narusza art. 29 ust. 3 oraz art. 7 ust. 3 PZP.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby spełniały wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania 8

Poz. 4. Prosimy o dopuszczenie noży przeznaczonych do cięcia tkanek zamrożonych w kriostacie wykonanych ze stali nierdzewnej w op. 50 szt. w ilości 2 op.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania 8

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści ostrza o kącie 34 st?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 6 poz. 1.

Pod jakim kątem mają być szlifowane krawędzie (45' czy 90') dla szkiełek podstawowych 76x26x1 mm z obustronnym polem do opisu.

Odpowiedź: Zamawiający dla szkiełek podstawowych dopuszcza kąt szlifowania krawędzi 45' oraz 90'.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 6 poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie do postępowania szkiełka podstawowe 76x26x1-1,2 mm z obustronnym polem do opisu jednego o bardzo wysokich parametrach technicznych, jednego z niemieckich producentów, stosowanych w polskich zakładach patomorfologii histopatologii od ponad 20 lat, **pakowanych jednak** w tekturowe opakowania (1 op.=50 szt.) bez stosowania folii zewnętrznej oraz wewnętrznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szkiełka podstawowe o powyższej charakterystyce.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 6 poz. 2.

Czy szkiełka nakrywkowe 24x60mm (op.=100 szt.) mają być szkiełkami do nakrywania ręcznego, czy szkiełkami do nakładania automatycznego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szkiełka nakrywkowe do nakrywania ręcznego.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania 6 poz. 2

Jakiej grubości wymaga zamawiający dla szkiełek nakrywkowych 24x60 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szkiełka nakrywkowe o grubości 0,13-016 mm.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 10, pozycja 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kasetek w op. 500 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kasetki w op. 500 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 10, pozycja 2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kasetek w op. 1000 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kasetki w op. 1000 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Zmiany należy uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert określonego w części H SIWZ – Zamawiający wyznacza nowy termin:

Termin składania – do godz. 9⁰⁰ dnia 19 października 2018 r.

Termin otwarcia – godz. 9³⁰ dnia 19 października 2018 r.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek