

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 27 sierpnia 2018 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: **„Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i systemu back-up oraz dzierżawę systemu informatycznego do zarządzania Bankiem Krwi i Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej”**
sprawa nr 44/18

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści dostawy wszystkich odczynników zgodnie z harmonogramem dostaw, a w przypadkach pilnych w ciągu 3 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawy wszystkich odczynników zgodnie z harmonogramem dostaw, (przekazanym Zamawiającemu niezwłocznie po zawarciu umowy), a w przypadkach pilnych w ciągu 3 dni.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że wymieniona w części B SIWZ pkt. 8 „Wymagania dodatkowe” pkt. 6 wirówka laboratoryjna również po zakończeniu umowy przejdzie na własność Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wirówka laboratoryjna po zakończeniu umowy przeszła na własność Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że w zał. „Parametry graniczne” pkt. 3 doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga innych klonów odczynnika anty-D, gdyż aktualnie obowiązujące przepisy nie dopuszczają oznaczenia antygenu D na dwóch tych samych seriach odczynnika anty-D. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że przynajmniej jeden klon winien wykrywać kat. VI.

Odpowiedź: Zamawiający w Formularzu Ofertowym (2) - tabela pn.: „Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników do oznaczeń metodą mikrokolumnową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych podłożem separującym w serologii transfuzjologicznej” **pkt.3** wymaga innych klonów odczynnika anty-D oraz potwierdza, że przynajmniej jeden klon winien wykrywać kat. VI.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że w zał. „Parametry graniczne” pkt. 5 doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga innych klonów odczynnika anty-D, gdyż aktualnie obowiązujące przepisy nie dopuszczają oznaczenia antygenu D na dwóch tych samych seriach odczynnika anty-D.

Odpowiedź: Zamawiający w Formularzu Ofertowym (2) - tabela pn.: „Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników do oznaczeń metodą mikrokolumnową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych podłożem separującym w serologii transfuzjologicznej” **pkt.5** wymaga innych klonów odczynnika anty-D.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści termin ważności mikrokart min. 9 m-cy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin ważności mikrokart min. 9 m-cy.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 21 Parametry graniczne Oferent winien załączyć do oferty przykładowy wydruk z monitoringu temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jednakże nie jest to wymóg konieczny do spełnienia.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 8 VI. Zestawienie wymogów ogólnych Parametry graniczne przegląd analizatora 1 x w roku co jest zgodne z procedurą producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni co podyktowane jest procedurą producenta oraz jego siedzibą poza terytorium RP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza termin załatwienia reklamacji wynoszący 14 dni.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Z-cy Dyrektora

Główny Księgowy

mgr Barbara Śmitowska