

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 08-10 - 2018 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: „**Sukcesywne dostawy akcesoriów do zabiegów endoskopowych**”
sprawa nr 51/18

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klamerek zaciskowych, cewnik 12FR o długości 15 cm, 20cm, 24 cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika miękkie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczone prowadnica J-Flex Tip 0.038”, dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 2 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jednorazowe klipsy naczyniowe pojedyncze i/lub podwójne o wymiarach:

Rozmiar S: rozmiar: 2.3mm i/lub 4.0mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 0.2 - 1 siła zamykania wynosi 15-30(gf)

Rozmiar M: rozmiar: 2.4mm i/lub 4.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: max 1,0 siła zamykania wynosi: 20-40(gf)

Rozmiar L: rozmiar: 3.0mm i/lub 5.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 1-2 siła zamykania wynosi: 30-60(gf)

Rozmiar XL: rozmiar: 3.5mm i/lub 6.5mm średnica naczynia krwionośnego wynosi: 2-4 siła zamykania wynosi: 60-120(gf)

Szczęki każdego klipsa tętnicy i żył posiadają unikalną półkulistą budowę zapewniającą bezpieczeństwo, antypoślizgowość i chronią przed okluzją. Ciśnienie zaciskania jest zawsze dokładnie takie samo co w przypadku klipsów wielorazowych ciśnienie zacisku za każdym razem jest mniejsze. Klipsy tętnicze są żółte, a żył zielone. Zapewnia to łatwy system identyfikacji w polu chirurgicznym. Każdy klips dostarczany jest w jałowym, podwójnie zamkniętym woreczku. Po zakończeniu każdej procedury, liczba pustych torebek potwierdza dokładność liczby używanych klipsów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 2 poz. 9 i 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Zadania nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z Zadania nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający **podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.**

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 i dopuści:

Odpowiedź: Zamawiający **podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.**

Poz. 1

Prowadnik endoskopowy z jedną końcówką roboczą o dł. 5, 6 i 13cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ**

Poz. 4

Samorozprężalne stenty, do protezowania zwężeń dróg żółciowych, zamontowane na zestawie o średnicy max. 9 Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ**

Poz. 5

Samorozprężalne stenty przełykowe, dostępne długości: 10, 12 i 14 cm; Dostępne średnice: 20, 24 mm. System uwalniający: Średnica: 24 Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza samorozprężalne stenty przełykowe o powyższej charakterystyce przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.**

Poz. 11

Klips hemostatyczny jednorazowego użytku; długość 195, 230. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza klips hemostatyczny jednorazowego użytku o długości 195, 230 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w SIWZ.**

Pytanie nr 5 dotyczy „Projektu Umowy”

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 4 „Projekt umowy” do SIWZ, poprzez nadanie par. 4 ust. 4 pkt a) zdanie drugie następującej treści: „Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili pobrania ich ze składu konsygnacyjnego przez Zamawiającego pozostają własnością Wykonawcy.”

Odpowiedź (dotyczy § 4 Projektu Umowy w zakresie realizacji umowy na dostawę wyrobów określonych w zadaniu nr 2 poz. 2, 3, 4, 5): Zamawiający **modyfikuje treść § 4 ust. 4 pkt a) poprzez zastąpienie dotychczasowej treści następującą treścią:**

- „ a) niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem wybrane przez niego wyroby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy dokumentując wydanie wyrobów dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ich ilość i asortyment. Wyroby te przekazywane są osobie wytypowanej przez Zamawiającego do koordynacji prac związanych z prowadzeniem składu i do chwili **pobrania ich ze składu konsygnacyjnego** przez Zamawiającego pozostają własnością Wykonawcy”.
- (Odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ)

Pytanie nr 6 dotyczy „Projektu Umowy”

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 4 „Projekt umowy” do SIWZ, poprzez dodanie do par. 4 ust. 4 pkt g) w brzmieniu: „W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w składzie konsygnacyjnym więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out. Produkt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany ze składu konsygnacyjnego przez Zamawiającego.”

Odpowiedź (dotyczy § 4 Projektu Umowy w zakresie realizacji umowy na dostawy wyrobów określonych w zadaniu nr 2 poz. 2, 3, 4, 5): Zamawiający modyfikuje treść § 4 ust. 4 poprzez dodanie do dotychczasowej treści pkt. g w brzmieniu:

„W przypadku, gdyby Zamawiający posiadał w składzie konsygnacyjnym więcej niż jeden produkt danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności produkt z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out (pierwsze wchodzi, pierwsze wychodzi) Produkt, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany ze składu konsygnacyjnego przez Zamawiającego.”
(Odpowiedź prowadzi do zmiany treści SIWZ)

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zmianę treści SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert określonego w części H SIWZ – Zamawiający wyznacza nowy termin:

Termin składania – **do godz. 9⁰⁰ dnia 15 października 2018 r.**

Termin otwarcia – **godz. 9³⁰ dnia 15 października 2018 r.**

Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Lewlaczuk