

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kalisz, 17 lipca 2018 roku

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: ***Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną - stoły rehabilitacyjne sprawa nr 36/18***

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, informujemy, co następuje:


Pytanie nr 1 - Dotyczy: ***Załącznik nr 1b Sprawa nr 36/18***

Punkt nr 10. Czy zamawiający dopuści sterowanie wysokością stołu za pomocą ramy przebiegającej wokół podstawy stołu, zamiast pilota ręcznego? System elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu (od 52 do 103 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości. Obecnie jest to najlepsze i najczęściej wybierane przez terapeutów oraz personel medyczny rozwiązanie. Daje możliwość regulacji wysokości z każdej pozycji przy stole, bez konieczności odrywania rąk od pacjenta. Eliminuje również konieczność szukania pilota oraz przekładanie kabla pomiędzy elementami konstrukcji stołu. Magnetyczny, bezstykowy przełącznik sterujący wysokością, to gwarancja wieloletniej i bezawaryjnej pracy stołu. Poniżej załączam zdjęcia pokazujące system regulacji wysokości.

Dopuszczenie dodatkowo do postępowania powyższych parametrów umożliwi zaproponowanie jeszcze jednego urządzenia, które służy do wykonywania tego samego zabiegu a różni się jedynie drobnymi szczegółami technicznymi.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Uzasadnienie: Wymóg wpisany do wniosku UE w postaci pilota ręcznego



Pytanie nr 2 - Dotyczy: ZAŁĄCZNIK nr 1b Sprawa nr 36/18

Punkt nr 13 Czy zamawiający dopuści regulację zagłówka w zakresie $-70/+40[^\circ]$

Dopuszczenie dodatkowo do postępowania powyższych parametrów umożliwi zaproponowanie jeszcze jednego urządzenia, które służy do wykonywania tego samego zabiegu a różni się jedynie drobnymi szczegółami technicznymi.

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Uzasadnienie: Wymóg wpisany do wniosku UE -85/+35

Pytanie nr 3 - Dotyczy: ZAŁĄCZNIK nr 1b Sprawa nr 36/18

Punkt nr 16. Czy zamawiający dopuści stół o długości 205cm oraz szerokości 64 cm?

Dopuszczenie dodatkowo do postępowania powyższych parametrów umożliwi zaproponowanie jeszcze jednego urządzenia, które służy do wykonywania tego samego zabiegu a różni się jedynie drobnymi szczegółami technicznymi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe.

Zamawiający informuje, że treść powyższej odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy ją uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek