

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 15-05-2020 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: „**sukcesywne dostawy preparatów do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
sprawa nr 26/20**”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji na bazie etanolu 72% (720 mg/g), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, fenolu i jego pochodnych, z dodatkiem glicerolu oraz emolientu, które chronią skórę przed wysuszeniem, wykazują właściwości nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę? Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 1500 – 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z EN 12791 – 90 sek., spektrum działania B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro) w czasie 30 sek., dodatkowe działanie wobec wirusów BVDV (HCV), VACCINIA, ROTA, H1N1, H5N1, HIV, HBV, CORONA – 15 sek. Preparat przebadany wg obowiązujących norm europejskich na szczepach normatywnych, dedykowany do skóry alergicznej i bardzo wrażliwej (badania dermatologiczne), hipoalergiczny, bez substancji obciążających skórę. Opakowanie 700ml z zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza do wnętrza opakowania, dostosowane do dozowników w systemie zamkniętym. Produkt biobójczy. W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o merytoryczne uzasadnienie wymogu krótszych czasów działania na wymagane spektrum niż nakazuje obowiązująca norma EN 1500.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat o powyższej charakterystyce.

Pytanie nr 2

Poz. 1 - W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania o odmiennej zawartości, niż określono w „Formularzu Cenowym” pod warunkiem, że ilość opakowań zostanie przeliczona tak, aby ogólna ilość preparatu wyniosła 5 250,00 l. Jeżeli z wyliczeń wychodzi wartość ułamkowa, należy ją zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. Należy zaznaczyć dokonaną zmianę (wielkość opakowania i ilości op.) przez jej podkreślenie lub wyróżnienie kolorem oraz zaznaczyć zmiany w kolumnie „Przedmiot zamówienia”.

Pytanie nr 3

Poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dozowników ściennych kompatybilnych z preparatem oferowanym w poz. 1, obecnie stosowanych w placówce Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 4 - Dotyczy WZORU UMOWY

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 4 lit. e) słowa „2-krotnie” słowem „3-krotnie”.
2. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany umowy poprzez dodanie § 7a) o treści: Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie – zwiększeniu w razie zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- 4) wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 5 %
- 5) zmiany innych przepisów prawa mających wpływ na sposób wykonania umowy i wysokość wynagrodzenia
3. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 8 ust. 2 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?
4. Czy Zamawiający widzi możliwość dodania w § 8 ust. 6 o następującej treści: Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a szczególności okoliczności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID - 19. W przypadku braku produktów będących przedmiotem umowy Zamawiający wyraża zgodę na się dostarczenie preparatu o zbliżonych parametrach i analogicznym przeznaczeniu .

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Pytanie nr 5 - Dot. SIWZ rozdział B punkt 8,

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w zakresie wymaganej ilości dozowników. W formularzu cenowym Zamawiający w pozycji 2 oczekuje wyceny 420 sztuk dozowników przeznaczonych do preparatu z pozycji 1, natomiast w SIWZ oraz w projekcie umowy wymaga w ramach przedmiotu zamówienia oraz w jego cenie dostarczenia i zamontowania 880 sztuk dozowników. Czy Zamawiający oczekuje wyceny, dostarczenia i montażu ilości dozowników zgodnych z formularzem cenowym tj. 420 szt.? Jeśli tak to prosimy o modyfikacje SIWZ oraz projektu umowy w zakresie ilości wymaganych dozowników.

Jeśli nie prosimy o dokładne wyjaśnienie w zakresie oczekiwanych ilości dozowników.

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 2 Formularza cenowego wymaga wyceny 420 sztuk - dostawa dozowników będzie następować sukcesywnie (bez montażu) zgodnie z rzeczywistymi potrzebami zamawiającego.

Dostawa wraz z montażem 880 sztuk dozowników musi nastąpić w terminie max.14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, a koszty należy uwzględnić w cenie oferowanego preparatu w pozycji 1 Formularza cenowego.

Pytanie nr 6 - Dot. projektu umowy § 1 ust.8

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z prośbą o wydłużenia maksymalnego terminu zamontowania dozowników do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie nr 7-Dot. projektu umowy § 4 ust. a) oraz ust. e)

Wnosimy o modyfikację zapisów §4 ust. a) i ust. e) umowy w sposób następujący:

§ 4

ROZWIĄZANIE UMOWY

Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

- a. *Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy **czterokrotnie** przekroczy, o co najmniej **pięć** dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 5 umowy,*
- e. *pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej **4-krotnie**) uchybienia w zakresie ilości, jakości dostarczanych wyrobów.*

Pytanie nr 8-Dot. projektu umowy § 5 ust. 1

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie

eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostawy przedmiotu umowy wnosimy o wydłużenie terminu dostawy do 7 dni roboczych.

Pytanie nr 9-Dot. projektu umowy § 5 ust. 8

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy ust. 8 §5 w sposób następujący:

8. *W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę zamówionego asortymentu w terminie określonym w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zakupu zamówionego, a niedostarczonego asortymentu u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościć prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.*

Pytanie nr 10-Dot. projektu umowy §6 ust. 3

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu wymiany towaru na wolny od wad wnosimy o wydłużenie terminu do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 11-Dot. projektu umowy §4 i §8

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na środki dezynfekcyjne na całym świecie) wnosimy o wprowadzenie do umowy zmiany polegającej na wykreśleniu z umowy §8 (tj. postanowień dotyczących kar umownych) oraz §4 umowy.

Pytanie nr 12-Dot. projektu umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.

1. *Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.*
2. *Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.1.*

Pytanie nr 13-Dot. projektu umowy §4 i §8

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §8 umowy poprzez dodanie do umowy zapisu o następującej treści:

1. *Strony postanawiają, że zapisy §4 i §8 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.*
2. *Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.*

Odpowiedź dot. pytania nr 6-13: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Pytanie nr 14 -Dot. formularza cenowego, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu typu *Skinman Soft Protect* wykazującego spektrum działania na drożdże w czasie 15 s. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.*

Pytanie nr 15

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (63,7g/100g) i propad-2-olu (6,3g/100g). Bez zawartości jodu, chlorheksydy, fenolu i jego pochodnych. Bezbarwny, zawierający substancję pielęgnującą – glicerynę, dzięki specjalnej formule zapobiega uczuciu lepkości dłoni, przebadany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 (2x15s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 (2x 90s). Spektrum działania B, Tbc, V (Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro – 30s, F – 15s. Opakowanie – worek o poj 1l, z systemem dozowania uniemożliwiającym zanieczyszczenie pozostałej zawartości, kompatybilnych z dozownikami łokciowymi tego samego producenta ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.*

Pytanie nr 16

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści dozownik ścienny, przeznaczony do dozowania preparatów do odkażania i mycia rąk w postaci płynu, żelu lub pianki, dostosowany do wkładów w postaci worków o pojemności 1L, działający w systemie zamkniętym, z okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości pozostałego preparatu. Posiadający plastikowe ramię dozujące, wymiary: szer. 130 mm, wys. 275 mm, dł ramienia ok. 130 mm, kompatybilny z produktem do dezynfekcji rąk w workach o poj 1l od tego samego producenta ?

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.*

Pytanie nr 17

Poz 1 - Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu 85%, bez zawartości jodu, chlorheksydy, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B – 15s., F – 15s., Tbc – 20s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) – 15s., Adeno, Polio – 30 sekund.). Opakowanie a 1000 ml z pompką dozującą, dopasowane do dozowników w systemie zamkniętym. **Produkt biobójczy ***. Zamawiający specyfikuje produkt *Skinman Soft Protect* w systemie *Nexa*, nie dopuszczając innych lepszych rozwiązań, a tym samym naraża szpital na poniesienie nie uzasadnionych kosztów zakupu preparatu tylko jednej firmy. Jest to sprzeczne z PZP.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.*

Pytanie nr 18

Poz 2 - Prosimy o dopuszczenie do oceny dozownika ściennego, przeznaczonego do dozowania preparatów do odkażania i mycia rąk w postaci płynu, żelu o następujących właściwościach: dostosowany do wkładów (butelek) 1000 ml, działający w systemie zamkniętym. Wymiana butelki wraz z jednorazową pompką. Zasysająca się butelka, minimalizująca niewykorzystane pozostałości produktu. Rozmiar do 240 mm x 140 mm x 105mm, umożliwiający umieszczenie dozownika w ograniczonej przestrzeni. Możliwość zamontowania tacki zabezpieczającej przed kapaniem preparatu na podłogę. W zestawie kolorowe plakietki, ułatwiające identyfikację produktu (mycie/dezynfekcja), także w wariantach zawierających logo/nazwę klienta. W zestawie tablica pod dozownik, przedstawiająca technikę dezynfekcji rąk i/lub naklejki na dozownik (technika mycia/dezynfekcji lub kolorowe naklejki na oddziały pediatryczne) - kompatybilny z preparatem poz.1 Aktualny opis dozownika w sposób bezpośredni wskazuje na dozownik jednego producenta marki *Nexa*, ograniczając konkurencję a tym samym naraża szpital na poniesienie nie uzasadnionych kosztów zakupu preparatu tylko jednej firmy. Jest to sprzeczne z PZP

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.*

Pytanie nr 19- Formularz cenowy, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (83,7g/100g), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących tj. D-pantenol i witamina E. Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sek. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro, adeno, polio). Produkt biobójczy, w opakowaniach 1 L ze zintegrowaną pompką w systemie hyclick. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.*

Pytanie nr 20 -Formularz cenowy, poz. 1

W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: *Jeżeli z wyliczeń wychodzi wartość ułamkowa, należy ją zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.*

Pytanie nr 21 -Formularz cenowy, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny dozownika ściennego, łokciowego, uniwersalnego, przeznaczony do aplikacji mydła w płynie, preparatów myjących, dezynfekujących w butelkach/pojemnikach o pojemności 500 ml i 1L. Do zamocowania na ścianie, łóżku oraz za pomocą uchwytu uniwersalnego. Obudowa wykonana tworzywa ABS w kolorze białym. Pompka tłokowa posiadająca możliwość regulacji dozowanej ilości preparatu od 1,5 do 3 ml na jeden skok tłoku pompki. Produkt jest łatwy w montażu i w użytku. Dozownik umożliwia kontrolę stanu ilości płynu dzięki widocznej butelce z preparatem.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.*

Pytanie nr 22 Formularz cenowy, poz. 2

Z uwagi na brak konieczności rejestracji dozowników przed wprowadzeniem ich do obrotu, jak również na potrzeby stosowania w branży medycznej prosimy o odstąpienie od konieczności dostarczenia dokumentów dopuszczających.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.*

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert określonego w części H SIWZ:

JEST:

Termin składania – do godz. 9⁰⁰ dnia 18 maja 2020 r.

Termin otwarcia – godz. 9³⁰ dnia 18 maja 2020 r.

POWINNO BYĆ:

Termin składania – do godz. 9⁰⁰ dnia 21 maja 2020 r.

Termin otwarcia – godz. 9³⁰ dnia 21 maja 2020 r.

(Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian)

Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek