

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	perzyna
NO_DOC_EXT:	2020-100543
SOFTWARE_VERSION:	9.14.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Usługi

#### Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

#### **Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

##### I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Adres pocztowy: ul. Poznańska 79

Miejscowość: Kalisz

Kod NUTS: PL416 Kaliski

Kod pocztowy: 62-800

Państwo: Polska

E-mail: [zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl](mailto:zamowienia.publiczne@szpital.kalisz.pl)

Tel.: +48 627651397

Faks: +48 627571323

##### **Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.szpital.kalisz.pl](http://www.szpital.kalisz.pl)

#### **Sekcja II: Przedmiot**

##### II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

##### II.1.1) **Nazwa:**

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw aparatu rezonansu magnetycznego oraz aparatów RTG produkcji firmy Siemens

Numer referencyjny: 39/20

##### II.1.2) **Główny kod CPV**

50421000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

##### II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Usługi

##### II.1.4) **Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i napraw aparatów produkcji firmy Siemens

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

##### VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

30/07/2020

##### VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: perzyna

Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-086840

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 130-319428

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/07/2020

## **Sekcja VII: Zmiany**

### **VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

#### **VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

#### **VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia:

— zadanie nr 1 obejmujące obsługę serwisową angiografu Artis zee floor prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,

— zadanie nr 2 obejmujące obsługę serwisową aparatu rezonansu magnetycznego Magnetom Spectra prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,

— zadanie nr 3 obejmujące obsługę serwisową aparatu RTG Multix Fusion Max prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto,

— zadanie nr 4 obejmujące obsługę serwisową aparatów RTG: AXIOM Iconos R200, AXIOM Aristos MX, Siremobil Compact L, Mobilett XP Hybryd prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto.

W przypadku usług wykonywanych, będących w trakcie realizacji – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wartość usług zrealizowanych na dzień składania ofert opiewa na kwotę określoną powyżej;

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

— zadanie nr 1 – co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz posiadającymi min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu angiografów,

— zadanie nr 2 – co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz posiadającymi min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RM,

— zadanie nr 3 i 4 – co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze lub posiadającymi min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RTG wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz przeszkolonymi w zakresie serwisowania aparatury wymienionej w wykazie.

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje przynajmniej trzy usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia:

— zadanie nr 1 obejmujące obsługę serwisową angiografu Artis zee floor prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,

— zadanie nr 2 obejmujące obsługę serwisową aparatu rezonansu magnetycznego Magnetom Spectra prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto,

— zadanie nr 3 obejmujące obsługę serwisową aparatu RTG Multix Fusion Max prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto,

— zadanie nr 4 obejmujące obsługę serwisową aparatów RTG: AXIOM Iconos R200, AXIOM Aristos MX, Siremobil Compact L, Mobilett XP Hybryd prod. Siemens o łącznej wartości co najmniej 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto.

W przypadku usług wykonywanych, będących w trakcie realizacji – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wartość usług zrealizowanych na dzień składania ofert opiewa na kwotę określoną powyżej;

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

— zadanie nr 1 – co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz posiadającymi min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu angiografów,

— zadanie nr 2 – co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz posiadającymi min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RM,

— zadanie nr 3 i 4 – co najmniej 2 pracownikami serwisowymi, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi certyfikaty wydane przez producenta urządzenia o odbytym szkoleniu w zakresie obsługi serwisowej urządzeń wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze lub posiadającymi min. 5-letnie doświadczenie w serwisowaniu aparatów RTG wymienionych w wykazie aparatury podlegającej obsłudze oraz przeszkolonymi w zakresie serwisowania aparatury wymienionej w wykazie.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 12/08/2020

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 18/08/2020

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 12/08/2020

---

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 18/08/2020

Czas lokalny: 09:30

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**