

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 22 grudnia 2014 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIENIA TREŚCI SIWZ

z dnia 17 grudnia 2014 roku.

dot. postępowania na: „*sukcesywne dostawy: staplerów, zestawów laparoskopowych, łat naczyniowych oraz protez naczyniowych*
(sprawa nr 63/14)

DOTYCZY ZADANIA NR 1

Zamawiający informuje, iż omyłkowo zamieścił błędne odpowiedzi na pytania nr 1-9.

Prawidłowa odpowiedź brzmi:

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie poniższego opisu w zadaniu nr 1, aby zezwolić na zaistnienie zdrowej konkurencji:

Pytanie nr 1

Poz. 1 Stapler okrężny o średnicy 26 mm:

Stapler okrężny jednorazowy z automatycznym dociskiem tkanki o średnicy 26 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem, które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu o przekroju owalnym gwarantujące prawidłowe formowanie na tkance, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Do staplera w zestawie wielorazowe narzędzie do zakładania szwu kapciuchowego, długości około 65 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2

Poz. 2 Stapler okrężny o średnicy 29 mm:

Stapler okrężny jednorazowy z automatycznym dociskiem tkanki o średnicy 29 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem, które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu o przekroju owalnym gwarantujące prawidłowe formowanie na tkance, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Do staplera w zestawie wielorazowe narzędzie do zakładania szwu kapciuchowego, długości około 65 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3

Poz. 3 Stapler okrężny o średnicy 32 mm:

Stapler okrężny jednorazowy z automatycznym dociskiem tkanki o średnicy 32 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem, które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu o przekroju owalnym gwarantujące prawidłowe formowanie na tkance, wysokość zszywki przed zamknięciem 5,0 mm, po zamknięciu 2,2 mm. Do staplera w zestawie wielorazowe narzędzie do zakładania szwu kapciuchowego, długości około 65 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4

Poz. 4 Stapler liniowy o długości 45 mm:

Stapler liniowy jednorazowy 45 mm po zamknięciu staplera – załadowany ładunkiem wykonującym szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5

Poz. 5 Ładunki do staplera liniowego o długości 45 mm:

Ładunki do staplera liniowego 45 mm, kompatybilne ze staplerem z poz.4, wykonujące szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokości zszywek do wyboru przez Zamawiającego: przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm (do tkanki grubej – zielone) lub przed zamknięciem 3,5 mm i po zamknięciu 1,5 mm (do tkanki standardowej- niebieskie)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6

Poz. 6 Stapler liniowy o długości 80 mm

Stapler jednorazowy liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obłe na całej długości. Wysokości zszywek do wyboru przez Zamawiającego: do tkanki grubej (zielony) o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu lub do tkanki standardowej (niebieski) o wysokości 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony: po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 7

Poz. 7 Ładunki do staplera liniowego o długości 80mm:

Ładunki do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, kompatybilne ze staplerem z poz. 6, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obłe na całej długości. Wysokości zszywek do wyboru przez Zamawiającego: przed zamknięciem 4,8mm i po zamknięciu 2,0mm (do tkanki grubej – zielone) lub przed zamknięciem 3,5mm i po zamknięciu 1,5 mm (do tkanki standardowej- niebieskie). Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 8

Poz. 8 Staplery skórne:

Jednorazowe staplery skórne z licznikiem zszywek umieszczonym na górze staplera, z 35 stalowymi zszywkami.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów:

w poz. 1 w rozmiarze 29 zamiast 28,

w poz. 2 w rozmiarze 32 zamiast 31,

w poz. 3 w rozmiarze 34 zamiast 33,

w poz. 6 w rozmiarze 75 zamiast 80 i adekwatnych do nich ładunków (dot. pozycji 7),

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

UWAGA!

➤ Odpowiedzi na pytania nr 1-9 z dnia 17-12-2014r. zostają anulowane.

Powyższe sprostowanie do wyjaśnień treści SIWZ jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.