

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 21-11-2017 roku.

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

SPROSTOWANIE DO ODOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 20-11-2017r.

dot. postępowania na: **dot. postępowania na: *sukcesywne dostawy specjalistycznego sprzętu jednorazowego do zabiegów urologicznych.***

(sprawa nr 64/17)

Zamawiający informuje, iż omyłkowo zamieścił błędną odpowiedź dla **pytania nr 50**. Prawidłowa odpowiedź brzmi:

Pytanie 50 - dot. zadania 8, poz. 5:

Czy Zamawiający oczekuje aby zestaw do nefrostomii posiadał cewnik typu Pigtail z balonem z hydrożelową powłoką na długości 9cm, co jednocześnie pozwala na skrócenie procedury i zwiększa komfort pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Zamawiający informuje, że treść powyższej odpowiedzi, stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy ją uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

