

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 24-11-2016 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIA OFERTY
w zakresie zadania nr 4 pn. dostawa, montaż i uruchomienie pomp infuzyjnych objętościowych 11
szt. oraz pompy infuzyjnej strzykawkowej - 1 szt.**

dot. postępowania na: ***Dostawa, montaż i uruchomienie: elektrokardiografów, pomp infuzyjnych, kardiomonitorów, diatermi chirurgicznej, nożyczek bipolarnych, haka automatycznego, wagi różnicowej do pompy histeroskopowej oraz rozbudowa aparatu USG Aloka do wersji 3D***
(sprawa nr 76/16)

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (Zamawiający) informuje iż unieważnia dokonaną w dniu 18-11-2016r czynność:

1. wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawcy: Medima Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa,
2. odrzucenia oferty wykonawcy: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.

Uzasadnienie:

W dniu 23-11-2016r. do Zamawiającego wpłynęło drogą elektroniczną oraz faksową pismo Wykonawcy: Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl informujące, że zaoferowana przez niego pompa posiada najnowszą wersję oprogramowania tj. oprogramowanie SW M, dla którego czas pracy akumulatora wynosi pow. 20h. W złożonej informacji Wykonawca wniósł o anulowanie decyzji odrzucenia jego oferty i wyboru oferty firmy Medima Sp. z o. o w zakresie zadania nr 4 oraz o ponowne przeprowadzenie oceny i badania złożonych ofert.

W związku z powyższym zamawiający postanowił powtórzyć dokonane przez siebie czynności.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk