

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 19 września 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - nr sprawy 49/18.

Zamawiający zmienia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:

- Części A pkt 6 tiret trzecie otrzymuje poniższe brzmienie:
„Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji pn. Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prowadzonym bez stosowania ustawy Pzp. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego”;
- Części B pkt 7 ppkt II.1.c), który otrzymuje poniższą treść:
„c) dostarczyć oraz zainstalować na własny koszt i ryzyko w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego przedmiot zamówienia w terminie nie później jednak jak do dnia 25 listopada 2018r.,
oraz w Projekcie umowy § 2 ust. 1 pkt i) otrzymuje treść:
„i) wykonać zobowiązania, o których mowa w pkt a-h niniejszego paragrafu umowy w terminie *max do dnia 25 listopada 2018r.)*”;
- W Formularzu Ofertowym (11) dot. Zadania Nr 10 – Ssak elektryczny:
- w tabeli A pkt 21 otrzymuje brzmienie:
„Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia: min. 48 m-cy
(UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ)”;

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyn

- tabela w pkt B: Parametry podlegające ocenie – Ssak elektryczny otrzymuje poniższą treść:

L.p.	Nazwa parametru	Parametr	OŚWIADCZYĆ POPRZEZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI
1	Max podciśnienie min. 85 kPa	85 kPa – 0 pkt	
		>85 kPa – 1 pkt	
2	Bardzo niski poziom hałasu max. 42 dB	40 – 42 – 0 pkt	
		<40 dB – 1 pkt	
3	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia: min. 48 m-cy	48 miesięcy – 0 pkt	
		60 miesięcy – 1 pkt	

Zamawiający zamieszcza w załączeniu aktualny Formularz Ofertowy (11), który uwzględnia powyższe zmiany. *Oferty należy składać na formularzu aktualnym ! Dotychczasowy formularz traci ważność.*

Zamawiający informuje, że treść powyższych zmian stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY (11)

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie Nr 10

SSAK ELEKTRYCZNY - 5 szt.

A. Ssak elektryczny

Producent, miejsce produkcji:			
Nazwa, typ, model urządzenia:		Rok produkcji:	

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ”
1.	Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018	
2.	Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24h/dobę	
3.	Max podciśnienie min. 85kPa (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ)	
4.	Wydajność min. 30 l/min.	
5.	Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa mmHg	
6.	Ssak na wózku jezdnym wykonanym ze stopów niekorodujących, na czterech kołach z czego min. 2 z blokadą oraz z szyną na akcesoria.	
7.	Szyna na akcesoria	
8.	Ssak wyposażony w dwa zbiorniki 2.5 litrowe wielorazowe, nietłukące do wkładów z uchwytem naszynowym	
9.	Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego	
10.	Gładka, jednoczęściowa obudowa z włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne	
11.	Bardzo niski poziom hałasu max. 42dB (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ)	
12.	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zbiornik zabezpieczający 0,25litra.	
13.	Wkłady kompatybilne do w/w zbiorników – min. 20 szt.	
14.	Filtry antybakteryjne - min. 5 szt.	
15.	Metalowy uchwyt na dren	
16.	Klasa zabezpieczenia II a, CE (93/42/EEC), Typ CF, IP21	
17.	Zasilanie 230 VAC 50 Hz ±10%	
18.	Pobór mocy max. 110 W	
19.	Waga nie większa niż 22 kg	
20.	Bezobsługowa pompa tłokowa lub bezolejowa membranowa	

.....
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczętki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

FORMULARZ OFERTOWY (11) – ciąg dalszy

Warunki gwarancji		
21.	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia: min. 48 m-cy (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ)	
22.	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia.	
23.	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski.	
24.	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).	
25.	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie.	
26.	Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy.	
27.	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.	
28.	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę.	
29.	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.	
30.	Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb (w ramach umowy) min. 6 osób	
31.	Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji	

B. Parametry podlegające ocenie – Ssak elektryczny

L.p.	Nazwa parametru	Parametr	OŚWIADCZYĆ POPRZECZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI
1	Max podciśnienie min. 85 kPa	85 kPa – 0 pkt	
		>85 kPa – 1 pkt	
2	Bardzo niski poziom hałasu max. 42 dB	40 – 42 – 0 pkt	
		<40 dB – 1 pkt	
3	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia: min. 48 m-cy	48 miesięcy – 0 pkt	
		60 miesięcy – 1 pkt	

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczętki-osób upoważnionych/