

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 20 maja 2015 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na : *sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego i wielorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów*
(sprawa nr 18/15)

W odpowiedzi na pytanie Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1

dotyczy zadania nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera:

1. z cewnikiem 1-światłowym 7F, 14 G o dł. 15, 20 i 30 cm?
2. z cewnikiem 2-światłowym 7F o dł. 15, 20 i 30 cm, 14,18G?
3. z cewnikiem 3-światłowym 7F o dł. 15, 20 i 30 cm?

Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno - użytkowych oraz jakości.

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5, poz. I.

- Filtr mechaniczny, wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów 99,99999%
- Mechaniczna, hydrofobowa membrana filtrująca o powierzchni min 325 cm²
- Możliwość stosowania u pacjentów z objętością oddechową od 150 – 1200ml
- Niska waga do 31g
- Posiadające port kapno, zamykany korkiem, port luer – lock
- Złącze z rurką intubacyjną standardowe
- Sterylny, pakowany pojedynczo
- Wykonany z przezroczystego materiału ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5, poz. III

Filtr pediatryczny, zastosowanie dla objętości oddechowej od

Objętość oddechowa 70-600ml,

Skuteczność filtracji >99,9999%

pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5, poz. IV

Filtr pediatryczny, zastosowanie dla objętości oddechowej od 50-250 ml ,
pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5, poz. IV

Filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci

- Wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów, nie mniejsza niż 99,99 %
- Filtr powinien posiadać wyraźnie wyodrębnioną celulozową warstwę wymiennika ciepła i wilgoci
- Skuteczność nawilżania min. 32 mg/l dla VT 500ml, utrata wilgoci max 6 mg /l przy VT500
- Zakres objętości oddechowych 200-1500 ml
- Masa 35-37 g. Przestrzeń martwa 65-67 ml
- Posiadający port kapno, zamykany integralnym korkiem, port luer – lock
- Złącze z rurką intubacyjną standardowe
- Sterylny, pakowany pojedynczo
- Wykonany z przezroczystego materiału ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu nr 5, poz. V.

- Filtr mechaniczny,
- Bardzo wysoka skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów 99,99999%, gdzie każda „9” po przecinku oznacza 10-ciokrotnie lepszą ochronę pacjenta.
Nasz Filtr o sprawności 99,99999% jest 1000 razy skuteczniejszy od filtra o sprawności wymaganej 99,99%.
- celulozowa warstwa wymiennika ciepła i wilgoci
- Wysoka skuteczność nawilżania **25,6 mg H₂O/L przy Tv = 250 ml** i 20 oddechach na minutę.
- większy zakres objętości oddechowej od 150 – 1200ml
- Niska waga do 31g
- Posiadające port kapno, zamykany korkiem, port luer – lock
- Złącze z rurką intubacyjną standardowe
- Sterylny, pakowany pojedynczo
- Wykonany z przezroczystego materiału ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 7

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 pozycji 1 dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera z cewnikiem jednoświatłowym 14 G o długości 15 i 20 cm. W zestawie: cewnik poliuretanowy z drenem przedłużającym, igła do nakłucia 16 G dł. 70 mm, strzykawka 5 ml, prowadnik typu „J” i dylator?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 8

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 2 dopuści dwuświatłowy cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F o długości 16 i 20 cm. Kanały 16G i 18G prowadnik typu J śr. 0,88mm x 60cm. Przepływy 47/42 ml/min. Igła wprowadzająca G 18x 70mm. Zestaw zawiera: cewnik z drenem przedłużającym i zaciskami, igłę do nakłucia, krótką kaniulę 18G, stopniowany "J" prowadnik, dylator, skalpel, dodatkowe skrzydełko do mocowania, 5ml strzykawkę, zatyczkę do wstrzykiwania?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 9

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycji 3 dopuści trójświatłowy cewnik i.v. wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F o długości 16 i 20 cm. Kanały 14,18G i 18G prowadnik typu J śr. 0,88mm x 60cm . Przepływy 47/42 ml/min. Igła wprowadzająca G 18x 70mm. Zestaw zawiera: cewnik z drenem przedłużającym i zaciskami, igłę do nakłucia, krótką kaniulę 18G, stopniowany "J" prowadnik, dylator, skalpel, dodatkowe skrzydełko do mocowania, 5ml strzykawkę, zatyczkę do wstrzykiwania?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 10

Czy w Zadaniu Nr 27 poz. 1 *Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow* Zamawiający wymaga, aby układ oddechowy posiadał generator wyposażony w cztery dysze przyspieszające gazy i był mocowany za pomocą zaczepu kołyskowego do paskowego mocowania (poz. 15-17) lub czapeczki (poz 8-14)?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający informuje, że treść powyższej odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek