

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 17 grudnia 2014 roku

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZMIANA TREŚCI SIWZ ORAZ WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: „**sukcesywne dostawy: staplerów, zestawów laparoskopowych, łat naczyniowych oraz protez naczyniowych**
(sprawa nr 63/14)

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1 część B zadanie nr 1 ust. 7 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ładunki do staplera liniowego o długości 80mm:

Ładunki do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, kompatybilne ze staplerem z poz. 6, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości. Wysokości zszywek do wyboru przez Zamawiającego: przed zamknięciem 4,8mm i po zamknięciu 2,0mm (do tkanki grubej – zielone) lub przed zamknięciem 3,8 mm i po zamknięciu 1,5 mm (do tkanki standardowej- niebieskie). Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę”.

2 część I SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Miejsce i termin składania ofert

Miejsce złożenia – bezwzględnie Kancelaria Zamawiającego w godz. 7⁰⁰-14³⁵.

Termin złożenia – do godz. 9⁰⁰ dnia 22 grudnia 2014 r.

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Miejsce otwarcia – sala konferencyjna Zamawiającego.

Termin otwarcia – godz. 9³⁰ dnia 22 grudnia 2014 r.”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

DOTYCZY ZADANIA NR 1

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie poniższego opisu w zadaniu nr 1, aby zezwolić na zaistnienie zdrowej konkurencji:

Pytanie nr 1

Poz. 1 Stapler okrężny o średnicy 26 mm:

Stapler okrężny jednorazowy z automatycznym dociskiem tkanki o średnicy 26 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem, które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespole, zszywki wykonane z drutu o przekroju owalnym gwarantujące prawidłowe formowanie na tkance, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Do staplera w zestawie wielorazowe narzędzie do zakładania szwu kapiuchowego, długości około 65 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplera o powyższych parametrach.

Pytanie nr 2

Poz. 2 Stapler okrężny o średnicy 29 mm:

Stapler okrężny jednorazowy z automatycznym dociskiem tkanki o średnicy 29 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem, które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu o przekroju owalnym gwarantujące prawidłowe formowanie na tkance, wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Do staplera w zestawie wielorazowe narzędzie do zakładania szwu kapciuchowego, długości około 65 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplera o powyższych parametrach.

Pytanie nr 3

Poz. 3 Stapler okrężny o średnicy 32 mm:

Stapler okrężny jednorazowy z automatycznym dociskiem tkanki o średnicy 32 mm, zakrzywiony z łamanym kowadełkiem, które łamie się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki wykonane z drutu o przekroju owalnym gwarantujące prawidłowe formowanie na tkance, wysokość zszywki przed zamknięciem 5,0 mm, po zamknięciu 2,2 mm. Do staplera w zestawie wielorazowe narzędzie do zakładania szwu kapciuchowego, długości około 65 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplera o powyższych parametrach.

Pytanie nr 4

Poz. 4 Stapler liniowy o długości 45 mm:

Stapler liniowy jednorazowy 45 mm po zamknięciu staplera – załadowany ładunkiem wykonującym szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokość zszywki przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplera o powyższych parametrach.

Pytanie nr 5

Poz. 5 Ładunki do staplera liniowego o długości 45 mm:

Ładunki do staplera liniowego 45 mm, kompatybilne ze staplerem z poz.4, wykonujące szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Wysokości zszywek do wyboru przez Zamawiającego: przed zamknięciem 4,8 mm i po zamknięciu 2,0 mm (do tkanki grubej – zielone) lub przed zamknięciem 3,5 mm i po zamknięciu 1,5 mm (do tkanki standardowej- niebieskie)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ładunków do staplera o powyższych parametrach.

Pytanie nr 6

Poz. 6 Stapler liniowy o długości 80 mm

Stapler jednorazowy liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80 mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obłe na całej długości. Wysokości zszywek do wyboru przez Zamawiającego: do tkanki grubej (zielony) o wysokości 4,8 mm przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu lub do tkanki standardowej (niebieski) o wysokości 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalenie staplera na dwie strony: po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę: stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplera o powyższych parametrach.

Pytanie nr 7

Poz. 7 Ładunki do staplera liniowego o długości 80mm:

Ładunki do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, kompatybilne ze staplerem z poz. 6, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obłe na całej długości. Wysokości zszywek do wyboru przez Zamawiającego: przed zamknięciem 4,8mm i po zamknięciu 2,0mm (do tkanki grubej – zielone) lub przed zamknięciem 3,5mm i po zamknięciu 1,5 mm (do tkanki standardowej- niebieskie). Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ładunków do staplera o powyższych parametrach z uwzględnieniem zmian treści SIWZ, o których mowa powyżej w pkt. 1 tj. ... lub przed zamknięciem **3,8mm...**

2

Pytanie nr 8**Poz. 8 Staplery skórne:**

Jednorazowe staplery skórne z licznikiem zszywek umieszczonym na górze staplera, z 35 stalowymi zszywkami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplera o powyższych parametrach.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w celu podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów:

w poz. 1 w rozmiarze 29 zamiast 28,

w poz. 2 w rozmiarze 32 zamiast 31,

w poz. 3 w rozmiarze 34 zamiast 33,

w poz. 6 w rozmiarze 75 zamiast 80 i adekwatnych do nich ładunków (dot. pozycji 7),

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie staplerów o powyższych rozmiarach i ładunków adekwatnych do zaoferowanych staplerów przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 10

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w poz. 7 oczekuje zaoferowania ładunków do staplera liniowego z poz. 6, gdzie zszywki do tkanki standardowej (niebieskie) mają wysokość: 3,8 mm przed zamknięciem oraz 1,5 mm po zamknięciu na tkance (tak jak w pozycji 6).

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami treści SIWZ Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 7 wymaga:

Ładunki do staplera liniowego o długości 80mm:

Ładunki do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, kompatybilne ze staplerem

z poz. 6, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości. Wysokości zszywek do wyboru przez Zamawiającego: przed zamknięciem 4,8mm i po zamknięciu 2,0mm (do tkanki grubej – zielone) lub przed zamknięciem **3,8mm** i po zamknięciu 1,5 mm (do tkanki standardowej- niebieskie). Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę.

DOTYCZY ZADANIA NR 2**Pytanie nr 11**

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie dissektora o długości 33 cm kodowanego kolorem niebieskim, pozostałe cechy zgodne z wymaganiami SIWZ. Nadmieniamy że zamierzamy zaoferować produkt brytyjskiej firmy Purple Surgical

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12

Poz.2

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o długości 33 cm (ostrze maks. 20 mm) kodowanych kolorem fioletowym, pozostałe cechy zgodne z wymaganiami SIWZ. Nadmieniamy że zamierzamy zaoferować produkt brytyjskiej firmy Purple Surgical

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13

Poz.3

Prosimy o dopuszczenie chwytak laparoskopowy o długości 33 cm kodowany kolorem zielonym, pozostałe cechy zgodne z wymaganiami SIWZ. Nadmieniamy że zamierzamy zaoferować produkt brytyjskiej firmy Purple Surgical

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie worka o pojemności 250 ml, pozostałe cechy zgodne z wymaganiami SIWZ. Nadmieniamy że zamierzamy zaoferować produkt brytyjskiej firmy Purple Surgical

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15

Poz.6

Prosimy o dopuszczenie trokara 10/11 mm z redukcją automatyczną do 5 mm, desuflację bez odłączania wężyka CO2 można osiągnąć poprzez zdjęcie modułowej głowicy zawierającej uszczelki z pozostawieniem kaniuli w powłokach. Nadmieniamy że zamierzamy zaoferować produkt brytyjskiej firmy Purple Surgical

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16

Poz 7

Prosimy o dopuszczenie kaniuli kompatybilnej z trokarem opisanym w pozycji 6

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17

Poz 8

Prosimy o dopuszczenie trokara 5 mm, desuflację bez odłączania wężyka CO2 można osiągnąć poprzez zdjęcie modułowej głowicy zawierającej uszczelki z pozostawieniem kaniuli w powłokach. Nadmieniamy że zamierzamy zaoferować produkt brytyjskiej firmy Purple Surgical

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 18

Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie kaniuli kompatybilnej z trokarem opisanym w pozycji 6

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

DOTYCZY ZADANIA NR 3**Pytanie nr 19**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łąt uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, przepuszczalność poniżej 0,5 ml/cm²/min, grubość ściany 0,36mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

DOTYCZY ZADANIA NR 4**Pytanie nr 20**

Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez niesrebrzonych, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia z antybiotykiem.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 21

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 25cm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

DOTYCZY PROJEKTU UMOWY**Pytanie nr 22**

Prosimy o dodanie w umowie w § 4 zapisu

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Zamawiający w § 4 ust. 1 projektu umowy dodaje zapis:

„Zamówienie winno posiadać numer klienta oraz kody produktów”.


Pytanie nr 23

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 3 ust. 2 na

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 3 ust. 2 Projektu umowy.

Treść odpowiedzi na pytanie nr 1-9 i 22 stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.


Kierownik
Biura Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawaczyk