

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 14-11- 2019 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: ***Sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Patomorfologii***
nr sprawy: 109/19

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1:

Zadanie 10 Kasetki biopsyjne poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza kasetki z łamanym wieczkiem, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 2:

Zadanie 10 Kasetki biopsyjne poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza kasetki z otworami 2x2mm, pakowane po 1000szt., pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SIWZ.

Pytanie nr 3

Zadanie nr 4, poz.1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie odczynników w opakowaniach 1L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odczynniki w op. 1 l.

Pytanie nr 4

Zadanie nr 5, poz.1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie hematoksyliny Mayera w opakowaniu 1L.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza hematoksyliny Mayera w op. 1 l.

Pytanie nr 5

Zadanie nr 6, poz.1 - Prosimy o dopuszczenie szkiełek opakowanych na zewnątrz jedną folią.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szkiełka opakowane na zewnątrz jedną folią.

Pytanie nr 6

Zadanie nr 7, poz. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kapsułki biopsyjne do przeprowadzania bardzo drobnego materiału z nylonową siateczką o otworach 200 µm, w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kapsułki biopsyjne do przeprowadzania bardzo drobnego materiału z nylonową siateczką o otworach 200 µm, w kolorze białym.

Pytanie nr 7

Zadanie nr 8 Poz. 1, 2, 3. - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nożyków równoważnych wraz z dedykowanymi dla nich uchwytami. Sądząc po opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający opisuje nóż do mikrotomu. Wskazanie na uchwyt F80mini jest w rzeczy samej wskazaniem na producenta opisanych w tych pozycjach noży niskoprofilowych, ponieważ uchwyty do noży F80mini kompatybilne są wyłącznie z nożami tego samego producenta (Feather). Zatem wymóg kompatybilności służy ograniczeniu konkurencji, a nie uzyskaniu określonych parametrów, gdyż nie wpływa to ani na jakość cięcia, ani na kompatybilność z mikrotomem. Uchwyty te są plastikowym elementem służącym do mocowania zużytych noży Feather, dzięki czemu istnieje możliwość dodatkowego użycia noży np. w procesie obróbki materiału). Taką samą funkcję pełnią dostępne u innych producentów uchwyty do noży typu mini. Wielkość i rozmieszczenie otworów na ostrzu ma służyć kompatybilności z uchwytami tego samego producenta i parametr ten nie ma żadnego wpływu na użycie noży podczas cięcia w mikrotomie. Wobec czego aktualny opis przedmiotu zamówienia dla ww. pozycji narusza art. 29 ust. 3 oraz art. 7 ust. 3 PZP.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby spełniały wymagania zawarte w SIWZ.

Zgodnie z treścią SIWZ- „Zamawiający informuje, iż ilekroć w SIWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany:

- a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji przetargowej,”

Pytanie nr 8

Zadanie nr 8 Poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie noży przeznaczonych do cięcia tkanek zamrożonych w kriostacie wykonanych ze stali nierdzewnej w op. 50 szt. w ilości 2 op.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza noże przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych w kriostacie wykonane ze stali nierdzewnej w op. 50 szt. w ilości 2 op.

Pytanie nr 9

Zadanie nr 8 Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści ostrza o kącie 34 st.?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 10

Zadanie nr 10, poz. 1- Prosimy o dopuszczenie opakowań po 500 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kasetki w op. 500 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 11

Dotyczy: Zadanie. 5 poz. 2. - Czy Zamawiający dopuści opakowanie o poj. 150 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 12

Dotyczy: Zadanie. 7 poz. 2. - Czy Zamawiający dopuści pudełka tekturowe o wymiarach 31 x 16 x 8,5cm do archiwizacji preparatów mikroskopowych na 1000 szkiełek, z przegródkami?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 13

Dotyczy: Zadanie. 7 poz. 3. - Czy Zamawiający dopuści kasetki biopsyjne z siateczką nylonową mieszczące się w standardowej kasetce?

Odpowiedź: NIE

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający może doprecyzować typ kasetek, których oczekuje? Czy mają to być kasetki z 2 komorami wewnętrznymi z otworami 0,3x0,3mm czy może kasetki biopsyjne mieszczące się w standardowej kasetce?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kasetki biopsyjnej z przykrywką na zawiasach, wielkość otworów siateczki 0,35mm, ze specjalną komorą na materiał, osobne otwory zewnętrzne do lepszej penetracji parafiny, przednia powierzchnia przystosowana do opisu.

Pytanie nr 15

Dotyczy: Zadanie. 8 - Czy Zamawiający oczekuje, aby ostrza z pozycji 1-4 pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia gwarancji pełnej kompatybilności ostrzy z posiadanymi przez zamawiającego uchwytami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby ostrza z pozycji 1-4 pochodziły od jednego producenta jednakże nie jest to wymóg konieczny, wymóg koniecznym do spełnienia stanowi „... Ostrza kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80 oraz Feather F80 mini ...”

Pytanie nr 16

Dotyczy: Zadanie. 9 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści gąbki biopsyjne zabezpieczające biopsję w kasetce histopatologicznej dostosowane wymiarem do kasetki (niebieskie) pakowane po 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 17

Dotyczy: Zadanie. 9 poz. 6. - Czy Zamawiający dopuści opakowanie o poj. 100 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: TAK

Pytanie nr 18

Dotyczy:- zadanie nr 8 - Nożyki żyłkowe do mikrotomu saneczkowego pkt 4 - Czy Zamawiający uzna za spełniający wymagania SIWZ rozwiązanie równoważne, tj.: ostrza do mikrotomu, długość 80mm, szerokość 8mm; grubość 0,25mm, kąt ostrza 35⁰; materiał wykonania –stal nierdzewna. Przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych – kriostat. Dozownik zawierający 50 ostrzy, tj. Wykonawca zaoferuje zamiast 5 opakowań po 20 ostrzy - 2 opakowania po 50 szt. ostrzy co daje nam równoważną ilość ostrzy.

Odpowiedź: TAK

Zgodnie z treścią SIWZ „W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji) Zamawiający dopuszcza wycenę opakowania o innej wielkości/ zawartości, niż określona w „Formularzu Cenowym” pod warunkiem, że ilość opakowań zostanie przeliczona tak, aby liczba sztuk była zgodna ze SIWZ. Jeżeli z wyliczeń wychodzi wartość ułamkowa, należy ją zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. Należy zaznaczyć dokonaną zmianę (wielkość opakowania i ilości) przez jej podkreślenie lub wyróżnienie kolorem oraz zaznaczyć zmiany w kolumnie „Przedmiot zamówienia”.


Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Zmiany należy uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert określonego w części H SIWZ – Zamawiający wyznacza nowy termin:

Termin składania – **do godz. 9⁰⁰ dnia 19 listopada 2019 r.**

Termin otwarcia – **godz. 9³⁰ dnia 19 listopada 2019 r.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Halina Kowalska