

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 13 luty 2019 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, serwet operacyjnych, alloplastycznego substytutu skóry, kleju chirurgicznego oraz płynów do odkażania ran” - nr sprawy 05/19.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie 1- Zadanie 27, pozycja 1,2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 27 pozycja 1,2,3 wymogu sformułowanego jako „sterylizowana suchym gorącym powietrzem” lub dopuści gąbki żelatynowe sterylizowane promieniami gamma?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzował w poszczególnych pozycjach wymogi sterylizacji, tj. dla poz. 1 i 2- gorące powietrze a dla poz.3- radiacyjnie (promieniami gamma).

Pytanie 2- Zadanie 28, pozycja 1,2

Czy zamawiający dopuści hemostatyk w którym zawartość grupy karboksylowej stanowi 18-21%, pozostałe parametry produktu bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 3- Zadanie 1, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4- Zadanie 2, poz. 1-6

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www.szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

Pytanie 5- Zadanie 2, poz. 1-6

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami, z podwijanymi brzegami z dwóch stron?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6- Zadanie 2, poz. 1-6

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 12 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Kompresy 17 nitkowe 12 warstwowe znajdują się w zadaniu nr 3.

Pytanie 7- Zadanie 2, poz. 1-6

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8- Zadanie 2, poz. 1,4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 3 szt. w blisterze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający określił tylko opakowanie jednostkowe a 3 szt., dopuszcza opakowanie zbiorcze a 25 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 9- Zadanie 2, poz. 1-6

Wnosimy do Zamawiającego o odstępienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Sterylizacja w tlenku etylenu dopuszczalna jest tylko w wyrobach, które nie nadają się do sterylizacji w wysokiej temperaturze.

Pytanie 10- Zadanie 3, poz. 1-4

Wnosimy do Zamawiającego o odstępienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Sterylizacja w tlenku etylenu dopuszczalna jest tylko w wyrobach,

2

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY**
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www.szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

które nie nadają się do sterylizacji w wysokiej temperaturze.

Pytanie 11- Zadanie 3, poz. 1-4

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe, jałowe, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12- Zadanie 3, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 5 szt. w blisterze, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 13- Zadanie 5, poz. 1

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Sterylizacja w tlenku etylenu dopuszczalna jest tylko w wyrobach, które nie nadają się do sterylizacji w wysokiej temperaturze.

Pytanie 14- Zadanie 5, poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu klasy IIa reg. 7, i dopuści produkt o klasie I reg.4?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15- Zadanie 6, poz. 1

Czy zamawiający odstąpi od wymogu klasy IIa reg. 7, i dopuści produkt o klasie I reg.4?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 16- Zadanie 6, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gazę opatrunkową o wymiarach 1 m x 1 m, niejałowa, 17 nit. 8 warstwową?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17- Zadanie 12, poz. 1-3

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 18- Zadanie 12, poz. 1-3

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię,stopa,łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

Odpowiedź: Zamawiający sprecyzował rozmiary wymagane w poszczególnych pozycjach.

Pytanie 19- Zadanie 13, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści opaskę podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 20- Zadanie 17, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Opaska tkana elastyczna.

Pytanie 21- Zadanie 20, poz. 1

Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wklucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powodował uczuleń na skórze pacjenta, o wymiarach 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 22- Zadanie 20, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 23- Pakiet nr 19

Czy Zamawiający odstąpi wśród wymaganych wskazań od „pielęgnacji pępka u niemowląt”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający dopuszcza po 1 miesiącu życia zgodnie z wyjaśnieniami i modyfikacjami z dnia 5 lutego 2019 r.

Pytanie 24- Pakiet nr 20

Czy Zamawiający dopuszcza:

Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul wykonany z włókny, przepuszczającej powietrze i parę wodną; pokryty hipoalergicznym **klejem akrylowym**; zaokrąglone brzegi; miejsce wklucia jest zabezpieczone przy pomocy poduszeczki wysiękającej, która chroni pacjenta przed uciskiem spowodowanym przez kaniulę; wkład chłonny wykonany z wiskozy; warstwa ochronna z papieru silikonowego; w opakowaniach jałowych po 1 szt.

Rozmiar całkowity: 8cm x 6 cm , rozmiar wkładu chłonnego **2,3** cm x 2cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25- Pakiet nr 25, poz.1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26- Pakiet nr 25, poz.1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastrów pakowanych po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 27- Pakiet nr 25, poz.2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 cm x 15 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28- Pakiet nr 25, poz.2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie plastrów pakowanych po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 29

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisu §1 ust.2 projektu umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tego zapisu w umowie albo określi procentowo zakres możliwych zmian?

Odpowiedź: Zamawiający przy określaniu zamawianych wyrobów dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak w związku z dużą różnorodnością zamawianych materiałów nie jest w stanie dokładnie ocenić ilości zamówionych w trakcie trwania umowy towarów.

Pytanie 30

Do treści §4 ust.7 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką zawartą w art. 552 k.c.:
" ... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie 31

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu farmaceutycznego w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą startą dla Wykonawcy). Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §6 ust.1 ppkt d) projektu umowy)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.


Pytanie 32- Zadanie nr 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach: *Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaz hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.*

Cechy:

- wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- miękka gąbka zapewnia równorzędne wzmocnienie i ucisk
- utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- łatwość w postugiwaniu się
- bezbolesna aplikacja i usuwanie
- bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych

Struktura i skład



1—rozpuszczalna gaz hemostatyczna 2—gąbka 3—sznurek

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33- Zadanie nr 27

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wchłaniałnego, jałowego hemostatyku powierzchniowego z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 3 do 4 tygodni, czas upłynięcia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach – szczególnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Sterylizowane promieniami gamma. Gąbki przylegają do miejsca krwawienia i wchłaniają ok. 45-krotną objętość krwi w stosunku do swojej masy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34- Zadanie nr 27 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowanie 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Nie ma to wpływu na jakość i użytkowanie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 35- Zadanie nr 27 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowanie 32 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Nie ma to wpływu na jakość i użytkowanie produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 36- Zadanie nr 28

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy lub utlenionej celulozy, które posiadają następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone badaniami in vitro oraz w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP E.Coli potwierdzone badaniami in vitro,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumoniae, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeriamonocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;

- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37- Zadanie nr 19

Czy Zamawiający dopuści gaziki autosterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38- Zadanie nr 27, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści gąbki wchłaniające się od 3 do 5 tygodni, sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39- Zadanie nr 27, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści gąbki pakowane a'10 sztuk z przeliczenie wymaganych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 40- Zadanie nr 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści gąbki pakowane a'32 sztuki z przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 41- Zadanie nr 28, pozycja 1-2

W związku z tym, że zamawiający oczekuje potwierdzenia bakteriobójczości w badaniach in vitro oraz in vitro (Badania in vitro posiada większość wykonawców wobec czego zamawiający może otrzymać więcej ofert w konkurencyjnych cenach), zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu potwierdzenia działania bakteriobójczego przeciwno szczepom bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP również badaniami klinicznymi in vivo. Wprowadzenie takiego wymogu preferuje produkt konkretnego producenta, co stoi w sprzeczności z zasadami wyrażonymi w art. 7, 29 i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.) oraz jest niezgodne z zakazem przeprowadzania badań in vivo przez UE.

Jakość asortymentu z badaniami in vitro jest na takim samym poziomie jaki oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42- Zadanie nr 28, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści aby potwierdzenie bakteriobójczości na szczepie PRSP było w instrukcji producenta, pozostałe szczepy w badaniach in vitro?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43- Zadanie nr 28, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści hemostatyki umożliwiające hemostazę w ciągu 2 minut?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44- Zadanie nr 2, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Odpowiedź: Nie. Kompresy 12 warstwowe są w zadaniu nr 3.

Pytanie 45- Zadanie nr 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'3 sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 46- Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści gazę o szerokości 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 47- Zadanie nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 2,5-4,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 48- Zadanie nr 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 4,0-6,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 49- Zadanie nr 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 8,0-14,0cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 50- Zadanie nr 16, pozycja 1- 3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie moczenia 8-10 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 51- Zadanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 52- Zadanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym o składzie: 80% włókna naturalne, 20% poliester?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53- Zadanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z klejem akrylowym naniesionym metoda ciągłą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54- Zadanie nr 20

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wkładem chłonnym w rozmiarze 1,5 x 1,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55- Zadanie nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a'6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 56- Zadanie nr 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a'3 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 57- Zadanie nr 24, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pokryty klejem hipoalergicznym metoda ciągłą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58- Zadanie nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści filię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,03mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59- Zadanie nr 31, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby folia posiadała system bezpiecznej aplikacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60- Zadanie nr 31, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm o powierzchni lepnej 40x36cm, pakowana '20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61- Zadanie nr 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą wykonaną z poliuretanu o grubości 25µm w rozmiarze 42x42cm powierzchni lepnej 42x36cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62- Zadanie nr 34, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'2 lub a'3sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 63- Zadanie nr 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2, chłonności 350%, odporności na przenikanie cieczy 188cm H2O, odporności na rozierwanie na sucho/mokro 108/95kpa?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64- Zadanie nr 34, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'1sztuka, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 65- Zadanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 66- Zadanie nr 36

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml oraz wadze 77g?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 67- Zadanie nr 36

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby spodnia warstwa posiadała nadruk?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68- Zadanie nr 27, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłaniałny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 3 do 4 tygodni, czas hemostazy to od 5 do 10 minut od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczególnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Sterylizowany promieniowaniem gamma Rozmiar 8 x 5 x 1cm., opakowanie a 20 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 69- Zadanie nr 27, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłaniałny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 3 do 4 tygodni, czas hemostazy to od 5 do 10 minut od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczególnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Sterylizowany promieniowaniem gamma Rozmiar 8 x 5 x 0,1cm., opakowanie a 20 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70- Zadanie nr 27, poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wchłaniałny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się od 3 do 4 tygodni, czas hemostazy to od 5 do 10 minut od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczególnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Dozębodołowy. Sterylizowany radiacyjnie Rozmiar: 1 x 1 x 1cm, opakowanie a 10 sztuk

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY**
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www.szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 000251663

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 71- Zadanie nr 28, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, MRSA, MRSE, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 1-2 minut. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm, opakowanie a 12 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72- Zadanie nr 28, poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi i in vitro. Niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, MRSA, MRSE, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 1-2 minut.. Rozmiar 10 cm x 20 cm, opakowanie a 12 sztuk

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73- Zadanie nr 23

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23 dopuści przylepce zastępujące nici chirurgiczne sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 74- Zadanie nr 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 dopuści przylepce z jedwabiu pokryte hipoalergicznym klejem naniesionym na całej powierzchni przylepca (nie paskami), spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 75- Dot. pakietu nr 12:

Czy zamawiający wymaga siatki opatrunkowej o składzie: przęda poliuretanowa 15%, przęda poliamidowa 85%, potwierdzonego kartą danych technicznych?

Odpowiedź: Tak, wymaga.

Pytanie 76- Dot. pakietu nr 13:

Czy zamawiający wymaga opasek pakowanych pojedynczo w opakowanie foliowe, gdzie parametr siły zrywającej ≥ 45 N/5cm badany jest metodą PN-EN 29073-3 i potwierdzony kartą danych technicznych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 77- Dot. pakietu nr 14:

Czy zamawiający wymaga podkładów o maksymalnej sile wytrzymałości na zrywanie 9 N/5cm w celu łatwego przerwania podkładu w dłoniach potwierdzonej kartą danych technicznych?

Odpowiedź: Tak wymaga.

Pytanie 78- Dot. pakietu nr 15:

Czy zamawiający wymaga podkładów o maksymalnej sile wytrzymałości na zrywanie 9 N/5cm w celu łatwego przerwania podkładu w dłoniach potwierdzonej kartą danych technicznych?

Odpowiedź: Tak wymaga.

Pytanie 79- Dot. pakietu nr 16:

Czy zamawiający wymaga opasek o czasie moczenia 5 s. i deklarowanym czasie wiązania 5 min?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 80- Dot. pakietu nr 17:

Czy zamawiający wymaga opaski z dwoma zapinkami w opakowaniu papierowym ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga z dwoma zapinkami. Dopuszcza lecz nie wymaga opakowania papierowego.

Pytanie 81- Dot. pakietu nr 18, poz.2:

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny), posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty) oraz była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wystaną na wezwanie Zamawiającego)?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 82- Dot. pakietu nr 34, poz.1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet gazowych nie poddawanych procesowi prania technicznego i wstępnego prania? Zaoferowane przez nas serwety wykonane są z gazy, która poddana jest praniu chemicznemu (nadtlenek wodoru) w substancji obojętnej dla tkanek, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

W przypadku utrzymania wymogu „wstępnego prania” prosimy o wskazanie norm lub innych przepisów, na podstawie których należałoby takie pranie przeprowadzić. W szczególności prosimy o wskazanie pożądanego celu prania wyrobów czystych fizycznie i chemicznie, środków piorących jakich należy użyć i norm jakie powinny one spełniać. Prosimy także o określenie warunków prania – temperatury wody, czasu, użytych środków itp.

Prośba o uszczegółowienie żądania, aby serwety operacyjne z gazy były wstępnie prane wynika z faktu, iż jako wieloletni producent tych wyrobów nie znajdujemy uzasadnienia dla przeprowadzenia takiego procesu, a asortyment przez nas oferowany jest wytwarzany w warunkach najwyższej jakości, z zachowaniem stałego monitoringu środowiska produkcyjnego oraz zapewnienia wysokiego poziomu higieny zapewniającą czystość mikrobiologiczną serwet operacyjnych.

Nie są również dostępne żadne ogólnodostępne przepisy, które definiowałyby i precyzowałyby wymogi dla „prania wstępnego”. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż wymóg prania dotyczy jedynie serwet gazowych, a Zamawiający nie stawia takiego wymagania pozostałym wyrobom wykonanym z gazy medycznej, takim jak kompresy, tufery czy też sama gaza konfekcjonowana. Proces prania serwet gazowych stosuje ograniczoną liczbą wytwórców wyrobów z gazy bawełnianej. Tym samym, utrzymanie wymogu prania znacząco ogranicza ubieganie się o zamówienie publiczne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Produkt poddany praniu wstępnemu zwiększa zdolności absorpcyjne gazy oraz zwiększa jej miękkość i wchłaniałość, gwarantuje też większe bezpieczeństwo stosowania-usunięcie ewentualnych pozostałości z procesu bielenia. Zwiększona wchłaniałość serwet i szybkość wchłaniania powoduje, że produkt jest bardziej wydajny i ekonomiczny.

Pytanie 83- Dot. pakietu nr 34, poz.1:

Czy Zamawiający wymaga serwet jałowej, czy niejałowej?

Odpowiedź: Niejałowej.

Pytanie 84- Dot. pakietu nr 34, poz.1:

Czy w przypadku wymogu serwet jałowej, Zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną parą wodną? Nie zaleca się sterylizacji w tlenku etylenu materiałów porowatych, a zwłaszcza chłonnych (np.: bawełna, tkaniny, gaza) ponieważ istnieje ryzyko pozostania resztek tlenku etylenu w takim materiale nawet po procesie degazacji. Użycie materiału z zalegającymi resztkami tlenku etylenu powoduje powstawanie miejscowych martwic, ponieważ zabójcze działanie tlenku etylenu polega na alkilacji białek.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga serwet niejałowej.

Pytanie 85- Dot. pakietu nr 34, poz.1:

Czy w przypadku wymogu serwet niejałowej Zamawiający zgadza się na zaferowanie serwet w opakowaniu a'30 szt. ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 86- Dot. pakietu nr 34, poz.2:

Czy Zamawiający zgadza się na zaferowanie serwet o gramaturze 56 g/m², odporności na rozerwanie na sucho/mokro 150 kPa, chłonności 570%, w opakowaniach a'40 szt.?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87- Zadanie nr 12, poz.1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki opatrunkowej o średnich oczkach rozmiar 3,5-4,5 cm (w stanie swobodnym) x 25 m (w stanie rozciągniętym). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88- Zadanie nr 12, poz.2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki opatrunkowej o średnich oczkach rozmiar 5-6,5 cm (w stanie swobodnym) x 25 m (w stanie rozciągniętym). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89- Zadanie nr 12, poz.3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki opatrunkowej o średnich oczkach. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90- Zadanie nr 12:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pokrytego klejem akrylowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Brak w zadaniu nr 12 opatrunków pokrytych klejem.

Pytanie 91- Zadanie nr 21, poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga aby opatrunek był zbudowany z 3 hydrokolidów.

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 92- Zadanie nr 21, poz. 4:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pokrytego klejem akrylowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93- Zadanie nr 21, poz. 5-6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku wykonanego z włókniny bawełnianej koloru białego, pokrytego klejem akrylowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94- Zadanie nr 24, poz. 1-2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o długości 9,14 cm z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95- Zadanie nr 30, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej posiadającą system zabezpieczeń foliowych ułatwiających aplikację o wymiarach całkowitych 28x53,5 cm, powierzchnia przylepna 45 x 28 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96- Zadanie nr 30, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej posiadającą system zabezpieczeń foliowych ułatwiających aplikację o wymiarach całkowitych 45x63,5 cm, powierzchnia przylepna 45 x 55 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 97- Zadanie nr 31, poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o wymiarach całkowitych 28x53,5 cm, powierzchnia przylepna 45 x 28 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 98- Zadanie nr 31, poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,022 mm o wymiarach całkowitych 40x40 cm, powierzchnia przylepna 34 x 40 cm. Pakowane po 15 szt. w opakowaniu zbiorczym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 99- Zadanie nr 43, poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 15x20 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

UWAGA!!!!

W przypadku zaferowania wyrobów o innej ilości w opakowaniu jednostkowym (na które zgodę wyraził Zamawiający) od podanej w „ Formularzu Cenowym” należy dokonać odpowiednich przeliczeń.

Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań z zaokrągleniem w górę.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek