

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 20 września 2018 roku

**Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu**

### INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - nr sprawy 49/18.

**Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 7:**

Prosimy o wydzielenie Urządzenia do regulacji temperatury pacjenta jako oddzielnego pakietu, co umożliwiłoby złożenie pozostałym oferentom konkurencyjnej oferty cenowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Urządzenia do regulacji temperatury pacjenta o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?

| L.p. | System ogrzewania pacjenta                                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Konwekcyjny system ogrzewania pacjenta składający się ze sterownika oraz kocy do ogrzewania przy pomocy powietrza.                                                                                                                             |
| 2    | Zabezpieczenie termiczne (termostat wewnętrzny)                                                                                                                                                                                                |
| 3    | Zasilanie 220-230 V, 50/60 Hz $\pm 10\%$                                                                                                                                                                                                       |
| 4    | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem                                                                                                                                                                   |
| 5    | Giętki przewód grzewczy wzmocniony drutem (nie utrudniający dostępu do pacjenta) o długości minimum 1,5 metra                                                                                                                                  |
| 6    | Podstawa jezdna do aparatu (wózek 2 koła z blokadą z koszykiem na kołdry)                                                                                                                                                                      |
| 7    | Możliwość zamocowania aparatu na zwykłym stojaku do kroplówek; łóżku pacjenta bez dodatkowych akcesoriów                                                                                                                                       |
| 8    | Szybkie nagrzewanie temp. do 38°C w 30 sekund                                                                                                                                                                                                  |
| 9    | Wyłącznik bezpieczeństwa - niezależny od systemu sterowania                                                                                                                                                                                    |
| 10   | Długość przewodu zasilającego min 4 m                                                                                                                                                                                                          |
| 11   | Urządzenie zabezpieczone filtrem antywirusowym i antybakteryjnym o wysokiej skuteczności filtracji (HEPA) minimum 99,97% przy wielkości cząstek 0,3 mikrona                                                                                    |
| 12   | Min 5 zakresów temperatur możliwych do ustawienia: <ul style="list-style-type: none"><li>- Temperatura pokojowa</li><li>- 34°C</li><li>- 40°C</li><li>- 45°C</li><li>- 47°C z automatyczną redukcją temperatury po określonym czasie</li></ul> |

|    |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Minimalny wymagany przepływ /wydajność urządzenia/ 1400 l / min.                                                                                                                               |
| 14 | Kontrola przegrzania urządzenia powyżej zaprogramowanej wartości temperatury- alarm optyczny i akustyczny, automatyczne wyłączenie grzałki                                                     |
| 15 | Urządzenie z wbudowanym licznikiem wskazującym ilość przepracowanych dni / godzin pozostałych do wymiany filtra                                                                                |
| 16 | Wyświetlacz LCD z możliwością wyświetlania temperatury powietrza wpływającego do przewodu grzewczego                                                                                           |
| 17 | Dokładność wyświetlanej temperatury $\pm 1$ °C.                                                                                                                                                |
| 18 | Koce wykonane z tkaniny nie zawierającej lateksu, jednorazowe, przezroczyste dla promieni RTG: nie zakłóca ani nie wpływa na promieniowanie RTG-                                               |
| 19 | Różne kolory strony dla pacjenta i wierzchniej strony maty grzewczej ułatwiają właściwe pozycjonowanie pacjenta                                                                                |
| 20 | Dostępne koce ogrzewające pacjenta w 7 różnych rozmiarach i wariantach: np. koce na dolną część ciała, koce na górną część ciała, koce na całe ciało, koce pediatryczne, koce neonatologiczne. |

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia do regulacji temperatury pacjenta o wyżej wskazanych parametrach.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowanie przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach ofertowych załączonych do oferty.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczuk