

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Kalisz, dnia 25 kwietnia 2018 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną” - nr sprawy 17/18.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 8 (Aparat do elektroterapii), Załącznik nr 1b – Formularza Ofertowego (9):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie do elektroterapii bez możliwości terapii laserowej ponieważ pozostałe parametry wskazują na aparat nie posiadający takiej funkcji ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 8, Załącznik nr 1b - Formularza Ofertowego (9):

Czy Zamawiający dopuści aparat do elektroterapii o poniższych nie gorszych parametrach posiadający możliwość elektroterapii oraz laseroterapii:

Bardzo lekki aparat posiadający dwa całkowicie niezależne obwody do elektroterapii, dzięki którym możemy dokonywać bezproblemowej terapii dwóch pacjentów jednocześnie. Urządzenie generuje prądy średniej i niskiej częstotliwości. Dodatkowo **aparat** może być wyposażony w aplikatory do laseroterapii (sonda punktowa 100mW - 810 nm, sonda prysznicowa 500mW - 660/950nm) i pracować w trybie ciągłym i impulsowym. Duży czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny pozwala na szybkie ustawianie parametrów zabiegowych.

Właściwości:

- dwa całkowicie niezależne obwody do elektroterapii,
- możliwość podłączenia sondy laserowej,
- możliwość zasilania bateryjnego,
- niewielkie rozmiary i niska masa,
- 18 rodzajów prądu,
- zegar zabiegowy 1 - 60 minut,
- moc wyjściowa laseroterapii 100mW (przy 810nm), 500mW (przy 660/950nm),
- energia laseroterapii 0,01 do 99,99J,
- tryby pracy laseroterapii: ciągła, impulsowa,
- tryby impulsowe: ciągły, w pulsach na sekundę (10Hz, 20Hz, 50Hz, 100Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2.5kHz, 5kHz), falami.

Aparat SYS S i I VI 240 generuje 18 różnych prądów o następującej charakterystyce:

- interferencyjny premodulowany (dwupolowy) - regulacja natężenia 0-70 mA
- interferencyjny czteropolowy - regulacja natężenia 0-70 mA
- stymulacja rosyjska (KOTZ) - regulacja natężenia 0-70 mA
- TENS biopolarny - regulacja natężenia 0-100mA
- High voltage (HV) - wysokonapięciowy - regulacja napięciowa 0-500V

- Mikroprądy - regulacja napięcia 0-1,000 us
- TENS unipolarny - regulacja natężenia 0-110 mA
- TENS bipolarny symetryczny - regulacja natężenia 0-80 mA
- TENS bipolarny asymetryczny - regulacja natężenia 0-110 mA
- TENS bipolarny interwałowy - regulacja natężenia 0-100 mA
- prądy diadynamiczne - regulacja natężenia 0-80mA
- impulsy prostokątne unipolarne - regulacja natężenia 0-80 mA
- impulsy trójkątne unipolarne - regulacja natężenia 0-80 mA
- prąd galwaniczny ciągły - regulacja natężenia 0-80 mA
- prąd galwaniczny przerywany (jonoforeza) - regulacja natężenia 0-80 mA
- Traebert - regulacja natężenia 0-80 mA
- impulsy prostokątne inipolarne interwałowe - regulacja natężenia 0-80 mA
- impulsy trójkątne unipolarne interwałowe - regulacja natężenia 0-80 mA

Dane techniczne:

- Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]: 330 x 200 x 190
- Waga [kg]: 2 (2,5 z baterią)

Standardowe wyposażenie:

- elektrody,
- pasy do mocowania elektrod,
- komplet przewodów.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza aparatu do elektroterapii jask wyżej proponuje wykonawca, podtrzymuje zapisy SIWZ.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek