

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 25 września 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - nr sprawy 49/18.

Pytanie dotyczące Zadania nr 2:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 – analizator parametrów krytycznych wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o następujących parametrach:

L.p.	Parametry techniczne
Parametry ogólne	
1.	Przenośny analizator do diagnostyki in vitro określonych parametrów z krwi pełnej. Przeznaczony do użytku przy łóżku chorego, na wszystkich oddziałach szpitalnych oraz w transporcie sanitarnym
2.	Pełna dostępność analizatora 24 godziny, 7 dni w tygodniu
3.	Obudowa termoplastyczna
4.	Wyświetlacz parametrów
5.	Skaner laserowy do odczytywania kodów pacjenta, historii choroby
6.	Port transmisji danych
7.	Klawiatura
8.	Możliwość drukowania wyników
9.	Masa aparatu 600 g
Badana	
10.	Sód Potas Hematokryt Hemoglobina Gazometria (pH, pCO ₂ , pO ₂ , TCO ₂ , HCO ₃ , BE)
11.	Możliwość wykonywania dodatkowych badań na aparacie: cTnI (Troponina I) CK-MB, BNP, Mleczany, Glukoza, iCa, Creatynina, BUN Czasy krzepnięcia: ACT, PT/INR B-hCG
12.	Czas wykonania badania nie dłuższy niż 4 min. (Nie dotyczy badań immunoenzymatycznych)
13.	Każde przeprowadzane badanie dla każdego pacjenta poprzedzone jest kalibracją aparatu
14.	Okres przydatności odczynników do przeprowadzenia badań min. 5 miesięcy
Wyposażenie	
15.	Drukarka bezprzewodowa

16.	Akumulatorki (2 szt.)
17.	Stacja dokująca, umożliwiająca przesyłanie wyników do elektronicznej dokumentacji medycznej
18.	Kasety do przeprowadzenia badań (min. 25 szt.)
Inne	
19.	Sprzęt odporny na środki dezynfekcyjne używane oraz promienie UV
20.	Przegląd okresowy z dokonaniem wpisem w paszporcie urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta min. raz w roku (w czasie trwania gwarancji)
21.	Sprzęt fabrycznie nowy - 2018 rok

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek