

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 26 listopada 2018 roku

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych - nr sprawy 60/18.

Pytanie dot. Zadania Nr 4:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1 z ww. zadania tj. „Markery pasywne do nawigacji” i utworzenie osobnego pakietu na zadany asortyment. Pozwoli to na zwiększenie konkurencji oraz wybór korzystniejszej dla Zamawiającego oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 1 w wyżej wskazanym zadaniu jako oddzielne Zadanie Nr 6.

W związku z powyższym zamieszczamy w załączeniu aktualne formularze cenowe dotyczące Zadania Nr 4 i nowoutworzonego Zadania Nr 6. rosimy o składanie ofert na formularzach aktualnych. Dotychczasowy Formularz Ofertowy (4) traci ważność.

Zmianie ulegają zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części B, pkt 8, które otrzymują poniższą treść:

„Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy implantów neurochirurgicznych.

Przedmiot zamówienia składa się z 6 niepodzielnych zadań:

Zadanie nr 1	Zestawy do anatomicznej plastyki przeznasadowej złamań trzonów kręgów z użyciem implantów dotrzonowych
Zadanie nr 2	Protezy żelowe dysku
Zadanie nr 3	Zestawy do tylnej, międzystawowej stabilizacji kręgosłupa w odcinku szyjnym
Zadanie nr 4	Igły biopsyjne pasywne, przewodniki igły pasywnej do wyznaczania trajektorii
Zadanie nr 5	Implanty z śródoperacyjną regulacją wysokości
Zadanie nr 6	Markery pasywne do nawigacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1: Zestawy do anatomicznej plastyki przeznasadowej złamań trzonów kręgów z użyciem implantów dotrzonowych.

Spełniający następujące parametry:

- sterylny, jednorazowy zestaw do plastyki trzonów kręgów zawierający dwa owalne rozprężalne implanty do anatomicznej repozyycji trzonów, dostępne w trzech średnicach: 4.2, 5.0 i 5.8 mm, wykonane ze stopu tytanu,
- zestaw zawiera jednorazowe, sterylne narzędzia służące do implantacji: 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym i tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do zaopatrzenia drugiej nasady, przymiar implantu, podajnik tłokowy do wprowadzenia cementu o pojemności min. 1,5 cc,
- implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją,
- w zestawie cement o podwyższonej gęstości i lepkości (min 54% PMMA i min 45% ZrO₂) po rozmieszaniu,

- czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. - minimum 14 min.,
- cement nieprzezierny dla promieni RTG.

Skład kompletu:

- o 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant,
- o 2 podajniki z implantami,
- o 2 podajniki do wprowadzenia cementu,
- o 1 cement, 1 komplet do mieszania i podania cementu,
- o 2 igły przeznaczadowe.

Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia i w jego cenie wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do: dostarczenia na czas trwania umowy i niezwłocznie po jej zawarciu (w terminie do 7 dni) pełnego zestawu implantów, który będzie uzupełniany w terminie nie dłuższym niż **2 dni robocze** zgodnie ze składanymi zamówieniami /skład konsygnacyjny/.

Zadanie nr 2: Protezy żelowe dysku

- elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana przezskórnie do leczenia dyskopatii szyjnych, piersiowych i lędźwiowych,
- roztwór produktów pochodnych celulozy z alkoholem etylowym i znacznikiem radiologicznym.

Skład zestawu:

- o 1 ampułka 2.2 ml roztworu żelu,
- o 2 strzykawki LuerLock 1ml,
- o 1 igła 19G,
- o 2 igły kręgosłupowe 18G.

Zadanie nr 3: Zestawy do tylnej, międzystawowej stabilizacji kręgosłupa w odcinku szyjnym

- sterylny zestaw do przezskórnej stabilizacji stawów kręgosłupa w odcinku szyjnym,
 - implant wszczepiany z dostępu tylnego,
 - wykonany ze stopu tytanu,
 - dwa rodzaje implantu: - z wmontowaną fabrycznie śrubą rozwierającą, bez śruby rozwierającej,
 - zestaw jednorazowy,
- w zestawie komplet sterylnie pakowanych, jednorazowych narzędzi umożliwiających przezskórną implantację.

Zadanie nr 4: Igły biopsyjne pasywne, przewodniki igły pasywnej do wyznaczania trajektorii

- poz. 1 - igła biopsyjna pasywna: jednorazowa , pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem, średnica igły w zakresie od 2,18mm do 2,19 kompatybilna z przewodnikiem igły do wyznaczania trajektorii o śr. 2,2 mm,
- poz. 2 - przewodnik igły pasywnej do wyznaczania trajektorii, zewnętrzny jednorazowy pakowany sterylnie, zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, przewodnik igły, blokadę przewodnika, wkręty i wkręta do mocowania na kości czaszki, reduktory średnicy (1,9 mm, 2,2 mm, 2,6 mm) do przewodnika igły.

Zadanie nr 5: Implanty z śródoperacyjną regulacją wysokości

Implant z śródoperacyjną regulacją wysokości, mocowany czterema śrubami do trzonów kręgów szyjnych.

Zadanie nr 6: Markery pasywne do nawigacji

Markery pasywne do nawigacji – jednokrotnego użytku, średnica markera 11,5mm pakowane podwójnie sterylnie z podajnikiem,

Dotyczy Zadań Nr 1 – 6:

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia (i w jego cenie) zobowiązany będzie do:

- dostarczania przedmiotu zamówienia sukcesywnie na podstawie składanych przez zamawiającego pisemnych zamówień (dopuszcza się formę przekazywania zamówień faksem, bez konieczności sporządzania harmonogramu dostaw) w terminie: do 2 dni roboczych licząc od chwili złożenia zamówienia,
- zabezpieczania dostaw na swój koszt i ponosić będzie z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez magazyn zamawiającego w godzinach od 7:30 do 14:00 w dni robocze.

UWAGA:

- Oferowane wyroby muszą bezwzględnie spełniać parametry określone dla każdego z nich przez zamawiającego powyżej oraz w formularzach cenowych, na tą okoliczność konieczne jest złożenie przez wykonawcę stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (str. 19 pkt IV.2 SIWZ).
- Oferowane wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych.

Zamawiający przy określaniu ilości zamawianych wyrobów dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak faktyczna ilość zakupionych artykułów, wielkość poszczególnych zamówień uzależniona będzie od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania."

Jednocześnie zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania – **do godz. 09⁰⁰ dnia 04 grudnia 2018r.**

Termin otwarcia – **do godz. 09³⁰ dnia 04 grudnia 2018r.**

Zamawiający informuje, że treść powyższej zmiany stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu"

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY (4)

Zadanie nr 4

L.p	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 4 x kol.5)	Stawka podatku VAT [%]	Kwota podatku VAT	Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol.8)	Producent/ Numer katalogowy*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Igła biopsyjna pasywna: jednorazowa , pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem, średnica igły w zakresie od 2,18 mm do 2,19 kompatybilna z prowadnikiem igły do wyznaczania trajektorii o śr. 2,2 mm	szt.	20						
2.	Prowadnik igły pasywnej do wyznaczania trajektorii, zewnętrzny jednorazowy pakowany sterylnie, zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty i wkręta do mocowania na kości czaszki, reduktory średnicy (1,9 mm, 2,2 mm, 2,6 mm) do prowadnika igły	szt.	20						
	RAZEM								
	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA								
						X			X

*W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 10 „Producent / Nr katalogowy” zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.

Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny z neuronawigacją firmy MEDTRONIC.

.....
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY (4)

Zadanie nr 6

L.p	Przedmiot zamówienia	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto pozycji asortymentowej (kol. 4 x kol.5)	Stawka podatku VAT [%]	Kwota podatku VAT	Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 8)	Producent/ Numer katalogowy*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Markery pasywne do nawigacji – jednokrotnego użytku, średnica markera 11,5 mm pakowane podwójnie sterylnie z podajnikiem	szt.	180						
	RAZEM								
	WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA								
						X			X

*W przypadku, gdy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego w kolumnie nr 10 „Producent / Nr katalogowy” zamawiający dopuszcza zapis „brak nr katalogowego”.

Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny z neuronawigacją f-rmy MEDTRONIC.

.....
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki osób upoważnionych/