

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 28 października 2019 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej” – nr sprawy 50/19.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płyt DSB o długości od 48 mm dla płyty 2otw. do 336 mm dla płyty 20otw.?

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 1, 6 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o dł. całkowitej 32 mm zamiast 31mm?

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia posiadającego w dalszej części 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny niegwintowany?

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia posiadającego w części dalszej 1 otwór dynamiczny oraz 2 statyczne niegwintowane?

Pytanie 5

Czy zamawiający w Zadaniu nr 14 poz.4 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia udowego uniwersalnego posiadającego w części dalszej min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach zamiast 4?

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia udowego anatomicznego w części dalszej min. 3 otw. w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max.10mm od końca gwoźdźcia. W części bliższej posiadający min. 4 otw. w tym: 2 rekonstrukcyjne, 1 do blokowania statystycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Blokowanego w

1

części bliższej przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade wkrętami o średnicy 6,5 mm. Śruby blokujące z gniazdem sześciokątnym. Implanty barwione jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdza w zakresie 0-15 mm stopniowanej co 5 mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwoździe śródszpikowy; 4 śruby blokujące Ø 4,5 mm lub po dwie śruby blokujące Ø 6,5 mm i Ø 4,5 mm; zaślepka?

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdza o 2 st. zagięciu części dalszej gwoźdza. W części dalszej posiadający min. 4 otwory gwintowane i 1 dynamiczny. Gwoździe posiadający spłaszczone trzy strony boczne powierzchnie w części dalszej zapewniających obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnienie stosowania rygli 4,5 lub 5,0mm dla wszystkich średnic gwoźdza?

Pytanie 8

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Rusha Ø3,2mm dł. 140-260mm, Ø 4,0mm dł. 200-360mm, Ø4,8mm dł.200-360mm?

Odpowiedź: (dot. pytań 1-8) Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach ofertowych załączonych do oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawluszak