

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 26 września 2018 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu doposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - nr sprawy 49/18.

Pytania dotyczące Zadania Nr 3 – Aparat USG:

Pytanie nr 1 dot. pkt 4:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny aparat renomowanej marki, z regulacją wysokości w zakresie 0-250mm, zamiast 0-300mm?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu regulacji wysokości, jednocześnie podtrzymuje punktację regulacji wysokości w zakresie min. 0-300 mm - pkt B1 Formularza Ofertowego (4). W związku z powyższym zamawiający wykreśla z Formularza Ofertowego (4) w pkt A4 zapis „oraz regulacją wysokości w zakresie min. 0-300 mm”.

Aktualny formularz został załączony do niniejszych wyjaśnień. *Prosimy o składanie ofert na aktualnym druku.* Dotychczasowy formularz traci ważność

Pytanie nr 2 dot. pkt 5:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny aparat renomowanej marki, o wadze aparatu 65kg, zamiast 40kg? Aparat posiada układ jezdny gwarantujący niezwykłą płynność poruszania się oraz lekkość operowania nim.

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3 dot. pkt 7:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny aparat renomowanej marki, który posiada akumulator wewnętrzny umożliwiający pracę układu przez 1 godzinę, zamiast 5 godzin?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie nr 4 dot. pkt 9:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny aparat renomowanej marki, wyposażony w monitor LCD LED z matrycą IPS-Pro, o przekątnej 17” oraz rozdzielczości 1600x1020, zamiast monitora dotykowego LED, o przekątnej 19” oraz rozdzielczości 1680x1050?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie nr 5 dot. pkt 20:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny aparat renomowanej marki, nie posiadający automatycznego ustawiania obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu, ale posiadający płynną regulację tegoż obszaru?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 6 dot. pkt 23:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny aparat renomowanej marki, nie posiadający automatycznego doboru wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW, ale posiadający automatyczną korekcję kąta bramki za pomocą jednego przycisku?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 7 dot. pkt 26:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny aparat renomowanej marki, o maksymalnej prędkości próbkowania 1100obr/s zamiast 5000 obr/s?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 8 dot. pkt 27:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny aparat renomowanej marki, posiadający możliwość zapamiętania 60 sekund obrazów, zamiast 240?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 9 dot. pkt 29

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny aparat renomowanej marki, nie posiadający możliwości przetaczania obrazu do trybu pełnoekranowego za pomocą jednego przycisku?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 10 dot. pkt 34:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny aparat renomowanej marki, bez możliwości instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu bez możliwości instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G.

Pytanie nr 11 dot. pkt 56:

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny aparat renomowanej marki, nie posiadający złącza HDMI?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowanie przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach ofertowych załączonych do oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY (4)**Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych**

Zadanie Nr 3
APARAT USG - 1 szt.

A. Aparat USG

Producent, miejsce produkcji:			
Nazwa, typ, model urządzenia:		Rok produkcji:	

Lp.	Wymagane parametry i warunki	Informacja (opis) Wykonawcy o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów poprzez wpisanie słowa „TAK. Zgodnie z SIWZ”
1.	Certyfikat CE, wyrób medyczny, urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018	
2.	W pełni cyfrowy aparat USG, cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej	
3.	Zasilanie 230VAC $\pm 10\%$, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora	
4.	Aparat z podstawą jezdnią na min. 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół	
5.	Waga aparatu do 40 kg	
6.	Dynamika systemu co najmniej 180dB	
7.	Możliwość pracy na akumulatorze wewnętrznym minimum 5 godzin (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ)	
8.	Aparat wyposażony w dotykowy monitor LED o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1680x1050	
9.	Minimum dwa aktywne gniazda do głowic wbudowane w aparat	
10.	Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań min.: - anestezyjologicznych - brzusznych - naczyniowych - urologicznych - małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - kardiologicznych - ortopedycznych - medycyny ratunkowej - ginekologia i położnictwo	

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczątki-osób upoważnionych/

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY (4) – ciąg dalszy

11.	Tryb pracy min.: B-mode, Obrazowanie harmoniczne, M-Mode, Color Doppler, Kierunkowy Power Doppler, PW/CW	
12.	Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D	
13.	Zakres głębokości penetracji minimum 1 ÷ 30 cm	
14.	Regulacja głębokości penetracji z rozdzielczością maksymalnie 1 cm	
15.	Zakres regulacji siły akustycznej min. 10 ÷ 100%	
16.	Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8	
17.	Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z ilością linii min. 7	
18.	Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek	
19.	Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku	
20.	Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu	
21.	Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B	
22.	Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW	
23.	Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW	
24.	Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View	
25.	Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10	
26.	Maksymalna szybkość próbkowania min. 5 000 obrazów/s	
27.	Możliwość zapamiętania min. 240 s obrazów	
28.	Powiększenie obrazu	
29.	Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekranowego za pomocą jednego przycisku	
30.	Tryb Duplex	
31.	Tryb Triplex	
32.	Regulacja wzmocnienia TGC min. 8 segmentów	
33.	Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty	
34.	Możliwość instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G	
35.	Główce	
36.	Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do bada naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych	
37.	Zakres częstotliwości głowicy minimum 13-4 MHz ±1MHz	
38.	Liczba elementów akustycznych minimum 192	
39.	Możliwość pracy z przystawką do biopsji	
40.	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm	
41.	Szerokość pola FOV 38 mm ±2mm	
42.	Głowica typu convex do badań brzusznych	
43.	Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-2 MHz ±1MHz	

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczęć-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY (4) – ciąg dalszy

44.	Liczba elementów akustycznych minimum 160	
45.	Kąt pola skanowania minimum 54°	
46.	Szerokość 50 mm ±2mm	
47.	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm	
48.	Głowica sektorowa kardiologiczna	
49.	Zakres częstotliwości głowicy minimum 4-2 MHz ±1MHz	
50.	Liczba elementów akustycznych minimum 64	
51.	Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm	
52.	System archiwizacji	
53.	Wbudowany dysk o pojemności minimum 240 GB	
54.	Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB	
55.	Złącze Ethernet	
56.	Złącze HDMI	
57.	DICOM	
58.	Pomiary min. odległość, objętość, powierzchnia, kąt	
59.	Oprogramowanie do wizualizacji igły	
60.	Integracja aparatu z istniejącym w szpitalu systemem RIS/PACS obejmująca: 1) licencję 2) podłączenie do systemu 3) konfigurację urządzenia umożliwiającą pełną kompatybilność z systemem	
Warunki gwarancji		
61.	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy urządzenia: min. 24 m-cy (UWAGA: PARAMETR PODLEGAJĄCY OCENIE ZGODNIE Z ZAPISAMI TABELI PONIŻEJ)	
62.	Oferowany okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia.	
63.	Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski.	
64.	Liczba napraw gwarancyjnych uprawniających do wymiany podzespołu na nowe – max. 3 naprawy tego samego podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).	
65.	Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – max. 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii mailem na adres podany w umowie.	
66.	Czas naprawy – max. 5 dni roboczych od podjęcia naprawy.	
67.	W przypadku, gdy czas naprawy przekroczy 5 dni roboczych wykonawca dostarczy urządzenie zastępcze.	
68.	Przerwa w eksploatacji aparatu łącznie z naprawą gwarancyjną wynosząca więcej niż 4 dni przedłużająca okres gwarancji o tę przerwę.	
69.	Przeglądy techniczne wymagane lub zalecane przez producenta w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji.	

/ miejscowość, data/ /podpis, pieczęćki-osób upoważnionych/

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY (4) – ciąg dalszy

70.	Szkolenie z obsługi aparatu dla personelu wskazanego przez zamawiającego na żądanie wg jego potrzeb (w ramach umowy) min. 6 osób	
71.	Min. 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji	

Instrukcja wypełniania:

Wykonawca winien uzupełnić powyższy załącznik poprzez podanie informacji (opisu) o zaoferowanym urządzeniu lub potwierdzenie parametrów podanych przez zamawiającego i wpisanie „TAK. Zgodnie z SIWZ”. Wykonawca winien również podać producenta, miejsce produkcji, nazwę, typ, model zaoferowanego urządzenia oraz jego rok produkcji.

B. Parametry podlegające ocenie – Aparat USG

L.p.	Nazwa parametru	Parametr	OŚWIADCZYĆ POPRZECZ WPISANIE ZNAKU „X” W ODPOWIEDNIM WERSZU DLA KAŻDEJ Z POZYCJI
1	Aparat z podstawą jezdnią na min. 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół	Regulacja wysokości w zakresie min. 0-300 mm – 1 pkt	
		Brak regulacji wysokości – 0 pkt	
2	Możliwość pracy na akumulatorze wewnętrznym minimum 5 godzin	5h < 6h – 0 pkt	
		≥ 6h – 1 pkt	
3	Możliwość rozbudowy aparatu umożliwiającą jednoczesne podłączenie do 6 głowic	Tak – 1 pkt	
		Nie – 0 pkt	
4	Głowica liniowa i convex wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie funkcjami ultrasonografu	Tak – 1 pkt	
		Nie – 0 pkt	
5	Okres gwarancji, liczony od daty podpisania ostatecznego protokołu odbioru urządzenia: min. 24 m-cy	24 miesiące – 0 pkt	
		36 miesięcy – 1 pkt	
		60 miesięcy – 2 pkt	

.....
/ miejscowość, data/ /podpis, pieczęć-osób upoważnionych/