

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 27 września 2018 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu wyposażenia oddziałów szpitalnych oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach dotacji „Doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - nr sprawy 49/18.

W odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące POMP INFUZYJNYCH informujemy:

Pytanie nr 1 dot. pkt 4:

Czy Zamawiający dopuści pompę z ochroną przed wilgocią wg EN 6060529 IP 22?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 dot. pkt 2:

Czy Zamawiający dopuści pompę z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego >11h przy przepływie 5ml/h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego >11h przy przepływie 5ml/h.

Pytanie nr 3 dot. pkt 12:

Czy Zamawiający dopuści pompę z szybkością dozowania: minimum w zakresie 0,1-1200 ml/h?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 dot. pkt 16:

Czy Zamawiający dopuści pompę z bolusem Ręcznym od 50-1200ml/h i Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 dot. pkt 18:

Czy Zamawiający dopuści pompę z funkcja programowania objętości do podania VTBD 0,1-999 ml?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 dot. pkt 24:

Czy Zamawiający dopuści pompę z monochromatycznym niebieskim czytelnym wyświetlaczem LCD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy z monochromatycznym niebieskim czytelnym wyświetlaczem LCD.

Pytanie nr 6 dot. pkt 25:

Czy Zamawiający dopuści pompę z ustawianiem prędkości przepływu oraz poszczególnych nastawień pompy za pomocą przycisków ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy z ustawianiem prędkości przepływu oraz poszczególnych nastawień pompy za pomocą przycisków.

Zamawiający informuje, że treść powyższych zmian stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowanie przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach ofertowych załączonych do oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek