

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 14 lutego 2019r.

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy części zamiennych wielorazowego użytku do urządzeń i aparatów medycznych - sprawa nr 04/19.

W odpowiedzi na pytania wykonawców zamawiający informuje:

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 1:

Zadanie nr 1

- Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania, co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty. **Odp.:** Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.
- Poz. 1.1 - Prosimy o dopuszczenie dł. 3 m **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabla o dł. 3m.
- Poz. 1.2 - Prosimy o dopuszczenie dł. 0,7 m **Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Poz. 1.3 - Prosimy o dopuszczenie dł. 0,7 m **Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Poz. 1.4 - Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m **Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Poz. 1.5 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 10-19cm **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.
- Poz. 1.6 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 18-26 cm **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.
- Poz. 1.7 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.
- Poz. 1.8 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.
- Poz. 1.9 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.
- Poz. 1.10 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.
- Poz. 1.11 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 46-66cm **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.
- Poz. 1.14 - Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m **Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Poz. 1.15 - Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m **Odp.:** Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- Poz. 1.16 - Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta powyżej 40 kg i dł. kabla 0,9m **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika dla pacjenta pow. 40 kg i dł. Kabla 0,9 m.

- Prosimy o wydzielenie poz. 2 do oddzielnego zadania, co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty. **Odp.:** *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

Poz. 2.1 - Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m **Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Poz. 2.2 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 10-19cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2.3 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 18-26 cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2.4 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2.5 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2.6 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2.7 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2.8 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 46-66cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2.9 - Prosimy o dopuszczenie dł. 3 m **Odp.:** *Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

- Poz. 3 - Prosimy o wydzielenie poz. 3.1 i 3.4 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty **Odp.:** *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

- Poz. 4 - Prosimy o wydzielenie poz. 4.1 i 4.2 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty **Odp.:** *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

- Poz. 6 - Prosimy o wydzielenie poz. 6 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty **Odp.:** *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

- Poz. 7 - Prosimy o wydzielenie poz. 7.1 – 7.7 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty **Odp.:** *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

Poz. 7.1 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 10-19cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 7.2 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 18-26 cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 7.3 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 7.4 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 7.5 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 7.6 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

Poz. 7.7 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 46-66cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu jak proponuje wykonawca.*

- Poz. 7 - Prosimy o wydzielenie poz. 7.11 – 7.20 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty **Odp.:** *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

Poz. 7.13 - Prosimy o dopuszczenie dł. 3 m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabla o długości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 7.14 - Prosimy o dopuszczenie dł. 3 m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabla o długości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 7.11 - Prosimy o dopuszczenie dł. 0,7 m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o długości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 7.12 - Prosimy o dopuszczenie dł. 0,7 m **Odp.:** *Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

Poz. 7.15 - Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta powyżej 40 kg i dł. kabla 0,9m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika dla pacjenta o wadze powyżej 40 kg i dł. kabla 0,9 m.*

Poz. 7.16 - Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta powyżej 40 kg i dł. kabla 0,9m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika dla pacjenta o wadze powyżej 40 kg i dł. kabla 0,9 m.*

Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 2:

- Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 3, 4 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty **Odp.:** *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

Poz. 1.1 - Prosimy o dopuszczenie dł. 3 m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabla o długości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 1.2 - Prosimy o dopuszczenie dł. 3 m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabla o długości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 1.3 - Prosimy o dopuszczenie dł. 0,7 m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odprowadzenia kabla o długość jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2.2. - Prosimy o dopuszczenie szerokości 6 cm, 8,8 cm, 11,5 cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o szerokości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2.3 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm szer. 14,5 cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o szerokości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2.3 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm szer. 17,5 cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o szerokości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2.5 - Prosimy o dopuszczenie dł. 2,4 m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodu o długości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 4.1 do 4.4 - Prosimy o dopuszczenie dł. 3m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujników z długością jak proponuje wykonawca.*

Pytanie nr 3 dot. Zadania 3:

Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty

Odp.: *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 4:

Prosimy o wydzielenie poz. 1.1 i 4.2 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty

Odp.: *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 7:

Prosimy o wydzielenie poz. 2.6 i 2.11 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty

Odp.: *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

Prosimy o wydzielenie poz. 2.13 do 2.23, oraz 2.34 i 2.35 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty

Odp.: *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

Pytanie nr 6 dot. Zadania nr 8:

Poz. 1, 2, 3 czy Zamawiający oczekuje czujników wpinanych bezpośrednio do monitora czy do kabla przedłużającego?

Odp.: *Zamawiający wymaga czujników wpinanych bezpośrednio do monitora.*

Pytanie nr 7 dot. Zadania nr 9:

- Prosimy o wydzielenie poz. 1-24 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców i wybór korzystnej oferty **Odp.:** *Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.*

Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie kabla o dł. 3m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika o długości kabla jak proponuje wykonawca.*

Poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta 10-40 kg **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika dla pacjenta o wadze jak proponuje wykonawca.*

Poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie wagi pacjenta 3-15 kg **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czujnika dla pacjenta o wadze jak proponuje wykonawca.*

Poz. 8 - Prosimy o dopuszczenie dł. 3m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodu o długości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 12 - Prosimy o dopuszczenie dł. 3m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodu o długości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 14 - Prosimy o dopuszczenie dł. 3m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodu o długości jak proponuje wykonawca.*

Poz. 16 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 18-26 cm lub 21-27 cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o obwodzie jak proponuje wykonawca.*

Poz. 17 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o obwodzie jak proponuje wykonawca.*

Poz. 18 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm lub 35-44cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o obwodzie jak proponuje wykonawca.*

Poz. 19 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 46-66cm lub 44-53cm **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o obwodzie jak proponuje wykonawca.*

Poz. 24 - Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m **Odp.:** *Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przewodu o długości jak proponuje wykonawca.*

Pytanie nr 8 dot. Zadania nr 10:

Prosimy o podanie modelu kardiomonitora Ultra-View

Odp.: *Model 90367 oraz 90369.*

Poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 18-26 cm **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o rozmiarze jak proponuje wykonawca.

Poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o rozmiarze jak proponuje wykonawca.

Poz. 7 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47cm lub 35-44cm **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o rozmiarze jak proponuje wykonawca.

Poz. 8 - Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 46-66cm lub 44-53cm **Odp.:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o rozmiarze jak proponuje wykonawca.

Pytanie nr 9 dot. Zadania nr 11:

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania **Odp.:** Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację

Poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie obwodu 6-11 cm lub 9-14 cm

Poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie długości 2,5 m

Odp.: Pytanie wykonawcy nie dotyczy Zadania nr 15, poz. 1 i 6 /kabel główny/.

Pytanie nr 10 dot. Zadania nr 8, poz. 4:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji klipsa do czujnika SpO2 dla dorosłych.

Odp.: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 11 dot. Zadania nr 10, poz. 1,2:

Prosimy o podanie wymaganej technologii czujników.

Odp.: Nelcor.

Pytanie nr 12 dot. Zadania nr 10, poz. 3,4:

Prosimy o podanie modelu aparatu SpaceLabs.

Odp.: 90367 i 90369.

Pytanie nr 13 dot. Zadania nr 10, poz. 5:

Prosimy o odpuszczenie w powyższej pozycji mankietu o rozmiarze 18-26, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu w poz. 5 o rozmiarze jak proponuje wykonawca.

Pytanie nr 14 dot. Zadania nr 10, poz. 6:

Prosimy o odpuszczenie w powyższej pozycji mankietu o rozmiarze 25-35, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu w poz. 6 o rozmiarze jak proponuje wykonawca.

Pytanie nr 15 dot. Zadania nr 10, poz. 7:

Prosimy o odpuszczenie w powyższej pozycji mankietu o rozmiarze 33-47, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu w poz. 7 o rozmiarze jak proponuje wykonawca.

Pytanie nr 16 dot. Zadania nr 10, poz. 8:

Prosimy o odpuszczenie w powyższej pozycji mankietu o rozmiarze 33-47, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu w poz. 7 o rozmiarze jak proponuje wykonawca.

Pytanie nr 17 dot. Zadania nr 11, poz. 1-3:

Czy Zamawiający oczekuje w powyższych pozycjach czujników i kabla w technologii Nellcor Oximax?

Odp.: TAK.

Pytanie nr 18 dot. Zadania nr 14, poz. 1-2:

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje samego przewodu głównego bez zakończeń po stronie pacjenta czy też całkowitych kabli zbiorczych od monitora do pacjenta?

Jeśli Zamawiający oczekuje jednak całkowitego kabla zbiorczego to prosimy o podanie zakończenia: klamra, zatrask?

Odp.: Zamawiający oczekuje całkowitych kabli zbiorczych.D-1357-H, D3-90P-H – są obecnie posiadanymi akcesoriami przez zamawiającego.

Pytanie nr 19 dot. Zadania nr 15, poz. 1 i 2:

Prosimy o podanie zakończenia po stronie pacjenta: klamra, zatrask, wtyk bananowy.

Odp.: Wtyk bananowy.

Pytanie nr 20 dot. Zadania nr 15, poz. 1:

Prosimy o podanie roku produkcji aparatu ze względu na różne okablowanie w zależności od daty produkcji urządzenia.

Odp.: 2017 rok.

Pytanie nr 21 dot. Zadania nr 16, poz. 1,2:

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje samego przewodu głównego bez zakończeń po stronie pacjenta czy też całkowitych kabli zbiorczych od monitora do pacjenta?

Jeśli Zamawiający oczekuje jednak całkowitego kabla zbiorczego to prosimy o podanie zakończenia: klamra, zatrask?

Odp.: Zamawiający oczekuje całkowitych kabli zbiorczych, Zakończenie – wtyk bananowy.

Pytanie nr 22 dot. Zadania nr 19, poz. 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji mankietu o obwodzie ramienia 6-11cm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietu o obwodzie jak proponuje wykonawca.

Pytanie nr 23 dot. Zadania nr 19, poz. 1-19:

Czy Zamawiający oczekuje w powyższych pozycjach asortymentu oryginalnego (numery katalogowe wskazują na sortyment oryginalny)?

Odp.: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 24 dot. Projektu umowy §1, pkt 2:

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odp.: Zamawiający przy określaniu ilości i zamawianych wyrobów dochował należytej staranności kierując się umową podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia, jednak w związku z dużą różnorodnością zamawianych wyrobów nie jest w stanie dokładnie ocenić ilości zamawianych w trakcie trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego asortymentu.

Treść powyższych wyjaśnień stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1986 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Krawczyk