

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 20 marca 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego - nr sprawy 06/18.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1 dot.

Pakiet nr 1:

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z zamontowaną igłą 0,33 x 12,7 mm

Poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20 ml pakowanej w opakowania 80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem w formularzu cenowym.

Poz.9,10

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o pojemności 50 ml z jednostronną skalą pomiarową.

2/ Czy Zamawiający oczekuje strzykawek wykonanych z polipropylenu w celu bezpiecznej podaży leków.

Pakiet nr 3:

Poz.5-8

Prosimy o dopuszczenie kaniul w rozmiarach 14-22G

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wyposażonych w zastawkę antyzwrotną, koreczek luer-lock z trzpieniem wystającym poza krawędź korka

Poz. 5

W rozmiarze 24 G prosimy o dopuszczenie kaniuli do żył obwodowych, przepływ 13ml/h; ze zdejmowalnym uchwytem i skrzydełkami służącymi do fiksowania; z zastawką antyzwrotną, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się powyżej brzegu koreczka, bez pasków radiocieniujących. Rozmiar: 0,7 x 19mm G-24; sterylna j.użytku

Poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych firmy Becton Dickinson w rozmiarze 14-22 G, wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z samo domykającym się koreczkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem w postaci plastikowej osłonki z systemem kapilarnym, koreczkiem luer-lock z trzpieniem znajdującym się powyżej brzegu koreczka, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, sterylizowanych radiacyjnie. Rozmiary: 22 G dł. 25mm; 20 G dł. 32 mm; 18G dł. 32mm, 18 G dł. 45 mm; 17 G dł. 45mm; 16G dł. 45 mm; 14 G dł. 45 mm.

Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka luer-lock z trzpieniem znajdującym się powyżej brzegu koreczka.

Czy Zamawiający ma tu na myśli, że koreczki są pakowane indywidualnie na blistrze (nie pojedynczo), w komorach dopasowanym do kształtu koreczka, w pozycji pionowej w sposób umożliwiający bezpieczne wyjęcie i intuicyjną aplikację – po wyjęciu trzpień koreczka wskazuje kierunek nakładania

1

Poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków uniwersalnych w kolorze pomarańczowym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami w dniu 01 marca 2018r. jako odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące Zadania nr 1 - poz. 2, poz. 8, poz. 9-10, oraz Zadania nr 3 - poz. 5-8, poz. 5, poz. 9, poz. 10 i poz. 12 udzielono odpowiedzi odnośnie wszystkich wskazanych wyżej zadań i pozycji o treści:

„Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

Wobec powyższego, w związku z otrzymanymi w dniu dzisiejszym pytaniami odnośnie zadań i pozycji wyżej wskazanych zamawiający podtrzymuje odpowiedź z 01.03.2018r., czyli podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania – do godz. 9⁰⁰ dnia **26 marca 2018r.**

Termin otwarcia – do godz. 9³⁰ dnia **26 marca 2018r.**

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnienia stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek