

Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 11 czerwca 2019 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na „Sukcesywne dostawy odzieży jednorazowej, zestawów operacyjnych, serwet i sterylnych obłożeń chirurgicznych” - nr sprawy 102/19.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1 :

Pakiet nr 1 poz. 1: czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw o składzie:

- SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 szt.
- SERWETA L2 245X180CM O10X15 PRZYL ZINTEGR NOG WOR TUR 1 szt.
- SERWETA L2 90X75CM 1 szt.
- TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 1 szt.
- SERWETKA CELULOZOWA 40X30CM 4 szt.

Wykonany z chłonnego i mocnego laminatu dwuwarstwowego: włókna polipropylenowa i folia polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze 56 g/m2. Materiał spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795.

Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta oraz wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety z oznaczeniem kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 :

Pakiet nr 1 poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM 4 szt.
- ORGANIZATOR PRZEWODÓW SMS 15X10CM 2 szt.
- CAMERA COVER 15X250CM 1 szt.
- POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI 1 szt.
- SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 szt.
- SERWETA L3 260X240CM 034X30CM PRZYL ZINTEGR NOG 1 szt.
- TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 1 szt.
- TAŚMA RZEP, HACZYKI I PĘTELKI, BIAŁA 20X250MM 1 szt.

1

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY**
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www.szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

KIESZEŃ PE 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYL 4 szt.

Wykonany z laminatu trzywarstwowego: włóknina viskozowa, folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 73 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta oraz wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety z oznaczeniem kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 :

Pakiet nr 1 poz. 3: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM 2 szt.

PODKŁAD SENI SOFT BASIC 90X60CM 1 szt.

POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI 1 szt.

SERWETA TF 325X250CM O35X32 PRZYL WOR FOLIA CHIR 1 szt.

SERWETA TF 180X150CM 1 szt.

Wykonany z niebieskiego laminatu 2-warstwowego: folii polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 43 g/m², warstwy laminatu połączone klejem typu hotmelt. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych.

Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 218 kPa, na mokro min. 130 kPa. Otwór w serwecie głównej musi być wypełniony folią chirurgiczną, ekran anesteziologiczny musi być wykonany z folii polietylenowej. Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta oraz wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 :

Pakiet nr 1 poz. 4: czy Zamawiający dopuści serwety:

w rozmiarze 75x180 cm z otworem na krocze 20x10 cm otoczonym taśmą lepłą.

Serweta z laminatu trzywarstwowego: włóknina viskozowa, folia polietylenowo-polipropylenowa, włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 73 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 :

Pakiet nr 1 poz. 5: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM 2 szt.

SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM 1 szt.

SERWETA L2 215X180CM O5O4 ELEMENT EL OCHR/PALEC WOR ZINTEGR NOG 1 szt.

2

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOŁONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www.szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL 1 szt.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze 56 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 :

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniesie i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Pytanie nr 7 :

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 7 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Treść powyższych wyjaśnień stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek