Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 7 luty 2019 roku

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

# INFORMACJA

*Dotyczy:* postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych" - nr sprawy 08/19.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

***Pytanie 1- DOTYCZY Zadania 2 poz. 7, 8,12,14,16***

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igieł okrągłych z tnącym ostrzem ( przyostrzonych)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

***Pytanie 2- DOTYCZY Zadania 2 poz. 7, 8, 9,12,14,15,16,18***

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego zadania.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wydzielenie z nich poszczególnych pozycji.

***Pytanie 3- DOTYCZY Zadania 3***

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szew syntetyczny, jednowłókienkowe, wchłanialny o średnim okresie wchłaniania bez czynnika antybakteryjnego? Okres podtrzymywania tkankowego ok. 4 tyg. Okres wchłaniania 90-120 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 7 dniach 40%, po 14 dniach ok. 40%

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

***Pytanie 4- DOTYCZY Zadania 4***

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szew syntetyczny, jednowłóknowe, wchłanialne, z polidioksanonu bez czynnika antybakteryjnego? Okres wchłaniania 180-210 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności zbliżania tkanek po 14 dniach ok.75%, po 28 dniach ok.65-70% i po 43dniach ok. ok.55-60%

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.



tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

***Pytanie 5- DOTYCZY Zadania 5***

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szew bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

***Pytanie 6- DOTYCZY Zadania 5 poz. 2***

Jakiego rodzaju igły wymaga Zamawiający dla tej pozycji?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga igły okrągłej.

***Pytanie 7- DOTYCZY Zadania 7 poz. 1-11***

Czy Zamawiający dopuści szew również z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

***Pytanie 8- DOTYCZY Zadania 9***

Czy Zamawiający dopuści w w/w zadaniu szew monofilamentowy, syntetyczny z poliglekaprolaktonu, wchłanianie w okresie 90-120 dni, 40% siły podtrzymywania po 14 dniach, podtrzymywanie tkankowe ok. 4 tyg.?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

***Pytanie 9- DOTYCZY Zadania 9 poz. 5, 6***

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igieł o krzywiźnie 3/8 koła?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

***Pytanie 10- DOTYCZY Zadania 9 poz.7***

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 2x70mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

***Pytanie 11- DOTYCZY Zadania 10***

Czy Zamawiający dopuści nici powlekane silikonem, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

***Pytanie12- DOTYCZY Zadania 16 poz. 2***

Czy Zamawiający dopuści szew również z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.



tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

***Pytanie 13- DOTYCZY Zadania 18 poz. 1***

Czy Zamawiający dopuści szew również z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

*Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 tekst jednolity ) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.*

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk



tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

**WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY**
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663