

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 29 października 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej” - nr sprawy 52/18.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

1. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 13 poz. 1** dopuści możliwość zaofiarowania płytki rekonstrukcyjnej obojczykowej posiadającej w części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych z gwintem stożkowym dwufunkcyjnych, blokując – kompresyjnym z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych oraz w części nasadowej 6 otworów blokowanych z gwintem stożkowym o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odcinków, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?
2. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 13 poz. 2** dopuści możliwość zaofiarowania płytki obojczykowej z hakiem posiadającej w części trzonowej otwory blokowane z gwintem stożkowym dwufunkcyjne, blokując – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych, ilość otworów 4-7?
3. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 13 poz. 3** dopuści możliwość zaofiarowania płytki do bliższej nasady kości ramiennej posiadającej w części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych z gwintem stożkowym dwufunkcyjnych, blokując – kompresyjnym z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych oraz w części nasadowej 9 otworów blokowanych z gwintem stożkowym o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odcinków, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?
4. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 13 poz. 4** dopuści możliwość zaofiarowania: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami $\varnothing 4,5$ i $\varnothing 5,0$ mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźnia w zakresie 0-10 mm stopniowanej co 5 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopy tytanu. Komplet:
- gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy ($\varnothing 6-9$ mm, dł. 150-250 mm),

1

WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY

Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www.szpital.kalisz.pl

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

- 4 śruby blokujące w części bliższej 4,5 lub 5,0 mm i 2 w dalszej 3,5 lub 4,5 mm

- śruba zaślepiająca

5. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 13 poz. 5** dopuści możliwość zaoforowania gwoźdźa do kości przedramienia i strzałkowej blokowanego wkrętami 2,7/2,0; 2,7 i 3,5 mm?
6. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 14 poz. 1** dopuści możliwość zaoforowania płyt DSB o długości od 48 mm dla płyty 2otw. do 336 mm dla płyty 20otw.?
7. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 14 poz. 1, 6** dopuści możliwość zaoforowania śruby kompresyjnej o dł. całkowitej 32 mm zamiast 31mm?
8. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 14 poz. 2** dopuści możliwość zaoforowania gwoźdźa posiadającego w dalszej części 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny niegwintowany?
9. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 14 poz. 3** dopuści możliwość zaoforowania gwoźdźa posiadającego w części dalszej 1 otwór dynamiczny oraz 2 statyczne niegwintowane?
10. Czy zamawiający w **Zadaniu nr 14 poz.4** dopuści możliwość zaoforowania gwoźdźa udowego uniwersalnego posiadającego w części dalszej min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach zamiast 4?
11. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 14 poz. 5** dopuści możliwość zaoforowania gwoźdźa udowego anatomicznego w części dalszej min. 3 otw. w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max.10mm od końca gwoźdźa. W części bliższej posiadający min. 4 otw. w tym: 2 rekonstrukcyjne, 1 do blokowania statystycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Blokowanego w części bliższej przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade wkrętami o średnicy 6,5 mm. Śruby blokujące z gniazdem sześciokątnym. Implanty barwione jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźa w zakresie 0-15 mm stopniowanej co 5 mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwoźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące Ø 4,5 mm lub po dwie śruby blokujące Ø 6,5 mm i Ø 4,5 mm; zaśleпка?
12. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 14 poz. 7** dopuści możliwość zaoforowania gwoźdźa o 2 st. zagięciu części dalszej gwoźdźa. W części dalszej posiadający min. 4 otwory gwintowane i 1 dynamiczny. Gwoźdź posiadający spłaszczone trzy strony boczne powierzchnie w części dalszej zapewniających obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnienie stosowania rygli 4,5 lub 5,0mm dla wszystkich średnic gwoźdźa?

Odpowiedź: (dotyczy pytań 1-12) Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 14 poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania gwoździ Rusha Ø3,2mm dł. 140-260mm, Ø 4,0mm dł. 200-360mm, Ø4,8mm dł.200-360mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach ofertowych załączonych do oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY**
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www.szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 30024440
KRS 0000251663