

Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 28 marca 2017r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kardiomonitora dla Oddziału Urazowo – Ortopedycznego - sprawa nr 21/17.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający informuje:

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych:

Pytanie nr 1 dot. pkt I.5, II.1:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor pozwalający na ustawienie jednej z czterech prędkości kreślenia krzywych oraz prezentację jednego z trzech odprowadzeń rzeczywistych z kabla 3-elektrodowego? Kreślenie większej ilości odprowadzeń wymaga rekonstruowania EKG, które nie ma wartości diagnostycznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora pozwalającego na ustawienie jednej z czterech prędkości kreślenia krzywych oraz prezentację jednego z trzech odprowadzeń rzeczywistych z kabla 3-elektrodowego.

Pytanie nr 2 dot. pkt II.3:

Czy Zamawiający dopuści monitorowanie alarmu bezdechu w zakresie 10-40s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitorowanie alarmu bezdechu w zakresie 10-40s.

Pytanie nr 3 dot. pkt II.4:

Czy Zamawiający dopuści technologię własną pomiaru SpO2 (odporną na zakłócenia ruchowe w stopniu porównywalnym do Nellcor/Masimo), pracującą już w urządzeniach będących na wyposażeniu szpitala, z pozytywną opinią użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 4 dot. pkt II.5:

Czy Zamawiający dopuści mankiety o rozmiarach odpowiednio 25-35cm oraz 33-47cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietów w rozmiarach j.w. wskazał wykonawca.

Pytanie nr 5 dot. pkt II, III.6:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie pozwalające na rozbudowę o rzut minutowy serca metodą ICG oraz w technologii małoinwazyjnej, moduł pozwalający na ciągłe monitorowanie głębokości uśpienia/znieczulenia - w przypadku kiedy urządzenie będzie od razu rozbudowane o funkcjonalność pracy w sieci w zakresie dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora opisanego powyżej.

Pytanie nr 6 dot. pkt II.3:

Czy z uwagi na bezpieczeństwo, Zamawiający dopuści urządzenie bez funkcjonalności automatycznego ustawiania progów alarmowych przez urządzenie, w którym istnieje możliwość utraty kontroli użytkownika nad ustawieniami alarmów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez funkcjonalności automatycznego ustawiania progów alarmowych przez urządzenie, w którym istnieje możliwość utraty kontroli użytkownika nad ustawieniami alarmów.

Pytanie nr 7 dot. pkt III.4:

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor posiadający pamięć wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z ostatnich 48 godzin jeżeli urządzenie pozwoli na zapamiętanie trendów z ostatnich 120 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora posiadającego pamięć wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z ostatnich 48 godzin jeżeli urządzenie pozwoli na zapamiętanie trendów z ostatnich 120 godzin.

Pytanie nr 8 dot. pkt III.7:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w stojak jezdny wykonany ze stali malowanej proszkowo wyposażony w 5 kół jezdnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiomonitora wyposażone w stojak jezdny wykonany ze stali malowanej proszkowo wyposażony w 5 kół jezdnych.

Pytanie nr 9 dot. pkt I.1:

Czy Zamawiający dopuści chłodzenie konwekcyjne wspomagane wbudowanym wentylatorem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści chłodzenie konwekcyjne wspomagane wbudowanym wentylatorem.

Pytanie nr 10 dot. pkt I.2:

Czy Zamawiający dopuści monitor z uchwytem do przenoszenia połączonym na stałe, bez możliwości szybkiego wypięcia kardiomonitora z uchwytu, zgodnie z wymaganiem zintegrowanej rączki w punkcie 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora z uchwytem do przenoszenia połączonym na stałe, bez możliwości szybkiego wypięcia kardiomonitora z uchwytu, zgodnie z wymaganiem zintegrowanej rączki w punkcie 1.

Pytanie nr 11 dot. pkt I.3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość skonfigurowania 3 różnych ustawień ekranów łącznie z zestawami granic alarmowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość skonfigurowania 3 różnych ustawień ekranów łącznie z zestawami granic alarmowych.

Pytanie nr 12 dot. pkt I.5:

Czy Zamawiający dopuści monitor z czterema szybkościami kreślenia krzywych dynamicznych: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor jak wyżej opisano.

Pytanie nr 13 dot. pkt I.6:

Czy Zamawiający dopuści monitor o masie 7 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza monitor o masie 7 kg.

Pytanie nr 14 dot. pkt II.1:

Czy Zamawiający dopuści monitor z czterema szybkościami kreślenia krzywych dynamicznych: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s?

Czy Zamawiający dopuści prezentację jednego odprowadzenia przy rejestracji EKG z 3 elektrod?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora z czterema szybkościami kreślenia krzywych dynamicznych: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s.

Zamawiający dopuszcza prezentację jednego odprowadzenia przy rejestracji EKG z 3 elektrod.

Pytanie nr 15 dot. pkt II.2:

Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym analiza ST jest dokonywana w jednym odprowadzeniu w układzie 3 elektrod i w 7 odprowadzeniach w układzie 5 elektrod?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora, w którym analiza ST jest dokonywana w jednym odprowadzeniu w układzie 3 elektrod i w 7 odprowadzeniach w układzie 5 elektrod.

Pytanie nr 16 dot. pkt II.3:

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 1-120 odd/min u dorosłych oraz 1-150 odd/min u dzieci i noworodków?

Czy Zamawiający dopuści opóźnienie alarmu bezdechu ustawiane w zakresie 10 – 40 sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres pomiarowy 1-120 odd/min u dorosłych oraz 1-150 odd/min u dzieci i noworodków.

Zamawiający dopuszcza opóźnienie alarmu bezdechu ustawiane w zakresie 10 – 40 sekund.

Pytanie nr 17 dot. pkt II.5:

Czy Zamawiający dopuści rozmiary mankietów 27–35 cm oraz 34-43 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mankietów w rozmiarze 27–35 cm oraz 34-43 cm.

Pytanie nr 18 dot. modułu rejestratora:

Czy Zamawiający dopuści rejestrator przystosowany do papieru termicznego o szerokości 48 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rejestratora przystosowanego do papieru termicznego o szerokości 48 mm.

Pytanie nr 19 dot. możliwości rozbudowy:

Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o rzut minutowy serca metodą impedancyjną ICG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora bez możliwości rozbudowy o rzut minutowy serca metodą impedancyjną ICG.

Pytanie nr 20 dot. pkt III.3:

Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości automatycznego ustawiania granic alarmowych, wyposażony w ręczne ustawianie granic alarmowych każdego monitorowanego parametru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora bez możliwości automatycznego ustawiania granic alarmowych, wyposażony w ręczne ustawianie granic alarmowych każdego monitorowanego parametru.

Pytanie nr 21 dot. pkt III.4:

Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w 120 godzinne trendy o rozdzielczości 1-, 5- albo 10-minutowej (wybieranej przez użytkownika) i 1 godzinne trendy o rozdzielczości 1- albo 5-sekundowej (wybieranej przez użytkownika)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora wyposażonego jak wyżej opisał wykonawca.

Pytanie nr 22 dot. pkt III.6:

Czy Zamawiający dopuści monitor bez możliwości rozbudowy o moduły: pomiar rzutu minutowego serca wraz z obliczeniami hemodynamicznymi w technologii małoinwazyjnej, oraz ciągłe monitorowanie głębokości uśpienia/znieczulenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie monitora bez możliwości rozbudowy o moduły: pomiar rzutu minutowego serca wraz z obliczeniami hemodynamicznymi w technologii małoinwazyjnej, oraz ciągłe monitorowanie głębokości uśpienia/znieczulenia.

Pytanie nr 23 dot. pkt III.7:

Czy Zamawiający dopuści stojak wyposażony w 5 kół jezdnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stojaka wyposażonego w 5 kół jezdnych.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści wydłużenie czasu naprawy i dostarczenia urządzenia zastępczego do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do naprawy z zagranicy?

Odpowiedź: Tak.

W związku z powyższym §7, ust. 6 Projektu umowy otrzymuje poniższe brzmienie:

„W przypadku braku konieczności wymiany części czas naprawy wynosi do 5 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski czas naprawy wynosi do 10 dni roboczych, od daty zgłoszenia awarii”.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany, wyprodukowany w min. 2015r.?

Odpowiedź: Nie, zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy odpowiedzi w niniejszych wyjaśnieniach:

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę kardiomonitora o parametrach dopuszczonych przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy zaznaczyć to odpowiednio w danych pozycjach Załącznika nr 4 do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych /np.: dopuszczono w wyjaśnieniach z dnia 28.03.2017r./

Treść powyższych wyjaśnień stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyn