

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 05 maja 2016r.

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na dostawę kardiokardiografów (sprawa nr 24/16).

Pytania dotyczące Formularza Ofertowego (2)- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych:

Pytanie nr 1 dot. pkt I.2:

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat KTG z obsługą urządzenia zarówno przez duży, ponad 12 calowy kolorowy ekran dotykowy jak i przyciski? Obecnie tylko kardiokardiografy AVALON firmy PHILIPS, oferowane przez firmę Medicom Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34 w Zabrzu spełniają wymogi opisane w tym punkcie, w związku z czym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić zamawiającego na poważne konsekwencje prawne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiokardiografów z obsługą zarówno przez ekran dotykowy, jak i przyciski.

Pytanie nr 2 dot. pkt I.8:

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat KTG z dotykowym ekranem o wielkości 12,1'' z częstotliwością powtarzania równą 2 KHz? Obecnie tylko kardiokardiografy AVALON firmy PHILIPS, oferowane przez firmę Medicom Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34 w Zabrzu spełniają wymogi zapisane w SIWZ, w związku z czym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić zamawiającego na poważne konsekwencje prawne.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt I.8 Formularza Ofertowego (2).

Pytanie nr 3 dot. pkt I.10:

Czy zamawiający uzna za dopuszczalną wartość maksymalnej zmiany międzyskurczowej dla ultradźwięków równą 30 +/- 2? Obecnie tylko kardiokardiografy AVALON firmy PHILIPS, oferowane przez firmę Medicom Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34 w Zabrzu spełniają wymogi zapisane w SIWZ, w związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić zamawiającego na poważne konsekwencje prawne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiokardiografów o maksymalnej zmianie międzyskurczowej dla ultradźwięków równą 30 +/- 2.

Pytanie nr 4 dot. pkt 12 oraz 16:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiokardiograf z dotykowym ekranem o wielkości 12,1'' z możliwością rozbudowy o funkcje opisane w punktach I.12 oraz I.16 lub czy Zamawiający zgodzi się zmianę zapisów SIWZ w pkt I.12 oraz I.16 polegającą na postawieniu wymogów opisanych w tych punktach tylko dla części oferowanych kardiokardiografów? Proponowane zmiany pozwolą na znaczne ograniczenie kosztów Zamówienia dzięki dostarczeniu tylko części aparatów z opisanymi funkcjami.

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 5 dot. pkt 19:

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat KTG z dotykowym ekranem o wielkości 12,1'' nieposiadający jednakowych gniazd przetworników oraz bez automatycznego rozpoznawania podpiętego przetwornika? Oferowany przez nas aparat posiada odpowiednio oznaczone gniazda oraz wtyczki i nie ma możliwości błędnego podłączenia głowicy. Zastosowanie jednakowych gniazd głowic nie ma uzasadnienia medycznego. Co więcej, obecnie tylko kardiokardiografy AVALON firmy PHILIPS, oferowane przez firmę Medicom Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 34 w Zabrzu spełniają wymogi zapisane w SIWZ, w związku z tym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności zamawiającego i promowanie produktu oferowanego przez jednego producenta oraz dostawcy, co jest niezgodne zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i może narazić zamawiającego na poważne

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiokardiografów nieposiadających jednakowych gniazd przetworników oraz bez automatycznego rozpoznawania podpiętego przetwornika.

Pytanie nr 6 dot. pkt 21:

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat KTG z dotykowym ekranem o wielkości 12,1'' z głowicami niekompatybilnymi z aparatami KTG Avalon FM20? Spełnienie wymogu określonego w tym punkcie w oczywisty sposób uniemożliwia konkurencję, w związku z czym zachodzi podejrzenie o brak bezstronności Zamawiającego i promowanie produktów oferowanych tylko przez jednego producenta, co jest niezgodne z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i naraża Zamawiającego na poważne konsekwencje prawne. Przedmiotem Zamówienia jest bowiem dostawa kardiokardiografów a nie wyposażenia posiadanych przez Zamawiającego aparatów AVALON FM20.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiokardiografów jak proponuje Wykonawca, tj. z głowicami niekompatybilnymi z aparatami KTG Avalon - tylko w przypadku dostosowania wszystkich aparatów KTG będących na wyposażeniu Oddziału do oferowanych głowic.

Pytanie nr 7 dot. pkt 22:

Czy zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat KTG z dotykowym ekranem o wielkości 12,1'' z głowicami o 12 kryształach z wodoszczelnością przetworników (głowic) IPX8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiokardiografów jak wyżej zaproponował Wykonawca.

Pytanie nr 8 dot. pkt 29:

Czy Zamawiający dopuści kardiokardiograf posiadający przetworniki Cardio i Toco o różnych kolorach jako identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatów posiadających przetworniki Cardio i Toco o różnych kolorach jako identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego.

Pytanie nr 9 dot. pkt 33:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiokardiograf z realizujący wydruk z archiwum z dużą prędkością, co najmniej 15 mm/s?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowanie aparatów z prędkością wydruku zapisów archiwalnych min. 15 mm/s.

W załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Formularzu Ofertowym (2) w pkt I.33 nastąpiła omyłka pisarska: jest – „min. 15 cm/s”, winno być „min. 15 mm/s”. W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień prawidłowy „Formularz Ofertowy (2) – ciąg dalszy”. Dotychczasowy formularz – str. 2 traci ważność. *Proszę składać oferty na aktualnym formularzu !*

Pytanie nr 10 dot. pkt 34:

Czy Zamawiający uzna za wystarczającą użyteczną szerokość wydruku równą około 128 +/- 3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczającą użyteczną szerokość wydruku 128 +/- 3 mm.

Pytanie nr 11 dot. pkt 33:

Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiokograf z wydrukiem zapisów archiwalnych z prędkością do 20mm/s? Oczekiwana wartość minimum 15 cm/s wydaje się być oczywistą omyłką pisarską.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 niniejszych wyjaśnień oraz Zamawiający dopuszcza zaoferowanie także aparatów z wydrukiem zapisów archiwalnych z prędkością do 20 mm/s.

Pytanie nr 12:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fabrycznie nowych aparatów KTG rok produkcji 2015 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kardiokografów fabrycznie nowych (nieużywanych, niepowystawowych) – rok produkcji 2015.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- Termin składania ofert - **do godz. 9⁰⁰ dnia 11 maja 2016r.**
- Termin otwarcia ofert - **godz. 9³⁰ dnia 11 maja 2016r.**

Treść powyższych wyjaśnień stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY (2) – ciąg dalszy

1.	2.	3.	4.
22.	Wodoszczelność przetworników (głowic) IP68	Tak	
23.	Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki	Tak	
24.	Automatyczne wykrywanie ruchów płodu	Tak	
25.	Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco	Tak	
26.	Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy	Tak	
27.	Zakres sygnału Toco min. 0÷100	Tak	
28.	Ustawienie linii podstawowej Toco 20 jednostek	Tak	
29.	Przetworniki Cardio i Toco posiadające identyfikację w postaci optycznego elementu sygnałowego (dioda led)	Tak	
30.	Współpraca z telemetrią płodową	Tak	
31.	Graficzny rejestrator termiczny wbudowany w urządzenie	Tak	
32.	Standardowe prędkości przesuwania papieru 1,2 i 3 [cm/min]	Tak	
33.	Duże prędkości wydruku zapisów archiwalnych – min. 15 mm/s	Tak	
34.	Szerokość papieru 150mm, użyteczna szerokość wydruku min. 128mm	Tak	
35.	Wprowadzanie danych demograficznych pacjentki. Ekranowa klawiatura w układzie QWERTY	Tak – 10 pkt Inna – 5 pkt (podać)	
36.	Wprowadzanie notatek tekstowych	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
37.	Wydruk badania dodatkowo zawierający: - Imię i nazwisko pacjentki - MRN-numer identyfikacyjny pacjentki - Godzina, minuta, sekunda, data - Prędkość wydruku - Wiek ciążowy	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt	
38.	Rozdzielczość wydruku 8 punktów/ mm 200 dpi	Tak	
39.	Alarm końca papieru	Tak	
40.	Kompaktowa obudowa	Tak	
41.	Oprogramowanie w języku polskim	Tak	
42.	Kompatybilność (współpraca) z systemem nadzoru okołoporodowego znajdującym się na wyposażeniu szpitala - OB. Trace Vue	Tak	
43.	Wózek pod kardioklograf z koszykiem i blokadą kół.	Tak	
II.	PODSTAWOWE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU:		
1	Zapewnienie czasu naprawy do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii	Tak	
2	Zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy niemożliwej do wykonania w ciągu 5 dni roboczych	Tak	
3.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny	Tak	

ciąg dalszy formularza na następnej stronie

/ miejscowość, data/ podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/