

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 29.09.2022 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez stosowania ustawy Pzp), pn.: „Bielizna operacyjna” sprawa nr 115/22. Specyfikację zatwierdzono: 22.09.2022 roku.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający informuje:

Pytanie 1: Zamawiający wymaga nogawic 75x40 cm wykonanych z dwóch tkanin – warstwy zasadniczej i chłonnej. Nogawice powinny być wykonane z jednej warstwy tkaniny, najlepiej nieprzemakalnej. Czy Zamawiający wymaga, aby nogawice wykonane były z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 – 130 g/m² i nieprzemakalności min. 40 cm H₂O?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga aby nogawice wykonane były z tkaniny poliestrowej o gramaturze 120 – 130 g/m² i nieprzemakalności min. 40 cm H₂O.

Pytanie 2: Zamawiający w Formularzu cenowym w pozycji 7 opisał piżamy – bluzy, natomiast w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zostały opisane komplety bluza + spodnie. Prosimy o informację, czy Zamawiający w pozycji 7. Formularza cenowego wymaga kompletów bluza + spodnie, czy tylko samych bluz?

Odpowiedź: Tylko bluza piżamowa.

Zamawiający zmienia część B SWZ pkt 7. Opis przedmiotu zamówienia ppkt 3. Komplet piżamowy pacjenta. Powinno być:

„3. Bluza piżamowa pacjenta

3.1 Bluza piżamowa pacjenta – pozycja nr 7 wykonany z tkaniny bawełniano-poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 45%, o gramaturze 130 - 140 g/m². Tkanina biała z niebieskim nadrukiem w dwóch motywach - motywy drukowane, rozmieszczone w rzędach.

Bluza zapinana po całości na guziki.

Rozmiar do wyboru przez zamawiającego M-30, L-50, XL-10, XXL-10”

W paragrafie 1 ust 4 projektu umowy zapis „Komplet piżamowy pacjenta”, zmienia na „Bluza piżamowa pacjenta”.

Pytanie3: Czy Zmawiający dopuszcza modyfikację pozycji 8. Formularza, dokonując podziału kompletu pościeli na poszczególne jej elementy, na przykład jak poniżej:

L.p. j	Przedmiot zamówienia	j.m	ilość	Cena jednostkowa bez podatku VAT (zł	(...)
8.	Pościel				
8.1.	Poszwa 160x210 z zakładką 30 cm	Zst.	500		
8.2	Poszewka 70x80 cm z zakładką 20 cm	Zst.	500		
8.3.	Prześcieradło 160x250 cm	Zst.	500		

Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza w tym formacie modyfikację pozycji 8 Formularza SWZ.

Pytanie 4: W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 3., prosimy o akceptację fakturowania pościeli nie kompletami, a sztukami za poszczególne elementy pościeli, tj. osobno poszwy, poszewki i prześcieradła.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania numer 3 - Zmawiający dopuszcza modyfikację pozycji 8. Formularza SWZ.

Pytanie 5: Zamawiający w Formularzu cenowym w pozycji 12. opisał komplety bluza + spodnie, natomiast w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zostały opisane komplety bluza + spódnica. Prosimy o informację, czy Zamawiający w pozycji 12. Formularza cenowego wymaga kompletów bluza + spodnie, czy bluza + spódnica?

Odpowiedź: Tylko bluza i spodnie.

Zamawiający zmienia część B SWZ pkt 7.Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4. „Odzież operacyjna”. Powinno być:

„4. Odzież operacyjna

4.1 Opis Przedmiot zamówienia: odzież operacyjna –pozycja 12

Skład: Bluza + Spodnie -kpl

Wyrób w pełni zgodny z normą PN-EN 13795.

Wymagania zgodne z normą PN-EN 13795 dla odzieży potwierdzone raportem wykonanym przez niezależną jednostkę badawczą”.

Pytanie 6: Zamawiający w Projekcie Umowy zawarł zapis o konieczności dostarczenia dokumentów na żądanie Zamawiającego. Zwracamy się z prośbą o odstąpienia wymogu przedłożenia deklaracji CE oraz wpisu/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dla koszul operacyjnych. Koszule operacyjne są wyrobem ochronnym, służącym do transportu Pacjenta, a zatem nie należą do grupy wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje od wymogu przedłożenia deklaracji CE oraz wpisu/zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dla koszul operacyjnych na żądanie Zamawiającego.

W paragrafie 1 ust 4 projektu umowy dot. „Koszula operacyjna” pkt 1 ta 2 „Deklaracja zgodności CE” ta „Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych” są wyłączone ta powinno być:

„Koszula operacyjna

1. Instrukcja używania.
2. Oznakowanie trwałym nadrukiem wielkość 0,6 nazwą Szpitala (kolor niebieski, żółty, zielony, czerwony, czarny)
3. Asortyment oznakowany nazwą szpitala i wyposażony w tagi radiowe UHF”.

Pytanie 7: Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów na żądanie Zamawiającego, potwierdzających spełnienie wymogów opisanych w SWZ. Zamawiający na etapie badania ofert powinien mieć możliwość zweryfikowania zgodności zaoferowanych wyrobów z postawionymi wymaganiami. Czy Zamawiający, aby ocenić zaoferowane wyroby pod kątem zgodności z oczekiwaniami, wymaga aby Wykonawcy załączyli do oferty:

1. Karty tkanin, z których wykonany jest zaoferowany asortyment, wystawione przez ich producentów,
2. Certyfikat dla pościeli potwierdzający zgodność z normą CEN/TS 14237,
3. Wyniki badań tkanin, którym postawiony jest wymóg zgodności z normą PN-EN 13795,
4. Próbkę tkanin w wymaganych kolorach i wzorach dla każdej pozycji asortymentowej w rozmiarze nie mniejszym niż odpowiadający formatowi A4?

Odpowiedź: Wykonawcy musi złożyć dokumenty zgodnie z SWZ.

Pytanie 8: W związku z wymogiem złożenia oferty w wersji papierowej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie termin składania ofert o 3 dni robocze od terminu udzielenia odpowiedzi na pytania.

1. Odpowiedź: Zamawiający zmienia część H SWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” ta powinno być:

„Termin składania – do godz. 9⁰⁰ dnia 07.10.2022 r.

Termin otwarcia – godz. 9:40 dnia 07.10.2022 r.”

Pytanie 9:

Zmawiający wymaga realizacji zamówień w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Obecnie transport towarów jest przekierowany na surowce strategiczne, takie jak węgiel i zboże. Wszystkie pozostałe towary, w tym również tkaniny, z których produkowany jest zamawiany asortyment są kolejgowane w transporcie – dotyczy to wszystkich dróg transportu – kolejowego, morskiego i drogowego. Czy mając na uwadze powyższe, Zamawiający zmieni termin realizacji dostaw do 20 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin realizacji dostawy do 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W tym przypadku, Zamawiający zmienia część ZAŁĄCZNIK 2 SWZ pkt „Termin dostawy oraz płatności” ta powinno być:

Termin realizacji zamówienia	do 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
------------------------------	---

W paragrafie 5 ust 1 projektu umowy zapis „**do 10 dni roboczych**,” zmienia na „**do 20 dni roboczych**”

Również Zamawiający zdecydował się na zmianę część H SWZ pkt 10 dotcz. składanie ofert częściowych ta powinno być:

„10. Zamawiający **nie** dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na każde zadanie osobno”.

Powyższe zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmiany.

WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPÓŁNY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www.szpital.kalisz.pl