

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 14 stycznia 2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy staplerów, narzędzi laparoskopowych, łat oraz protez naczyniowych

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający zezwoli w pakiecie nr 1 (Staplery jednorazowego użytku) na zaoferowanie poniższego asortymentu, lidera na rynku staplerów, tak aby dopuścić zjawisko konkurencji:
 - a) **Stapler okrężny jednorazowy** zakrzywiony z główką o średnicy 21 mm , 25 mm, 29 mm , 33 mm , z manualną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane ze stopu tytanu dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy. Zamawiający określi długość , średnicę staplera przy składaniu zamówienia.
 - b) **Stapler liniowy jednorazowego użytku** 60 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm . Zszywki wykonane ze stopu tytanu dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. (1op.=3szt.)
 - c) **Ładunki do staplera liniowego jednorazowego** użytku 60 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm; zszywki wykonane ze stopu tytanu dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. (1op.=6szt.)
 - d) **Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 75 mm** posiadający nóż w staplerze z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o zamkn. wysokości 2,0 mm lub 1,5 mm; zszywki wykonane ze stopu tytanu dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.(1op.=3 szt.)
 - e) **Ładunki tnąco-szyjące 80 mm** posiadające nóż w staplerze z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o zamkn. wysokości 2,0 mm lub 1,5 mm; zszywki wykonane ze stopu tytanu dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. (1op.=6szt.)
 - f) **Zestaw średnicomierzy wielokrotnego użytku** (25, 29, 33 mm)
 - g) **Narzędzie wielorazowego użytku do automatycznego zakładania szwu kapciuchowego (1 szt)**
 - h) **Stapler skórny jednorazowego użytku**, sterylny, gotowy do użycia po rozpakowaniu, zszywki ze stali nierdzewnej. Magazynek 35 zszywek, grubość zszywki 0,58mm, szerokość 6,9mm, wysokość 3,9mm.

i) Narzędzie jednorazowego użytku do usuwania zszywek skórnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 1 poz. 1

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 poz 1 dopuści staplery okrężne zakrzywione bez łamanej główki pod warunkiem, że staplery te posiadają większą średnicę noża okrężnego w poszczególnych rozmiarach (co daje tą samą korzyść co łamana główka – czyli łatwość wyciągnięcia staplera po wykonaniu zespolenia), rozmiar 21 wysokość zszywki 4,5 mm, rozmiar 25 wysokość 4,8 lub 5,3, rozmiar 28 wysokość zszywki 4,8mm, rozmiar 31,33 wysokość zszywki 5mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 2, 3

3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zszywki 3,8 lub 4,5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 4, 5

4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wysokości zszywki 3,85 oraz 4,5 mm wykonane z drutu o przekroju okrągłym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 6, 7

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji nr 6,7 w jedno osobne zadanie tak by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w postępowaniu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby przystąpienie do przetargu większej liczbie Oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 1 poz. 8

6. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie staplera skórno-śluzowego z zszywkami o wymiarach 7mm x 4mm x 0,6mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 2 poz. 1, 2, 3, 4

7. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnego pakietu asortymentu opisanego w pozycjach 1,2,3,4, co umożliwi przedstawienie na niego oferty korzystnej jakościowo i cenowo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 3

8. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łąt uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, przepuszczalność poniżej 0,5 ml/cm²/min, grubość ścian 0,36mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 4

9. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez niesrebrzonych, ale z możliwością łączenia jonowego powłoczenia z antybiotykiem, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 4 poz. 7

10. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 25cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 6 poz. 1, 2

11. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 i 2 w miejsce pierwotnych parametrów protez o grubości ściany 0,47mm z możliwością resterylizacji nieużytych części protezy przy użyciu tlenu etylenu lub pary 10 lub więcej razy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 i 4 w miejsce pierwotnych parametrów protez o grubości ściany 0,37mm z możliwością resterylizacji nieużytych części protezy przy użyciu tlenu etylenu lub pary 10 lub więcej razy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy pełnomocnictwa

13. W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w w/w postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

dotyczy zapisów projektu umowy

14. **Dotyczy § 3 lit. 2a) i 2c) wzoru umowy** Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisu w § 3 lit. 2a) wzoru umowy i dodanie treści: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy, **za wyjątkiem sytuacji kiedy wstrzymanie dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony umową**”.

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy **z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania**

15. **Dotyczy § 3 lit. 2e) wzoru umowy.** Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu: Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:

e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów, **po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia ”].**

16. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów **§ 6 ust 1:** „W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % **wartości brutto** za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru**”

Odpowiedź: (dotyczy pytań 14 – 16) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek