

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 19 stycznia 2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych oraz elektrod do ablacji endokawitarnej

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1

1. Czy dla zadania nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod kodowanych nazwą krzywizny na proksymalnym końcu elektrody?

Odpowiedź: TAK

2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod diagnostycznych 4-biegunowych kodowanych nazwą krzywizny na proxymalnym końcu elektrody?

Odpowiedź: TAK

3. Czy Zamawiający dopuści: Elektroda diagnostyczna 4 biegunowe do badania EP z łącznikiem spełniająca następujące wymagania:

- a) *średnica elektrody – 6F lub 5F – do wyboru przez zamawiającego*
- b) *krzywizny – co najmniej 3 różne (koniecznie Josephson, Damato, Cournand) – do wyboru przez zamawiającego duża elastyczność,*
- c) *długość cewnika min. 110 cm*
- d) *termin ważności sterylizacji – co najmniej 12 miesięcy*

Odpowiedź: NIE

dotyczy zadania nr 2

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod diagnostycznych, wielobiegunowych, sterowalnych do mapowania cieśni trójdzielnej i prawego przedsionka z następującymi odległościami między pierścieniami: 1-7-1, 1-9-1, 2-5-2, 2-10-2, 5-5-5 mm?

Odpowiedź: TAK

5. Czy Zamawiający dopuści: elektroda diagnostyczna, wielobiegunowa, sterowalna do mapowania cieśni trójdzielnej i prawego przedsionka - z łącznikiem spełniająca następujące wymagania:

- a) *średnica elektrody – 7F*
- b) *elektroda sterowalna – zmienna krzywizna*
- c) *krzywizna ukształtowana anatomicznie*
- d) *odległość między pierścieniami 2/10/2 mm*
- e) *termin ważności sterylizacji – co najmniej 12 miesięcy*

Odpowiedź: NIE

dotyczy zadania nr 3

6. Czy Zamawiający dopuści: elektroda diagnostyczna wielobiegunowa do zatoki wieńcowej – z łącznikiem spełniająca następujące wymagania:
- a) średnica elektrody 5F
 - b) elektroda 10 biegunowa
 - c) krzywizna ukształtowana anatomicznie
 - d) odległość między pierścieniami 2/5/2 mm lub 2/8/2 mm
 - e) długość elektrody 90cm
 - f) termin ważności sterylizacji – co najmniej 12 miesięcy

Odpowiedź: NIE**dotyczy zadania nr 4**

7. Czy Zamawiający dopuści: elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej metodą RF o zbrojonej końcówce 4 mm z łącznikiem spełniająca następujące wymagania:
- a) Min.1 stopień swobody
 - b) dostępna średnica końcówki elektrody – 7F
 - c) długość końcówki – 4 mm
 - d) odległość między pierścieniami 2/5/2 mm
 - e) krzywizny – co najmniej 4 różne – do wyboru przez zamawiającego
 - f) współpraca z ablatorami firmy STOCKERT GmbH
 - g) termin ważności sterylizacji – co najmniej 12 miesięcy

Odpowiedź: NIE**dotyczy zadania nr 6**

8. Czy Zamawiający dopuści: elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej metodą RF z końcówką chłodzoną roztworem soli fizjologicznej z łącznikiem do elektrody ablacyjnej oraz drenami do pompy chłodzącej cewniki ablacyjne – spełniająca następujące wymagania:
- a) chłodzona końcówka elektrody (oznacza obieg otwarty),
 - b) średnica końcówki elektrody – 7Fr
 - c) zbrojna końcówka elektrody
 - d) długość końcówki – 4mm
 - e) odległość między pierścieniami 2/5/2 mm
 - f) krzywizny – 2 różne do wyboru przez zamawiającego
 - g) współpraca z ablatorem firmy STOCKERT GmbH
 - h) jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki
 - i) 9. termin ważności sterylizacji – co najmniej 12 miesięcy

Odpowiedź: NIE

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem
 Dyrektor Zamówień Publicznych
 mgr Mariusz Pawlaczek