

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 26 czerwca 2020 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego na „Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, serwet operacyjnych, alloplastycznego substytutu skóry, kleju chirurgicznego oraz płynów do odkażania ran” - nr sprawy 34/20.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia, sterylnego roztworu do płukania ran oraz do oczyszczania, nawilżania i płukania ostrych, przewlekłych i krytycznie skolonizowanych lub zakażonych ran oraz oparzeń 1 i 2 stopnia. Zapobiega rozwojowi bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych (w tym metycylinoopornego gronkowca złocistego, MRSA), wirusów, grzybów i spor w nasączonych preparatem opatrunkach ran. Roztwór na bazie wody, sodu chlorek, kwas podchlorawy 30ppm, sodu podchloryn 40ppm. Możliwość zastosowania roztworu do płukania jam ciała(jama ustna, nos, gardło, pochwa, uszy i jama otrzewnej)bez konieczności odpływu lub wypłukania środka. Może być stosowany do płukania pola operacyjnego podczas operacji. Roztwór może być stosowany do terapii NPWT. Butelka a 500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia, sterylnego roztworu do płukania ran oraz do oczyszczania, nawilżania i płukania ostrych, przewlekłych i krytycznie skolonizowanych lub zakażonych ran oraz oparzeń 1 i 2 stopnia. Zapobiega rozwojowi bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych (w tym metycylinoopornego gronkowca złocistego, MRSA), wirusów, grzybów i spor w nasączonych preparatem opatrunkach ran. Roztwór na bazie wody, sodu chlorek, kwas podchlorawy 30ppm, sodu podchloryn 40ppm. Możliwość zastosowania roztworu do płukania jam ciała(jama ustna, nos, gardło, pochwa, uszy i jama otrzewnej)bez konieczności odpływu lub wypłukania środka. Może być stosowany do płukania pola operacyjnego podczas operacji. Roztwór może być stosowany do terapii NPWT. Konfekcjonowanego w butelki 1000ml

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 1 i 2 dopuści:
Spektrum działania: bakterie, grzyby w czasie 15 sek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 19 poz. 3 i 4 dopuści:
Spektrum działania: bakterie, grzyby w czasie 15 sek, wirusy w czasie minuty i Nasączenie proporcjonalnie:
36,8% izopropanol, 47,3% etanol, 0,5% chlorheksydyna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Zadanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuści opatrunki hemostatyczne o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym w badaniach przedklinicznych i klinicznych in vitro? Badanie in vitro potwierdza działanie bakteriobójcze przeciwko szczepom MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli więc wymóg dodatkowego badania in vivo (na żywych organizmach) nie ma tutaj uzasadnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 8 pozycji 1 dopuści tampony neurochirurgiczne w rozmiarze 10x15mm, wszystkie tampony pakowane po 30 blistrów w opakowaniu zbiorczym, co spowoduje zaoferowanie odpowiednio w pozycji 1-10 opakowań, w pozycji 2-13 opakowań, w pozycji 3-18 opakowań i w pozycji 4-27 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tampony neurochirurgiczne w rozmiarze 10x15mm pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 7

Pakiet 45, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuszcza analogiczny preparat, o identycznych właściwościach, o stężeniu kwasu podchloraowego 50ppm i podchlorynu sodu 50ppm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Pakiet 45, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuszcza analogiczny preparat, o identycznych właściwościach, o stężeniu kwasu podchloraowego 50ppm i podchlorynu sodu 50ppm, w opakowaniach 1000ml?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie kleju bez dwukomorowej strzykawki o następujących parametrach:

- polimeryzacja w ciągu 120 sekund
- stabilny
- nie zawiera składników, które reagują z krwią
- stosowany z powodzeniem w : rozwarstwieniach warstw naczyń, wzmocnieniu linii szycia przy ostrych rozwarstwieniach aorty, wzmocnienie linii szycia podczas zabiegów kardiologicznych i naczyniowych

Poniżej zdjęcie zestawu:



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Zadanie nr 12 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia siatki opatrunkowej wykonanej z 71% poliamidu i 29% elastodieniu?

Pytanie 11

Zadanie nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia siatki opatrunkowej o rozmiarze 3,8-4,6 cm w stanie swobodnym?

Pytanie 12

Zadanie nr 12 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia siatki opatrunkowej o rozmiarze 6,5-7,5 cm w stanie swobodnym?

Pytanie 13

Zadanie nr 12 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia siatki opatrunkowej o rozmiarze 8,6-9,6

cm w stanie swobodnym?

Pytanie 14

Zadanie nr 13 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia opaski dzianej poliestrowej?

Pytanie 15

Zadanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia opatrunku pokrytym klejem poliakrylowym bezpiecznym dla skóry, nie zawierającym kalafonii i produktów pochodnych? Rozmiar całkowity 9 x 6 cm, rozmiar wkładu chłonnego 1,5 x 3 cm?

Odpowiedź: (dot. pytań od 10 do 15) Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Zadane nr 29 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia folii operacyjnej pokrytej przyjaznym dla skóry klejem poliakrylowym w rozmiarze całkowitym 45 x 27 cm/ powierzchnia przylepna 45 x 20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 17

Zadane nr 29 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia folii operacyjnej pokrytej przyjaznym dla skóry klejem poliakrylowym w rozmiarze całkowitym 45 x 57 cm/ powierzchnia przylepna 45 x 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 18

Zadanie nr 32 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia serwety w rozmiarze 45 x 75 cm, opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Zadanie nr 32 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dopuszczenia serwety z otworem o średnicy 6 cm, opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20

Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne jałowe ze sprasowanej wysokochłonnej bawełny ze znacznikiem rtg o wadze 100gr/m²?

Pytanie 21

Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści Chłonnaść min.8 krotność masy suchego wacika.?

Pytanie 22

Zadanie 8

Czy Zamawiający dopuści rozmiary:

Poz. 1- 10x10 lub 12x12 mm

Poz.2- 12x25 mm

Poz.3- 20x20mm

Poz.4 – 25x50 mm?

Pytanie 23

Pakiet 26 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści Wchłaniałny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamący się, wchłaniający się od 3 do 4 tygodni, czas upłynięcia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Sterylizowany promieniami gamma?

Opakowanie a 10 sztuk? Z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Rozmiary zgodne z SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 26 poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści Wchłaniałny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie gąbki, elastyczny i niełamący się, wchłaniający się od 3 do 4 tygodni, czas upłynięcia w ciągu 2 do 5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach - szczelnie przylegający i łączący się z krwawiącą tkanką zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz kształt w kontakcie z krwią. Dożębodołowy. Sterylizowany promieniami gamma?

Rozmiar: 1 x 1 x 1cm, opakowanie a 32 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Pytanie 25

Pakiet 27

Czy Zamawiający dopuści Wchłaniałny jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym badaniami klinicznymi in vitro a PRSP potwierdzone w instrukcji użytkowania. Niskie pH

2,5-3,5 w kontakcie z krwią hamujące rozwój szczepów MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E. Coli. Okres wchłaniania 7-14 dni. Czas umożliwiający hemostazę: 2-8 minut. Rozmiary zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: (dotyczy pytań od 20 do 25) Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

Pytania do SIWZ

Ze względu na fakt, iż przedmiotem niniejszego postępowania są między innymi produkty, których obrót nie jest objęty obowiązkiem posiadania koncesji, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu jej przedstawiania i zastąpienia oświadczeniem Wykonawcy. Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie 28

Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

- 1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,
- 2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie 29

Zadanie nr 18 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie waty bawełniano-wiskozowej (30%-70%). Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30

Zadanie nr 20 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie samoprzylepnego opatrunku do mocowania kaniul pokrytego hipoalergicznym klejem akrylowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Zadanie nr 20 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tolerancji rozmiaru wkładu chłonnego +/-0,5cm.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Zadanie nr 20 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z wycięciem w kształcie U i z podkładką pod

miejsce wklucia wyprofilowaną takze w kształcie U , dzięki czemu kaniula jest „otulona” z trzech stron chłonnym padem?



Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 33

Zadanie nr 20 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek zaopatrzony w dodatkową podkładkę pod skrzydełka kaniuli?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 34

Zadanie nr 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku hydrokoloidowego konfekcjonowanego w opakowanie a 10sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 35

Zadanie nr 21 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje opatrunku zbudowanego z trzech hydrokoloidów, t. j. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36

Zadanie nr 23 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37

Zadanie nr 24 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego w opakowanie a 100szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 38

Zadanie nr 24 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego w opakowanie a 50szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 39

Zadanie nr 24 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego w opakowanie a 40szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 40

Zadanie nr 24 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku konfekcjonowanego w opakowanie a 40szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Pytanie 41

Zadanie nr 29 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej posiadającej system zabezpieczeń foliowych ułatwiających aplikację o wymiarach całkowitych 28x53,5 cm, powierzchnia przylepna 45 x 28 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 42

Zadanie nr 29 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej posiadającą system zabezpieczeń foliowych ułatwiających aplikację o wymiarach całkowitych 45x63,5 cm, powierzchnia przylepna 45 x 55 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43

Zadanie nr 30 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o wymiarach całkowitych 28x53,5 cm, powierzchnia przylepna 45 x 28 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44

Zadanie nr 30 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu o grubości 0,022 mm o wymiarach całkowitych 40x40 cm, powierzchnia przylepna 34 x 40 cm. Pakowane po 15 szt. w opakowaniu zbiorczym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

UWAGA!!!!

W przypadku zaoferowania wyrobów o innej ilości w opakowaniu jednostkowym (na które zgodę wyraził Zamawiający) od podanej w „ Formularzu Cenowym” należy dokonać odpowiednich przeliczeń. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań z zaokrągleniem w górę.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 t. j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaofiarowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach załączonych do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyn