

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 21 marca 2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1 poz. nr 10

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważne cewniki diagnostyczne o parametrach nieznacznie różniących się od opisanych w SIWZ:

- rozmiary 4F, 5F
- akceptujące przewodniki 0,035" oraz 0,038"
- średnica wewnętrzna 0,053" dla rozmiarów 4F i 5F
- długości 40, 65, 90, 100, 110, 130, 150cm
- cewnik zbrojony opłotem stalowym w części dystalnej (ok. 20 cm)
- duża różnorodność kształtów – ponad 40 różnych krzywizn

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności, gdyż według wykonawcy produkt jest równoważny w zakresie jego przeznaczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania cewników diagnostycznych o powyższej charakterystyce.

2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 10 do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zapisów projektu umowy

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par.6 ust. 1: „W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów jednak nie więcej niż 10% wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity), zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlarczyk