

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 24 marca 2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy sprzętu do diagnostyki angiograficznej i interwencji wewnątrznaczyniowych

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 2 poz. nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści Cewnik balonowy uniwersalny o nieznacznie zmienionych parametrach:
 - dostępne średnice od 3 do 12mm dla długości 20 - 40 mm i od 4 do 7 dla długości 80, 100 i 120 mm
 - RBP 14, 19 bar (14 atm) dla balonów na prowadnik 0,018”
 - długość układu wprowadzającego 90 i 150 cm dla balonów na prowadnik 0,018” oraz 80 i 135 cm dla balonów na prowadnik 0,035” oraz spełniające pozostałe parametry Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania cewników balonowych o powyższej charakterystyce.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity), zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaszyk