

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 24 sierpnia 2015 roku

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu i chirurgii dziecięcej

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 2

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania w opcji panewki z gwintem na obrzeżu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania implantów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

dotyczy zadania nr 5 poz. 1 – 8

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set, tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy zadania nr 8

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set, tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

dotyczy zadania nr 13 poz. 1

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr **13 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej obojczykowej posiadającej w części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych z gwintem stożkowym dwufunkcyjnych, blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych oraz w części nasadowej 6 otworów blokowanych z gwintem stożkowym o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania implantów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

5. Czy Zamawiający w Zadaniu nr **13 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej obojczykowej posiadającej 2 otwory pod druty Kirschnera zamiast 3?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania implantów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

dotyczy zadania nr 13 poz. 2

6. Czy Zamawiający w Zadaniu nr **13 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania płytki obojczykowej z hakiem posiadającej w części trzonowej otwory blokowane z gwintem stożkowym dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania implantów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

dotyczy zadania nr 13 poz. 3

7. Czy Zamawiający w Zadaniu nr **13 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższej nasady kości ramiennej posiadającej w części trzonowej 3 do 8 otworów blokowanych z gwintem stożkowym dwufunkcyjnych, blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych oraz w części nasadowej 9 otworów blokowanych z gwintem stożkowym o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania implantów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

dotyczy zadania nr 13 poz. 4

8. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 13 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: Gwoździ śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźnia w zakresie 0-10 mm stopniowanej co 5 mm. System wykonany ze stali nierdzewnej, możliwość użycia tytanu/stopu tytanu. Komplet:

- - gwoździ śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (Ø 6-9 mm, dł. 150-250 mm),
- - 4 śruby blokujące w części bliższej 4,5 lub 5,0 mm i 2 w dalszej 3,5 lub 4,5 mm
- - śruba zaślepiająca

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania implantów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

dotyczy zadania nr 13 poz. 5

9. Czy Zamawiający w Zadaniu nr **13 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźnia do kości przedramienia i strzałkowej blokowanego wkrętami 2,7/2,0; 2,7 i 3,5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 14 poz. 1

10. Czy Zamawiający w Zadaniu nr **14 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płyt DSB o długości od 48 mm dla płyty 2otw. do 336 mm dla płyty 20otw.?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 14 poz. 1, 6

11. Czy Zamawiający w Zadaniu nr **14 poz. 1, 6** dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o dł. całkowitej 32 mm zamiast 31mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 14 poz. 2

12. Czy Zamawiający w Zadaniu nr **14 poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźnia posiadającego w dalszej części 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny niegwintowany?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 14 poz. 3

13. Czy Zamawiający w Zadaniu nr **14 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźnia posiadającego w części dalszej 1 otwór dynamiczny oraz 2 statyczne niegwintowane?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 14 poz. 4

14. Czy zamawiający w Zadaniu nr **14 poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźca udowego uniwersalnego posiadającego w części dalszej min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach zamiast 4 otwory oraz z usytuowaniem środka pierwszego otworu dystalnego max. 10 mm od końca gwoźdźca zamiast max. 5 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 14 poz. 5

15. Czy Zamawiający w Zadaniu nr **14 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźca udowego anatomicznego w części dalszej posiadającego min. 3 otw. w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 10 mm od końca gwoźdźca. W części bliższej posiadający min. 4 otw. w tym: 2 rekonstrukcyjne, 1 do blokowania statystycznego lub kompresyjnego i jeden do blokowania proksymalnego antegrade. Blokowanego w części bliższej przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz antegrade wkrętami o średnicy 6,5 mm zamiast 7,5 mm. Implanty barwione jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźca w zakresie 0-15 mm stopniowanej co 5 mm. System wykonany z tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 4 śruby blokujące Ø 4,5 mm lub po dwie śruby blokujące Ø 6,5 mm i Ø 4,5 mm; zaślepka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania implantów zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

dotyczy zadania nr 14 poz. 7

16. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 14 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźca o 2 st. zagięciu części dalszej gwoźdźca. W części dalszej posiadający min. 4 otwory gwintowane i 1 dynamiczny. Gwóźdź bez spłaszczenia dwóch bocznych powierzchni w części dalszej zapewniających obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnienie dla wszystkich średnic gwoźdźca rygli 4,5 lub 5,0 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 14 poz. 13,14,15,16,20

17. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu 14, pozycji 13,14,15,16,20 do osobnego pakietu, w celu zwiększenia konkurencyjności i obniżenia ceny produktu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 16

18. Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set, tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź: Zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 12.08.2015 r.

dotyczy zadania nr 19

19. Czy Zamawiający w zadaniu nr 19 dopuści w pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi pooperacyjnej zaopatrzonego w: dwa dreny typu Redon z trokarami, dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji, silikonowy mieszek ze sprężyną o pojemności 400 ml z zastawką przeciwwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona, worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu, w zestawie oddzielnie pakowany przyrząd do przetaczania krwi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania systemu do autotransfuzji krwi zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.

Dotyczy projekt umowy

20. Mając na względzie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku, kiedy w trakcie wykonywania umowy wytwórca dokonała zmiany numerów katalogowych dla elementów przedmiotu umowy, bez zmiany właściwości tegoż przedmiotu w stosunku do przedmiotu zaoferowanego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Treść powyższej informacji stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:
 KIEROWNIK
 Działu Zamówień Publicznych
 mgr Mariusz Pawlaczek