

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 16 marca 2020 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy nici chirurgicznych II” - nr sprawy 17/20.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie 1

Dot. Zadania 1 poz. 22:Pkt 22

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pozycja 22 dopuści nitkę o długości 60 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dot. Zadania 4 poz.2

Czy Zamawiający w zadaniu 4 w pozycji 2 dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą TAPER POINT PLUS, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dot. Zadania 6, poz.1

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 w pozycji 1 igłę podwójną 2x11mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. Zadania 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 w pozycji 2 igłę podwójną 2x6,5 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. Zadania 6, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 6 w pozycji 3, igłę konwencjonalnie tnącą kosmetyczną II generacji dwuwkłęsłą PRIME o parametrach 4/0 grubość nici, 45 cm długość nici, krzywizna igły 1/2 C?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. Zadania 7 poz. 1

Czy Zamawiający w zadaniu 7 w pozycji 1 dopuści igłę 1/4 koła odwrotnie tnącą kosmetyczną II generacji dwuwkłęsłą podwójną PRIME, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Dot. Zadania 7 poz. 2

Czy Zamawiający w zadaniu 7 w pozycji 2 dopuści igłę odwrotnie tnącą podwójną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek