

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 25 listopada 2019 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy implantów i akcesoriów stosowanych w ortopedii” - nr sprawy 62/19.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w zadaniu 6 dopuści:

Jednorazowa elektroda ablacyjna, wyposażona w czujnik temperatury rzeczywistej w operowanym stawie. Elektroda pracuje w dwóch zakresach, ablacji plazmowej i koagulacji bipolarnej. Dwa przyciski na rękojeści żółty i niebieski do sterowania powyższymi funkcjami. Dedykowane rozmiary i wychylenia do odpowiednich procedur, operacje kolana 50* zakrzywienia i średnica elektrody 2,7mm; do operacji barku 90* zakrzywienia i 3,35mm średnicy. Dostawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wypożyczenia: Bipolarnego generatora typu RF do zabiegów artroskopowych. Generator automatycznie wykrywa elektrodę i ustawia optymalny poziom mocy ablacji i koagulacji w zależności od jej typu. Wyposażony w system monitoringu temperatury rzeczywistej w stawie z możliwością ustawienia alarmu dźwiękowego na zadanym poziomie. Monitor dotykowy LCD wskazujący typ podpiętej elektrody, aktualny poziom ablacji (5 stopni) i koagulacji (2 stopnie) oraz temperaturę rzeczywistą mierzoną przez elektrodę bipolarną lub w przypadku elektrody monopolarnej stopień przylegania elektrody biernej. Możliwość zmiany natężenia dźwięku bezpośrednio z głównego wyświetlacza. Zakres pomiaru temperatur 20-60 stopniC. Maksymalne napięcie przy ablacji bipolarnej 450W, przy ablacji monopolarnej 500W współpraca zarówno z elektrodami bipolarnymi oraz monopolarnymi

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu tworzenia depozytu w Zadaniu nr 3?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 wyrazi zgodę na użyczenie wkrętaków?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania śruby kaniulowanej do kostki Ø3,5mm w długości 20-60mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dot. zapisów projektu umowy nr 1:

Pytanie 5

Czy Zamawiający w §4 ust. 2 lit a i e dookreśli, iż dwukrotne przekroczenie w realizacji dostawy / reklamacja / uprawniające do ewentualnego odstąpienia od umowy musi nastąpić w jednym miesiącu?

Z uwagi na okres obowiązywania umowy oraz sposób realizacji zamówienia koniecznym jest dookreślenie w jakim terminie będą liczone opóźnienia w dostawie uprawniające do odstąpienia od umowy/ częstotliwość reklamacji.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w §4 ust. 2 lit a dookreśli, iż zwłoka w dostawie jest liczona w dniach roboczych?

Pytanie 7

Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 2, iż w przypadku wyrobów na które nie został nałożony obowiązek wskazywania okresu ważności okres gwarancji wynosi 12 miesięcy?

Pytanie 9

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 2 z 1% całkowitej wartości umowy na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne₂

zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 3531 k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami. Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednocześnie umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dookreślił w §9 ust.4, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: (dot. pytań 5-10) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Dot. zadania nr 2

Pytanie 11

Poz. nr 1-4 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów obłożeń o chłonności warstwy zewnętrznej min. 285%? Pozostałe parametry bez zmian

Pytanie 12

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii stawu kolanowego posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 245 x 320 cm z otworem $\varnothing$ 7 cm i $\varnothing$ 5 cm, z workiem do gromadzenia płynów i uchwytem Velcro oraz 2 opaski elastyczne w rozmiarze 15cm x 5m bez zapinek? Pozostały skład bez zmian

Pytanie 13

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezoplastyki stawu kolanowego posiadającego w swoim składzie opaskę elastyczną w rozmiarze 15cm x 5m bez zapinek? Pozostały skład bez zmian

Pytanie 14

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezoplastyki stawu biodrowego posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 200 x 320 cm, z otworem przylepnym „U” w rozmiarze 10 x 95 cm?

Odpowiedź: (dot. pytań 11-14) Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do endoprotezoplastyki stawu biodrowego posiadającego dodatkowo w swoim składzie 2 ręczniki w rozmiarze 30 x 33 cm i strzykawkę 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego posiadającego w swoim składzie ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm? Pozostały skład bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17**Dot. Projektu Umowy**

§ 1, ust. 2- W związku z zastrzeżeniem w umowie uprawniającym zamawiającego do niezrealizowania całości zamawianego asortymentu bez jednoczesnego określenia minimum gwarantowanego wnosimy o jego wykreślenie lub o jego zmianę poprzez wpisanie gwarantowanego minimum poziomu realizacji przedmiotu zamówienia na poziomie 70%

Zrezygnowanie przez Zamawiającego z określenia minimalnej wysokości realizacji umowy i przyjęcie dowolności w tym zakresie, stanowi dla potencjalnego Wykonawcy niepewność obrotu gospodarczego. W przedmiotowym postępowaniu można dostrzec dysproporcję między świadczeniami Zamawiającego i Wykonawcy, przy czym ten pierwszy przyjmuje pozycję dominującą, znacznie ograniczając prawa Wykonawcy. W owym stosunku to Wykonawca będzie ponosił znaczące ryzyko realizacji zamówienia; po pierwsze, w zakresie obowiązku zabezpieczenia realizacji umowy, a po drugie – zabezpieczenia swojej odpowiedzialności przewidzianej w umowie i w przepisach prawa. Rażąca dysproporcja między stronami, może stanowić podstawę naruszenia zasad współżycia społecznego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

Pytanie 18**Dotyczy zadania nr 6**

Czy zamawiający dopuści zamiennie pkt 1 (elektroda wkręcana) oraz pkt 2 (rękojeść do elektrod), na elektrody boczne sztywne zaopatrzone w rękojeść z odsysaniem o rozmiarach 4mm x 160mm zaopatrzonych w kabel zasilający kompatybilny z konsolą Mitek VAPR III?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach ofertowych załączonych do oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek