

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 22 listopada 2019 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Doposażenie Oddziału Udarowego” - nr sprawy 63/19.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Zadanie nr 1- łóżko medyczne- 20 szt

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pkt. 2 opisu dopuści szerokość całkowitą z barierkami lub bez barierek 930 mm, gdzie krążki odbojowe są najdalej wysuniętym elementem ?

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pkt. 2 opisu dopuści szerokość całkowitą z barierkami lub bez barierek 970 mm, gdzie krążki odbojowe są najdalej wysuniętym elementem (wymiały leża 850x2000 mm)?

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści szczyty łóżka malowane farbą proszkową z płytą HPL 6 mm ?

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści szczyty łóżka ze stali nierdzewnej z płytą HPL 6 mm ?

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści szczyty z tworzywa ABS z kolorowym akcentem kolorystycznym do wyboru?

Odpowiedź: (dot. pytań od 1 do 5) Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pkt. 11 opisu dopuści półkę wysuwaną za pomocą mechanizmu suwnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pkt. 15 opisu dopuści obciążenie 200 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pkt. 16 opisu dopuści barierkę wykonaną z 4 profili 30x20 mm składana za pomocą dźwigni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 7- łóżko medyczne hydrauliczne-3 szt.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w pkt. 2 opisu dopuści szerokość całkowitą z barierkami 970 mm, gdzie krążki odbojowe są najdalej wysuniętym elementem (wymiary leża 850x2000 mm)?

Pytanie 10

Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści szczyty łóżka malowane farbą proszkową z płytą HPL 6 mm ?

Pytanie 11

Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści szczyty łóżka ze stali nierdzewnej z płytą HPL 6 mm ?

Pytanie 12

Czy Zamawiający w pkt. 5 opisu dopuści szczyty z tworzywa ABS z kolorowym akcentem kolorystycznym do wyboru?

Odpowiedź: (dot. pytań od 9-12) Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w pkt. 6 opisu dopuści półkę wysuwaną za pomocą mechanizmu suwnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Czy Zamawiający w pkt. 19 opisu dopuści barierkę wykonaną z 4 profili 30x20 mm składana za pomocą dźwigni?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach ofertowych załączonych do oferty.

Starszy Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
N 2 Hieronim Ciuper

2

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

**WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY**
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www.szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663