

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 07-12 2016 roku

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: „*sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej*”
(sprawa nr 82/16)

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyłączy z Pakietu 13 pozycje od 15 do 18 do odrębnego pakietu? Zestaw do hodowli i wykrywania bakterii Colilert 18/100 nie jest dostępny dla wielu Oferentów i umieszczenie go w pakiecie ze sprzętem jednorazowym uniemożliwia złożenie ofert, a tym samym ogranicza uczciwą konkurencję. Wyłączenie tych pozycji do odrębnego pakietu zagwarantuje Zamawiającemu zwiększenie konkurencyjności ofert w Pakiecie 13 oraz pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z Zadania nr 13 pozycje: 15, 16, 17 do nowo utworzonego zadania tj. zadania nr 14 pn.: Zestaw do hodowli i wykrywania bakterii Colilert 18/100 oraz akcesoria do zestawu.

(Powyższa odpowiedź prowadzi do: zmiany Formularza Cenowego nr 13, Formularza Ofertowego, utworzenia nowego Formularza Cenowego nr 14.)

Zmodyfikowany/obowiązujący Formularz Cenowy nr 13, Formularz Ofertowy, nowo utworzony Formularz Cenowy nr 14 stanowią załącznik do niniejszej informacji.

ZADANIE NR 3 :

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby próbówki były wyposażone w pionowe filtry: tłuszczowy i przesiewowy co zapewni otrzymanie materiału oczyszczonego z włókien roślinnych oraz kropel tłuszczu, które mogą przeszkadzać w analizie?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby próbówki były jednorazowe i kompatybilne z wirówkami na 15 ml?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby próbówki nie wymagały w analizie dodawania octanu etylu (eteru)?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga szkoleń zakończonych certyfikatem przez autoryzowanego dystrybutora?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferenci złożyli oświadczenie / potwierdzenie od Producenta oferowanego systemu, który zapewnia oferenta (dystrybutora/subdystrybutora czy inny podmiot) o zapewnieniu ciągłości dostaw na okres trwania umowy.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 7 Dotyczy Zadanie nr 10 Poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do lateksowej identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grupy B konfekcjonowany po 60 ozn./op?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 8 Dotyczy Zadanie nr 10 Poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do lateksowej identyfikacji *Streptococcus pneumoniae* konfekcjonowany po 25 ozn./op z odpowiednim przeliczeniem na wymagane zapotrzebowanie ?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 9 Dotyczy Zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści Osocze królicze liofilizowane konfekcjonowane 10 fiolek a 3 ml i zaoferowanie 10 op. takiego produktu?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 10 dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 1 ust.2 umowy w przedstawiony poniżej sposób:

„Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy. W przypadku, gdy Zamawiający nie zrealizuje przedmiotu umowy o wartości określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy.”

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”, izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

DOTYCZY ZADANIA NR 1:

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Ponadto wg najnowszych zaleceń KORLD dopuszczalne jest stosowanie testów MIC zarówno na podłożu bibułowym jak i plastikowym.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych w opakowaniu typu blister, który od spodu będzie pokryty folią aluminiową wzmocnioną papierem i plastikową folią? Takie rozwiązanie gwarantuje Zamawiającemu uniknięcie ewentualnych uszkodzeń opakowania np. podczas transportu, zapewniając sterylność krążków.

Odpowiedź: NIE

DOTYCZY ZADANIA NR 2:

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 krążków z minimalnym terminem ważności wynoszącym 8-9 miesięcy?

Odpowiedź: NIE

DOTYCZY ZADANIA NR 5:

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 i 2 podłoży z minimalnym terminem ważności wynoszącym 4 miesiące?

Odpowiedź: NIE

DOTYCZY ZADANIA 11:

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osocza w wielkości opakowania 10x 2 ml?

Odpowiedź: NIE

DO ZADANIA NR 4

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 3-10, 13-15, 17, 19, 23, 25 produktów z terminem ważności minimum 11 tygodni licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego? Produkty posiadają 3-miesięczny termin ważności w chwili wyprodukowania.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 produktu z terminem ważności minimum 7 tygodni licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego? Produkt posiada 2-miesięczny termin ważności w chwili wyprodukowania.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 16 produktu z terminem ważności minimum 3 tygodnie licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 16 produktu z terminem ważności minimum 11 tygodni licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 16 produktu, który nie jest wyrobem medycznym?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 22, 25 oraz 27 produktów, które nie są wyrobami medycznymi?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 21

Czy Zamawiający w Wymaganiach stawianych Wykonawcy nie popełnił omyłki pisarskiej? Czy Zamawiający chce, aby Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczył ulotkę kolorową dla pozycji nr 17 (Chrom agar Candida – płytka 90 mm)?

Odpowiedź: Wykonawca wraz z pierwszą dostawą towaru zobowiązany jest dostarczyć kolorową ulotkę dla pozycji nr 17 (Chrom agar Candida – płytka 90 mm) obrazującą wzrost następujących mikroorganizmów: C. albicans, C. glabrata, C. krusi, C. kefir, C. lusitaniae, C. tropicalis oraz opisy identyfikujące podłoża.

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 17 produktu zgodnie z załączoną metodyką?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 17 produktu zgodnego z załączoną metodyką (metodyka stanowi załącznik do niniejszej informacji).

DO ZADANIA NR 5**Pytanie 23**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 produktu z minimalnym terminem ważności minimum 5 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego? Produkty w chwili wyprodukowania posiadają termin ważności 6 miesięcy.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 produktu z minimalnym terminem ważności minimum 5 miesięcy licząc od dnia dostawy do Zamawiającego? Produkty w chwili wyprodukowania posiadają termin ważności 6 miesięcy.

Odpowiedź: TAK

DO ZADANIA NR 7**Pytanie 25**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 produktu z terminem ważności minimum do 31.05.2017? Producent w obecnej chwili posiada dany produkt z tym terminem ważności.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 testów w opakowaniach zbiorczych, które wystarczają na mniejszą liczbę oznaczeń niż 800? Zamawiający zaoferuje taką ilość opakowań aby wystarczyły na ilość oznaczeń zgodną z formularzem cenowym: 1600 oznaczeń.

Odpowiedź: NIE

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 testów, zawierających 25 oznaczeń w opakowaniu i zaoferowanie 20 takich opakowań?

Odpowiedź: NIE

DO ZADANIA NR 8**Pytanie 28**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 produktu z terminem ważności minimum do 30.11.2017? Producent w obecnej chwili posiada dany produkt z tym terminem ważności.

Odpowiedź: TAK

DO ZADANIA NR 10**Pytanie 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 produktu z terminem ważności minimum do 31.01.2018? Producent w obecnej chwili posiada dany produkt z tym terminem ważności.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 produktu z terminem ważności minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź: NIE

Pytanie 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 produktu z terminem ważności minimum do 30.09.2017? Producent w obecnej chwili posiada dany produkt z tym terminem ważności.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 produktu z terminem ważności minimum do 30.09.2017? Producent w obecnej chwili posiada dany produkt z tym terminem ważności.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 produktu z terminem ważności minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK

DO ZADANIA NR 11

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 produktu w opakowaniu 1 fiol. a 5 ml i na zaoferowanie 60 takich opakowań?

Odpowiedź: TAK

Do zadania nr 4

Pytanie 34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 16 produktu z terminem ważności minimum 11 tygodni licząc od dnia dostawy towaru do Zamawiającego?

Odpowiedź: TAK

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku, kiedy Wykonawca będzie oferował wyrób zgodny z powyższymi odpowiedziami winien to uwzględnić w odpowiedniej pozycji Formularza (zaleca się wpisanie konkretnego nr pytania - odpowiedzi)


Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W załączeniu:

- obowiązujący Formularz Ofertowy, Formularz Cenowy nr 13, Formularz Cenowy nr 14. (oferty prosimy składać na Formularzach załączonych do niniejszej informacji).
- metodyka - dotyczy zadania nr 4 poz. 17.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek

CHROMagar™ Candida



CHROMagar™ Candida oryginalne podłoże wybiórcze służące do hodowli i izolacji drożdżaków oraz szybkiego różnicowania poszczególnych gatunków *Candida* sp.

CHROMagar™ Candida

Podłoże wybiórcze służące do hodowli i izolacji drożdżaków, oraz szybkiego różnicowania poszczególnych gatunków *Candida* sp.

Postępowanie:

Posiać materiał bezpośrednio na płytkę ogrzaną do temperatury pokojowej. Podłoże powinno być inkubowane w ciemności w temperaturze $35 \pm 2^\circ\text{C}$ przez 24 – 48 godzin. Optymalne wybarwienie kolonii następuje po 48 godzinach.

Interpretacja:

mikroorganizm	barwa	powierzchnia	brzeg
<i>Candida albicans</i>	zielona / turkusowa	błyszcząca	gładki
<i>Candida tropicalis</i>	metaliczna niebieska	gładka, błyszcząca	gładki
<i>Candida glabrata</i>	jasnoczerwona	gładka, błyszcząca	gładki
<i>Candida krusei</i>	jasnoróżowa	szorstka, puszysta	nieregularny

► W diagnostyce rodzaju *Candida*, poza wykrywaniem *Candida albicans* szczególnie ważna jest detekcja *C. tropicalis* i *C. krusei*. Szczepy te mają tendencję do większej oporności na leki przeciwgrzybicze i dlatego też ich diagnostyka ma ogromne znaczenie przy doborze właściwej terapii szczególnie u pacjentów w immunosupresji.

Literatura: (1) Odds, F.C. i R. Bernaerts. 1994. CHROMagar Candida, a New Differentiation Isolation Medium for Presumptive Identification of Clinically Important Candida Species. J.C.M. 32: 1923-1929. (2) Beighton, D. et al. 1995. Use of CHROMagar Candida Medium for Isolation of Yeasts from Dental Samples. J.C.M. 33: 3025-3027. (3) Pfaller, M.A. et al. 1996. Application of CHROMagar Candida for Rapid Screening of Clinical Specimens for *Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei*, and *Candida (Torulopsis) glabrata*. J.C.M. 34: 58-61.

Możliwość identyfikacji następujących gatunków:

gatunki	
<i>Candida albicans</i>	<i>Candida parapsilosis</i>
<i>Candida famata</i>	<i>Candida pelliculosa</i>
<i>Candida (Torulopsis) glabrata</i>	<i>Candida tropicalis</i>
<i>Candida guilliermondii</i>	<i>Candida utilis</i>
<i>Candida humicola</i>	<i>Cryptococcus laurentii</i>
<i>Candida inconspicua</i>	<i>Debaryomyces polymorphus</i>
<i>Candida kefyr</i>	<i>Geotrichum</i> spp.
<i>Candida krusei</i>	<i>Pichia</i> spp.
<i>Candida lambica</i>	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>
<i>Candida lusitanae</i>	<i>Trichosporon</i> spp.
<i>Candida norvegensis</i>	

CHROMagar™ Candida

Postacie handlowe:

nr. kat.: 0201 - postać dehidrylowana (100 g, 250 g, 500 g);
nr. kat.: 1400 - płytki Petriego (1 x 10 sztuk);
nr. kat.: 3208 - butelki (100 ml, 200 ml, 500 ml).

Oferta obejmuje:

CHROMagar™ Candida różnicowanie *C. albicans*, *C. tropicalis*, *C. krusei*
CHROMagar™ Orientation różnicowanie patogenów w moczu
CHROMagar™ ECC wykrywanie i oznaczanie ilościowe *E. coli* i bakterii z grupy coli
CHROMagar™ O157 wykrywanie *E. coli* O157
CHROMagar™ Salmonella Plus wykrywanie iaktozododatnich *Salmonella*
CHROMagar™ Salmonella wykrywanie *Salmonella* łącznie z *S. typhi*
CHROMagar™ Staph aureus wykrywanie *Staphylococcus aureus*
CHROMagar™ MRSA wykrywanie metycylinoopornych *Staphylococcus aureus*
CHROMagar™ Vibrio wykrywanie *Vibrio parahaemolyticus*, *V. vulnificus*, *V. cholerae*
CHROMagar™ VRE wykrywanie wankomycynopornych enterokoków