Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 22 sierpnia 2017 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów – **znak sprawy 48/17**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 5 poz. 1 – 5

1. Czy Zamawiający dopuści filtr z portem do kapnografii typu Luer, na lince, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

dotyczy zadania nr 5 poz. 1

2. Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji dla bakterii j wirusów wynosząca 99,999%, z mechaniczną, hydrofobową membraną filtrującą o powierzchni powyżej 500 cm2, objętość oddechowa 200-1500 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

dotyczy zadania nr 5 poz. 3

3. Czy Zamawiający dopuści filtr o szerszym zakresie objętości oddechowych- 75-1200 ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

dotyczy zadania nr 5 poz. 5

4. Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z wyraźnie wyodrębnionym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze 40 g, przestrzeni martwej 54 ml, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

dotyczy zadania nr 5 poz. 6

5. Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających samodzielnie-wykonany z pianki, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

dotyczy zadania nr 9 poz. 1 – 4

6. Prosimy o dopuszczenie masek do podawania tlenu i do nebulizacji wykonanych z medycznej jakości PCV, ze śladowymi ilościami ftalanów, z metalowym klipsem na nos, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 10 poz. 3, 4

7. Czy Zamawiający dopuści, w zamian jednorazowego urządzenia nadkrtaniowego, maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

dotyczy zadania nr13 poz. 7, 8

8. Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 13 pozycji 7, 8? Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową. Pozostawienie pakietu w formie, jaką opisał Zamawiający spowoduje, iż w tej części zamówienia wystartuje tylko jeden dostawca, świadomy braku jakiejkolwiek konkurencji w niniejszym postępowaniu, złoży ofertę zdecydowanie mniej korzystną cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr13 poz. 7 – 12

9. Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr13 poz. 7

10. Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm, bez zastawki?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

11. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu chemoterapeutyków, z mikro-kolcem, z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm oraz z filtrem cząsteczkowym 5 µm, z zaworem bezigłowym zabezpieczającym przed rozlaniem płynu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

dotyczy zadania nr13 poz. 10

12. Proszę o dopuszczenie przyrządu odpornego na ciśnienie 2 bary. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

dotyczy zadania nr15 poz. 1

13. Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą dotychczas stosowaną w Państwa placówce, wykonaną z PUR? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

14. Czy Zamawiający wymaga, aby kaniula była zapakowana w opakowanie Tyvec, które stanowi lepsze zabezpieczenie dla kaniuli, niż opakowanie folia-papier? Tyvec jest materiałem bardziej odpornym na przypadkowe rozerwanie, rozszczelnienie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kaniul zgodnych z opisem zawartym w SIWZ

dotyczy zadania nr18 poz. 1

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr19 poz. 1

16. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe obwody oddechowe anesiezjologlczne dla dorosłych, składające się z dwóch rur o maksymalnej długości 180 cm z dodatkową rurą rozciągalną do 180 cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

dotyczy zadania nr19 poz. 3

17. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych, składające się z dwóch rur o maksymalnej długości 180 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

dotyczy zadania nr 20 poz. 1

18. Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą dla pacjenta metodą sterylizacji, tj. parą wodną?

Odpowiedź: NIE, zgodnie z SIWZ

19. W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia na wezwanie badań na biokompatybilność chlorheksydyny zawartej w żelu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ

20. Czy Zamawiający wymaga żel z aplikatorze w formie ampułkostrzykawki, umożliwiającej pełne wykorzystanie żelu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie żelu z aplikatorze w formie ampułkostrzykawki.

dotyczy zadania nr 23 poz. 1

21. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby oferowany układ posiadał powyższe zabezpieczenie.

22. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania układu oddechowego z odcinkiem wdechowym o dł. 1,2 m w części podgrzewanej i dł. 2,1 m drenu do pomiaru ciśnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu o powyższej charakterystyce.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 23 poz. 14 – 16

23. Czy Zamawiający dopuści układ mocowany na czapkę?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z paskowego mocowania generatora. Dopuszcza układ mocowany na czapeczkę.

24. Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 23 „Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant" pozycji : ? Paskowe mocowania elastyczne, delikatne nie powodujące odleżyn, wyposażone w rzep do mocowania generatora w rozmiarach 24 – 28cm, 26 – 32cm, 32 – 37cm i utworzenie odrębnego pakietu . pow. wydzielenie umożliwi wystartowanie większej ilości oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 23 poz. 18

25. Czy Zamawiający wymaga, aby komora nawilżacza układu posiadała dren zasilający w wodę o dł. 1,2m oraz konstrukcję zapobiegającą nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu o powyższej charakterystyce.

26. Czy Zamawiający wymaga, aby komora posiadała informację o dacie ważności i numerze serii na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory posiadającej powyższe informacje.

dotyczy zadania nr 24

27. Czy Zamawiający dopuści układ o poniższych parametrach:
    - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 120 cm
    - niepodgrzewany odcinek przeznaczony do inkubatora o dł. ok. 30 cm
    - odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną
    - odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia
    - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem
    - komplet adapterów umożliwiających stosowanie do różnych typów respiratorów
    - komora nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie, z pływakiem konwekcyjnym zaopatrzony w nakłuwacz z odpowietrznikiem
    - mikrobiologicznie czysty
    - układ posiada rury w dwóch różnych kolorach dla odróżnienia wdechu i wydechu
    - część Y rozłączna z wejściem do podawania surfaktantu

Odpowiedź: TAK

28. Czy Zamawiający wymaga, aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra i był przeznaczony do stosowania w okresie 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 25

29. Czy Zamawiający wymaga, aby zastawka PEEP oferowanego układu oddechowego posiadała

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

zabezpieczenie przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo-wydechowego oraz podwójnie obrotową regulację układu przy zastawce?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu o powyższej charakterystyce.

30. Czy w zestawie z układem ma znajdować się zatyczka uszczelniająca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu o powyższej charakterystyce.

31. Czy Zamawiający wymaga, aby układ posiadał zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie układu o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 26 poz. 2

32. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe mankietu do pomiaru ciśnienia w rozmiarach 3-6 cm, 4-8 cm, 6-11 cm, 7-13 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 28

34. Czy Zamawiający dopuszcza również dostarczenie lepszych i bezpieczniejszych rurek krtaniowych dwukanałowych z możliwością odsysania treści żołądka bez zmian pozostałych parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 32 poz. 6, 7

35. Czy Zamawiający dopuści Czapeczki jednorazowe wykonane z poliamidu i elastanu w rozmiarach dopuszczonych przez Zamawiającego ? Materiał taki sprawia, że czapeczka jest nie tylko miękka ale również elastyczna i rozciągliwa. Tym samym dopasowuje się idealnie do rozmiaru główki pacjenta, nie powoduje zniekształceń i nie uciska skóry pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663