Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 29 października 2018 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów – **znak sprawy 54/14**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 1 – 5

1. Czy Zamawiający dopuści filtr z portem do kapnografii typu Luer, na lince, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania filtrów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 1

2. Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów wynosząca 99,999%, z mechaniczną, hydrofobową membraną filtrującą o powierzchni powyżej 500 cm2, objętość oddechowa 200-1500 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania filtrów zgodnych z SIWZ.

3. Prosimy o dopuszczenie filtra mechanicznego:
   - Skuteczność filtracji dla bakterii i wirusów min. 99,999%
   - Waga: 30 g
   - Port do kapnometrii
   - Opór przepływu 1,3 cm H_20 przy 30 l/min
   - Minimalna objętość oddechowa 200ml
   - Łącznik 22F/15M – 22F/15M
   - Sterylny
   - Jednorazowego użytku
   - Pakowany papier-folia

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania filtrów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 3

4. Czy Zamawiający dopuści filtr o szerszym zakresie objętości oddechowych- 75-1200 ml?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 4

5. Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego antybakteryjno/antywirusowego dla noworodków, elektrostatyczny, hydrofobowy, skuteczność filtracji 99,99%, przestrzeń martwa 11ml, opór ok. 1,1cmH2O przy 11L/min, waga 12g, skuteczność nawilżania 27mg H2O/L, minimalna objętość oddechowa 25ml, port luer lock zabezpieczony szczelnym koreczkiem z gumy na lince, mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania filtrów zgodnych z SIWZ.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 5

6. Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci z wyraźnie wyodrębnionym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze 40 g, przestrzeni martwej 54 ml, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania filtrów zgodnych z SIWZ.

7. Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego o poniższych parametrach
   - Sposób filtracji: intermolekularny o właściwościach elektrostatycznych i mechanicznych
   - Skuteczność filtracji- 99.999%
   - Zwrot wilgoci przy VT 500ml – 32 mg H2O/L
   - Opór przepływu @60L/min – 3 cm H2O
   - Objętość - 57ml
   - Waga – 31g
   - Minimalna objętość oddechowa - 150ml
   - Łącznik - 15M/22f – 22M/15f
   - Filtr pakowany folia – papier , pojedynczo z podaną datą ważności nr katalogowym i numerem seryjnym dostarczonej partii
   - Port do kapnografii luer z kapturkiem zabezpieczającym, dokręcanym(lock)
   - Sterylny

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania filtrów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 5 poz. nr 6

8. Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających samodzielnie-wykonany z pianki, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania wymienników zgodnych z SIWZ.

9. Prosimy o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci HME ze złączem do podawania tlenu i portem do odsysania dla samodzielnie oddychających pacjentów.
   - waga 8g
   - przestrzeń martwa 19 ml
   - wydajność nawilżania 26 H2O/l przy VT 500ml
   - opór przepływu 0,7cm H2O przy 60l/min
   - Możliwość podłączenia filtru do przedłużacza do tlenu w rozmiarze Ch14 lub drenu do tlenu.
   - Sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo.
   - Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności.
   - Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania filtrów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 9 poz. nr 1, 2

10. Czy zamawiający dopuści maseczki wykonane z medycznego, nietoksycznego PCV?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy zamawiający dopuści wyroby bez dokumentów potwierdzających brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga załączenia dokumentów wymienionych w SIWZ, jednocześnie zgodnie z opisem wymagamy masek pozbawionych ftalanów.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy zadania nr 9 poz. nr 1 – 4

12. Prosimy o dopuszczenie masek do podawania tlenu i do nebulizacji wykonanych z medycznej jakości PCV, ze śladowymi ilościami ftalanów, z metalowym klipsem na nos, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania masek zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 9 poz. nr 5, 6, 10

13. Prosimy o wydzielenie poz. 5,6,10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 9 poz. nr 1 – 4, 8, 9

14. Czy zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem o dł. Ok. 200 cm +/- 10 cm, o przekroju standardowym, ze wzmocnieniami wzdłuż wewnętrznej strony drenu, wyroby sterylne, każdy zestaw pakowany indywidualnie?

Odpowiedź: TAK.

15. Czy zamawiający dopuści maski wchodzące w skład zestawu z sztywnikiem do modelowania kształtu przy nosie, z możliwością wyjęcia na czas badania do MRI?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 9 poz. nr 3, 4

16. Czy zamawiający dopuści maskę z drenem o długości 200 cm- o przekroju standardowym i nebulizatorem o pojemności 6 ml, typ prosty, wykonaną z nietoksyczny materiału PVC, indywidualnie pakowana, opakowanie PE (z instrukcją użytkowania), sterylne, rozmiary S-XL, rozmiar XS dla niemowląt, rozmiar S-M dla dzieci oraz rozmiar L-XL dl dorosłych?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 10 poz. nr 3 – 4

17. Czy Zamawiający dopuści, w zamian jednorazowego urządzenia nadkrtaniowego, maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania wyrobów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 11 poz. nr 1

18. Wnosimy o dopuszczenie zestawu do drenażu klatki piersiowej o parametrach:
    - wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 2000 ml)
    - sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika
    - automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,
    - płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

- możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu
- gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,
- monitor przecieku powietrza
- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek
- przystosowany do zawieszenia na łóżku
- zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymaga zaoferowania zestawów zgodnych z SIWZ.

dotyczy zadania nr 18 poz. nr 1

19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 19 poz. nr 1

20. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych, składające się z dwóch rur o maksymalnej długości 180 cm z dodatkową rurą rozciągalną do 180 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 19 poz. nr 3

21. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe obwody oddechowe anestezjologiczne dla dorosłych, składające się z dwóch rur o maksymalnej długości 180 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 19 poz. nr 1, 2, 3

22. Czy zamawiający wymaga, żeby wszystkie elementy układów oddechowych były pakowane w opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź: TAK.

dotyczy zadania nr 26 poz. nr 2

23. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe mankietu do pomiaru ciśnienia w rozmiarach 3-6 cm, 4-8 cm, 6-11 cm, 7-13 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 32 poz. nr 8, 9, 10

25. Czy Zamawiający dopuści Czapeczki jednorazowe wykonane z poliamidu i elastanu w rozmiarach dopuszczonych przez Zamawiającego? Materiał taki sprawia, że czapeczka jest nie tylko miękka ale również elastyczna i rozciągliwa. Tym samym dopasowuje się idealnie do rozmiaru główki pacjenta, nie powoduje zniekształceń i nie uciska skóry pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663

dotyczy projektu umowy

26. Wnosimy do Zamawiającego o zmianę zapisu w **§ 3 lit. 2a) i 2c)** wzoru umowy i dodanie treści: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
    a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy, **za wyjątkiem sytuacji kiedy wstrzymanie dostaw jest wynikiem braku płatności ponad termin określony umową**".
    c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy ***z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania"***
    Zamawiający wprowadzając taki zapis wydłuża sobie termin płatności dostaw bez konieczności terminowej zapłaty za dostarczony sprzęt, gdyż zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym rozwiązaniem umowy i naliczeniem Dostawcy kar umownych. Z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie.

27. **Dotyczy § 3 lit. 2e)** wzoru umowy Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww. paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:
    2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
        e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia"

    Pozostawienie ww. paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy jak na wstępie.

28. **Dotyczy §3 ust. 2 a)** Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację w/w ustępu, tak aby otrzymał on brzmienie: „Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 5 % niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy, jeżeli:
    a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy trzykrotnie przekroczy, o co najmniej pięć dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,(...)".

Odpowiedź: (dotyczy pyt. 26 – 28) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity ze zmianami) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Marian Pawlaczyk

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663