

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 30 stycznia 2019 roku

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

#### INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestetycznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów oraz przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych/krwi – **znak sprawy 6/19**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

#### dotyczy zadania nr 4 poz. nr 2

1. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika jednorazowego, sterylnego, nie zawierającego lateksu, bezklejowego, hypoalergicznego dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków poniżej 3 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo. Czujnik prawidłowo identyfikowany przez pulsoksymetry pracujące w technologii Oximax.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania czujnika zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.**

#### dotyczy zadania nr 6 poz. nr 2

2. Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w zadaniu 6 wydzieli pozycje: 2 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji**

3. W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie rodzaju konektora w mankiecie.

**Odpowiedź: Jak na załączonej fotografii, Zamawiający dopuszcza również konektor plastikowy**



4. Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia w rozmiarach 3,3-5,6cm, 4,2-7,1cm, 6,9-11,7cm, 8,9-15cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**dotyczy zadania nr 13 poz. nr 2**

5. Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku z opakowania, zaferowane w pakiecie 13, posiadało, dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 3 µm o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej wynoszącej > 99,999% oraz filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm, o dopuszczalnym czasie użytkowania 4 dni, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,75 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.**

**dotyczy zapisów SIWZ**

6. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź: TAK.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia **zadania nr 7** (rurki krtaniowe) zawartego w Formularzu Cenowym.

W związku z powyższym zmodyfikowany Formularz Cenowy Zamawiający załącza poniżej do niniejszych wyjaśnień, a formularz załączony do SIWZ traci ważność. **Oferty prosimy składać na aktualnym formularzu!**

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczyk

.....  
 (pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

### Zadanie nr 7

L.p.	Nazwa artykułu (wyrobu)	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5)	Wartość podatku VAT	Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7)	Producent / Nr katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rurki krtaniowe + strzykawka + zgryzak 0 LTS -D	szt	14					
2.	Rurki krtaniowe + strzykawka + zgryzak 1,0 LTS -D	szt	14					
3.	Rurki krtaniowe + strzykawka + zgryzak 2,0 LTS -D	szt	14					
4.	Rurki krtaniowe + strzykawka + zgryzak 2,5 LTS -D	szt	14					
5.	Rurki krtaniowe + strzykawka + zgryzak 3,0 LTS -D	szt	110					
6.	Rurki krtaniowe + strzykawka + zgryzak 4,0 LTS -D	szt	110					
7.	Rurki krtaniowe + strzykawka + zgryzak 5,0 LTS -D	szt	60					
				<b>RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA</b>				

.....  
 / miejscowość, data/ podpisy, pieczęć-osób upoważnionych/