

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, 31 stycznia 2019 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezyjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów oraz przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych/krwi – **znak sprawy 6/19**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1 poz. nr 1 – 5

1. Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji

dotyczy zadania nr 1 poz. nr 11

2. Czy Zamawiający dopuści igłę pp 26 G standard z prowadnicą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. nr 16

3. Czy Zamawiający dopuści igłę pp 27 G pencil – point o długości 90 mm z prowadnicą w komplecie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. nr 17

4. Czy Zamawiający dopuści igłę pp 27 G pencil – point o długości 120 mm z prowadnicą w komplecie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 4 poz. nr 1

5. Prosimy o podanie w jakiej technologii mają pracować czujniki: Nellcor czy Masimo?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ – Oximax.

dotyczy zadania nr 4 poz. nr 2

6. Prosimy o podanie, do jakiego monitora ma pasować czujnik oraz w jakiej ma pracować technologii

Odpowiedź: Do monitora EMTEL, technologia zgodna z zapisami SIWZ – Oximax

dotyczy zadania nr 6 poz. nr 2

7. Prosimy o wydzielenie poz.2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji

dotyczy zadania nr 8 poz. nr 1

8. Czy zamawiający dopuści laryngoskop światłowodowy gdzie rękojeść i łyżka są oddzielnie pakowane ale w pełni kompatybilne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 8 poz. nr 2

9. Proszę o doprecyzowanie do jakiego laryngoskopu zamawiający oczekują akumulatora skoro w zadaniu 8 poz. 1 oczekują laryngoskopu jednorazowego ?

Odpowiedź: Do laryngoskopu Laryngobloc

dotyczy zadania nr 12

10. Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający ma na myśli, określając przedmiot zamówienia w sposób: „Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych”. Czy chodzi o podgrzewacz płynów infuzyjnych i krwi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zestawów do ogrzewania płynów zgodnych z zapisami SIWZ.

dotyczy zadania nr 13

11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia do wielokrotnego pobierania płynu/leku z pojemnika zbiorczego z dwoma filtrami : filtr powietrza, bakteryjny i hydrofobowy o wielkości porów 0,2 mikrona oraz filtr płynu 5 mikronów, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów, zatyczkę chroniącą port dostępu w kolorze białym, domykana ręcznie. Objętość wypełnienia systemu – 0,21ml, możliwość stosowania do 72 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.

12. Czy Zamawiający dopuści urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny 1,2 µm o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej oraz filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm, o dopuszczalnym czasie użytkowania 24 h, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,65 ml, kompatybilne z opakowaniami opakowań płynów infuzyjnych typu butelka?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ.

dotyczy zadania nr 14 poz. nr 1, 2

13. Czy Zamawiający dopuści przyrządy do infuzji bez łącznika do dodatkowych iniekcji?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający wymaga przyrządów zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

dotyczy zadania nr 14 poz. nr 1

14. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby przyrządy do przetaczania płynów były wyposażone w wewnętrzną opaskę stabilizującą. Jednocześnie proszę o dopuszczenie przyrządów bez wewnętrznej opaski stabilizującej, z powodzeniem stosowanych w wielu placówkach służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyrządów zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

dotyczy zadania nr 14 poz. nr 2

15. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby przyrządy do przetaczania krwi były wyposażone w łącznik dodatkowych iniekcji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przyrządów zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Marcin Pawlaczek