

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 19 stycznia 2015r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy elektrod i akcesorii dla potrzeb Bloku Operacyjnego (sprawa nr 1/15).

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy informujemy co następuje:

Pytanie Nr 1 dot. pozycji nr 8 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną szpatułę jednorazową, o długości całkowitej 15,3 cm, o wymiarach części roboczej 18 x 2 mm, do uchwyt o śr. 2,4 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody monopolarnej jak wyżej opisał wykonawca.

Pytanie nr 2 dot. pozycji 10 Formularza Cenowego:

Czy Zamawiający dopuści czyściki do elektrod monopolarnych, jednorazowe 50 x 50 mm, o grubości 6 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czyścików do elektrod monopolarnych o parametrach jak wyżej opisano.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek