

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 28 stycznia 2020 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej” - nr sprawy 5/20.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie 1

Dot. Zad. 1.

Czy zamawiający dopuszcza paski MIC na nośniku bibułowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania do umowy:

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie 3

(§ 7 pkt 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie 4

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

Odpowiedź: Na tym etapie postępowania zamawiający nie przewiduje sporządzenia kalkulacji.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Projektu umowy.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Projektu umowy.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Projektu umowy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zmianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Projektu umowy.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Projektu umowy.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Projektu umowy.

Pytanie 13

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem dokonania dodatkowego zapisu zgodnie z poniższym:

- Za zgodność z oryginałem od strony do strony....

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów) w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Zadanie nr 3

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 opakowania o wielkości 50 oznaczeń ?

W przypadku wyrażenie zgody prosimy również o zmianę jednostki miary na oznaczenie i wyliczenia wartości netto w następujący sposób: cena jednostkowa oznaczenia x liczba oznaczeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Zadanie nr 4

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów od producenta, który potwierdza swoje wyniki kontroli jakości wybranych podłoży mikrobiologicznych w zewnętrznym laboratorium akredytowanym wg ISO 17025? Jako potwierdzenie Wykonawca załączy do oferty przykładowy raport z wykonywanych badań zgodnie z ISO 11133.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoży w pozycjach 3-10,13-15, 17 oraz 23 z 3 miesięcznym terminem ważności od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w pozycjach 3-10, 13-15, 17 i 23 formularza cenowego z 3 miesięcznym terminem ważności od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę podłoży z terminem ważności jak wyżej wskazano należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzu ofertowym załączonym do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia (pkt II formularza ofertowego).

Pytanie 19

Czy Zamawiający w pozycji nr 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z 60-dniowym terminem ważności od daty produkcji i minimum 7 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z pozycji 12 formularza cenowego z 60-dniowym terminem ważności od daty produkcji i minimum 7 tygodni od daty dostawy. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktu z terminem ważności jak wyżej wskazano należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzu ofertowym załączonym do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia (pkt II formularza ofertowego).

Pytanie 20

Czy Zamawiający w pozycji nr 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z miesięcznym terminem ważności od daty produkcji i minimum 3,5 tygodnia od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z pozycji 16 formularza cenowego z miesięcznym terminem ważności od daty produkcji i minimum 3,5 tygodni od daty dostawy.
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktu z terminem ważności jak wyżej wskazano należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzu ofertowym załączonym do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia (pkt II formularza ofertowego).

Pytanie 21

Czy Zamawiający w pozycji nr 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 80 sztuk?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy dokonać korekty formularza cenowego powołując się na niniejsze wyjaśnienia.

Dotyczy: Zadanie nr 5

Pytanie 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 1 podłoży w tubach, które pakowane są w opakowanie zbiorcze po 20 sztuk, i tym samym wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 takich opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę. W takim przypadku należy dokonać korekty formularza cenowego powołując się na niniejsze wyjaśnienia.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 i 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z 6-miesięcznym terminem ważności od daty produkcji i minimum 3 miesiące od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z pozycji 1 i 2 formularza cenowego z 6-miesięcznym terminem ważności od daty produkcji i minimum 3 miesiące od daty dostawy.
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktu z terminem ważności jak wyżej wskazano należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzu ofertowym załączonym do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia (pkt II formularza ofertowego).

Dotyczy: Zadanie nr 7

Pytanie 24

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na paski z minimum 6-miesięcznym terminem ważności od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z pozycji 2 formularza cenowego z 6-miesięcznym terminem ważności od daty dostawy.
W przypadku zaoferowania przez wykonawcę produktu z terminem ważności jak wyżej wskazano należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzu ofertowym załączonym do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia (pkt II formularza ofertowego).

Pytanie 25

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na produkt zawierający w opakowaniu 25 sztuk pasków i tym samym zaoferowanie 20 takich opakowań?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie pasków w opakowaniach po 25 szt. i tym samym zaferowanie 20 takich opakowań.

W takim przypadku należy dokonać korekty formularza cenowego powołując się na niniejsze wyjaśnienia.

Dotyczy: Zadanie nr 8

Pytanie 26

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaferowanie testu kasetkowego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Zadanie nr 10

Pytanie 27

Czy Zamawiający w pozycjach nr 1-5 wyrazi zgodę na zestawy z minimum 6-miesięcznym terminem ważności od daty dostawy?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie zestawów w poz. 1-5 formularza cenowego z minimum 6-miesięcznym terminem ważności od daty dostawy.

W przypadku zaferowania przez wykonawcę produktu z terminem ważności jak wyżej wskazano należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzu ofertowym załączonym do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia (pkt II formularza ofertowego).

Dotyczy: Zadanie nr 13

Pytanie 28

Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający w przypadku wyrobów jałowych? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo.

Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 8 ezy pakowane po 10 lub 20 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30

Czy w poz. 1-5 Zamawiający wymaga wymazówek w próbówce o średnicy 13mm, co zapewnia optymalne zanurzenie wacika w podłożu transportowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie 31

Czy w poz. 1-5 Zamawiający wymaga zestawów tego samego producenta, kompatybilnych ze sobą?

6

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów sterylizowanych tlenkiem etylenu (EO)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy warunków umowy w § 1 ust. 2

Pytanie 33

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający zrealizuje przedmiot umowy o wartości min. 80% określonej w ust. 1 § 2 niniejszej umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Dot. zadania Nr 7 Testy do identyfikacji biochemicznej enterokoków, poz. nr 1

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści Reagent for PYR TEST, 1 opakowanie wydajność na 350 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem na wymagane zapotrzebowanie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowania o wydajności na 350 oznaczeń z odpowiednim przeliczeniem na wymagane zapotrzebowanie

dot. zadania Nr 8 Testy immunochromatograficzne

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji szybki, immunochromatograficzny test do jakościowego oznaczania antygenów Giardia w ludzkich próbkach kału, konfekcjonowany po 10 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szybkiego, immunochromatograficznego testu do jakościowego oznaczania antygenów Giardia w ludzkich próbkach kału, konfekcjonowanego po 10 sztuk w opakowaniu.

dot. zadania Nr 10 Testy lateksowe

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 60 sztuk w opakowaniu? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w tej poz. wymagany jest kompletny zestaw tj. testy, enzym, karty?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza testów konfekcjonowanych po 60 sztuk w opakowaniu. Zamawiający potwierdza w tej pozycji wymagany jest kompletny zestaw.

Pytanie 37

Czy Zamawiający dopuści testy do lateksowej identyfikacji Streptococcus pneumoniae, konfekcjonowane po 25 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy do lateksowej identyfikacji Streptococcus pneumoniae, konfekcjonowane po 25 sztuk w opakowaniu.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści testy do lateksowej identyfikacji Staphylococcus aureus, konfekcjonowane po 50 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy do lateksowej identyfikacji Staphylococcus aureus, konfekcjonowane po 50 sztuk w opakowaniu.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści testy do lateksowej identyfikacji paciorkowców beta-hemolizujących grup : A,B,C,D,F,G, konfekcjonowane po 60 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści testy Meningitis: N. meningitidis A, B/E. coli K1, C, Y/W135, H. influenzae Type b, S. pneumoniae, group B streptococci, konfekcjonowane po 25 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy Meningitis: N. meningitidis A, B/E. coli K1, C, Y/W135, H. influenzae Type b, S. pneumoniae, group B streptococci, konfekcjonowane po 25 sztuk w opakowaniu.

Dot. zadania Nr 12, poz. nr 5

Pytanie 41

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie zapisu w poz. nr 5, wskazującego na konkretną firmę olejku immersyjnego i możliwość zaoferowania zamiennika

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę parametru/rozwiązania dopuszczonego przez zamawiającego w niniejszych wyjaśnieniach należy odpowiednio dokonać zmiany w formularzach załączonych do oferty powołując się na niniejsze wyjaśnienia oraz dokonać odpowiedniego przeliczenia na wymagane zapotrzebowanie.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlarczyk 8

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL
ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www.szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440
KRS 0000251663