

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 27 września 2017 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy implantów stosowanych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu – **znak sprawy 51/17**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 16

1. Czy w Zadaniu nr 16 Zamawiający dopuści protezę modułową głowy kości promieniowej bezcementową o średnicach głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16, 18mm i 5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji, bez zachowania pierwotnych wymagań.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 28

2. W związku z rozbieżnościami w określeniu przedmiotu zamówienia w obrębie Formularza Cenowego – Zadanie nr 28 a opisem przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 28 w Części ogólnej, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisów w obydwu dokumentach

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 28

L.p.	Nazwa artykułu (wyrobu)	J.m.	Ilość
1	2	3	4
1.	Kotwica 1 mm - nici 2/0.	szt.	20
2.	Kotwica 1 mm - nici 3/0	szt.	10
3.	Zestaw do więzozrostu kruczo-obojczykowego	szt.	10
4.	Wiertło kaniulowane 4,5 mm	kpl.	2
5.	Kotwica 1,4 mm - zestaw	kpl.	20
6.	Kotwica 2,9 mm	szt.	20
7.	Wiertło 2,9 mm	szt.	20
8.	Zestaw do więzozr. puszczelowo-strzałkowego	szt.	10
9.	Wiertło kaniulowane 3,2 mm	szt.	2

Zadanie nr 28: Zestaw do rekonstrukcji struktur więzadłowych.

- **Poz. 1. Miękka uniwersalna kotwica** o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylne podajnik, wiertło w zestawie.
- **Poz. 2. Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu kruczo-obończykowego** – składający się z guzika tytanowego o średnicy około 10 mm i ostro zakończony z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant
- **Poz. 3. Wiertło kaniulowane** 4,5mm wielorazowego użytku.
- **Poz. 4. Miękka uniwersalna kotwica** o średnicy 1,4mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, sterylnym podajnik, prowadnica, wiertło 1,4.
- **Poz. 5. Miękka uniwersalna kotwica** o średnicy 2,9mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, sterylnym podajniku. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici.
- **Poz. 6. Wiertło** - wiertło 2,9mm
- **Poz. 7. Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego** - składający się z guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm i ostro zakończony z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant.
- **Poz. 8. Wiertło** – wiertło kaniulowane 3,2mm

Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 28 w Części ogólnej (str. 26 SIWZ) powinien mieć treść:

- **Poz. 1, 2 Miękka uniwersalna kotwica** o średnicy 1mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylne podajnik, wiertło w zestawie.
- **Poz. 3. Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu kruczo-obończykowego** – składający się z guzika tytanowego o średnicy około 10 mm i ostro zakończony z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant
- **Poz. 4. Wiertło kaniulowane** 4,5mm wielorazowego użytku.
- **Poz. 5. Miękka uniwersalna kotwica** o średnicy 1,4mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, sterylnym podajnik, prowadnica, wiertło 1,4.
- **Poz. 6. Miękka uniwersalna kotwica** o średnicy 2,9mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, sterylnym podajniku. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici.
- **Poz. 7. Wiertło** - wiertło 2,9mm
- **Poz. 8. Bezwęzłowy system do naprawy więzozrostu strzałkowo-piszczelowego** - składający się z guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm i ostro zakończony z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. W zestawie nić prowadząca implant.
- **Poz. 9. Wiertło** – wiertło kaniulowane 3,2mm

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczuk

2