

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

30 listopada 2020 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy odczynników oraz materiałów zużywalnych na potrzeby Pracowni Patomorfologii- nr sprawy 110/20.

W odpowiedzi na pytania wykonawców informujemy:

Pytanie nr 1 dot. Zadania Nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alkoholu etylowego absolutnego skażonego (100% Dehydrant) dedykowanego do odwadniania preparatów w histopatologii oraz procesorach tkankowych o składzie chemicznym wagowym: alkohol etylowy absolutny 90%, metanol 4,5%, izopropanol 5,5%. Produkt przeznaczony do diagnostyki IVD.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 2 dot. Zadania Nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie alkoholu etylowego absolutnego skażonego dedykowanego do odwadniania preparatów w histopatologii o składzie chemicznym wagowym: etanol <100%, keton metylo-etylowy <1%, izopropanol <1%, benzoesan denatonium <0,01%.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 3 dot. Zadania Nr 2:

Czy w związku z tym iż ksylene są węglowodorem aromatycznym o dużej przenikalności i szkodliwości dla zdrowia człowieka, Zamawiający wymaga opakowań wykonanych z HDPE (polimerów o wysokiej gęstości) lub równoważnych gwarantujących szczelność i bezpieczeństwo? Uzasadnienie: Obecnie na rynku polskim wielu producentów dostarcza ksylene w opakowaniach PP (polipropylen) co powoduje nieszczelność i odparowanie nawet 50% ksylenu, to prowadzi do strat i naraża użytkownika na utratę zdrowia i niebezpieczeństwo pożaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jak wyżej proponuje wykonawca.

Pytanie nr 4 dot. Zadania Nr 4:

Prosimy o dopuszczenie odczynników z poz. 1 i 2 w opakowaniach o pojemności 1 litra.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników z poz. 1 i 2 w opakowaniach o pojemności 1 litra.

Pytanie nr 5 dot. Zadania Nr 5:

Prosimy o dopuszczenie Hematoksyliny Mayera w opakowaniach o pojemności 1 litra.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Hematoksyliny Mayera w opakowaniach o pojemności 1 litra.

Pytanie nr 6 dot. Zadania Nr 6:

Poz.2: Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych 24x60 mm o grubości 0,13 – 0,17 mm zgodnie z normą ISO 8255-1, op. 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szkiełek nakrywkowych 24x60 mm o grubości 0,13 – 0,17 mm zgodnie z normą ISO 8255-1, op. 100 sztuk.

Pytanie nr 7 dot. Zadania Nr 8:

Wnosimy o zmianę szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 1 i 2. Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt, iż podane przez Zamawiającego wymiary noży (to jest 80 x 8 mm) oznaczają, iż wymagane jest dostarczenie noży niskoprofilowych. Naczelną zasadą jest fakt, iż wszystkie dostępne na rynku noże mikrotomoweniskoprofilowe są wystandaryzowane względem uchwytów mikrotomowych. Oznacza to wprost, iż muszą one pasować do wszystkich uchwytów mikrotomowych niezależnie od modelu mikrotomu czy producenta. Głównym zadaniem noży mikrotomowych jest skrawanie preparatów (w tym wypadku bloczków histopatologicznych) na mikrotomie. Żaden uchwyt mikrotomu nie posiada elementów mocujących, które wymuszają stosowanie dodatkowych uchwytów technologicznych w nożach mikrotomowych, a do których niezbędne byłyby dodatkowe otwory. Mocowanie noży odbywa się głównie poprzez wsunięcie noża w szczęki uchwytu mocującego, a następnie zaciśnięcie uchwytu na nożu. Na potwierdzenie powyższego pragniemy również zwrócić uwagę, iż część ogólnodostępnych noży niskoprofilowych nie posiada żadnych otworów technologicznych, np. Plasma Blade SleeMedical GmbH, a są z powodzeniem stosowane do cięcia na mikrotomie. Zatem wymóg dostarczenia noży posiadających otwory technologiczne o konkretnych wymiarach i konkretnej lokalizacji nie ma uzasadnienia technologicznego podczas pracy na mikrotomie, nie wpływa na pracę i funkcjonalność urządzenia, a podanie wymiarów i lokalizacji każdego z otworów stanowi ograniczenie konkurencji.

Nie bez znaczenia jest też fakt, iż producenci noży mikrotomowych opisanych w specyfikacji nie uwzględniają podanych przez Zamawiającego parametrów otworów w opisie swych produktów, zatem przedstawione wymiary i ich lokalizacja mogą być obarczone ryzykiem błędu, wynikającym z narzędzi pomiarowych, w szczególności jeżeli podane wymiary odnoszą się do tak niewielkich rzędów wielkości wymiarów wyrażonych w milimetrach.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu kompatybilności z uchwytami Feather F80 mini i zmianę opisu przedmiotu zamówienia w poz. 1 i 2 z opisu: „ostrza kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80 oraz Feather F80 mini – dwa otwory mocujące w ostrzu o wymiarach 8x2mm w odległości 20 mm od końców” na opis: „ostrza kompatybilne z posiadanymi uchwytami Feather F80 lub Feather F80 mini”. W sytuacji określenia uchwytów posiadanych przez Zamawiającego, bezcelowe jest podawanie w wymogu wymiarów otworów mocujących i ich odległości od końców ostrza. Z uwagi na podanie wymiarów wskazanych w OPZ wymiarów otworów i ich odległości od ostrza, charakterystycznych dla ostrzy jednego producenta na rynku (firmy Feather, której polskim dystrybutorem jest firma Mar-Four) stanowi to ograniczanie konkurencji.

Otwory technologiczne w nożach mikrotomowych mogą służyć tylko i wyłącznie w celu umieszczenia zużytego noża w dodatkowym (przeważnie plastikowym) uchwycie, celem ich dodatkowego wykorzystania, np. podczas pracy przy stole formalinowym, niemniej jednak zwyczajowo dostawcy

noży wraz z nożami dostarczają uchwyciki, kompatybilne z oferowanymi ostrzami, aby zapewnić dodatkowe wykorzystanie zużytego noża przed jego utylizacją.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 8 dot. Zadania Nr 8:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 ostrza do mikrotomu; długość 80mm, szerokość 8mm; grubość 0,25mm; kąt ostrza 350; materiał wykonania – stal nierdzewna. Przeznaczone do cięcia tkanek zamrożonych – kriostat. Dozownik zawierający 50 ostrzy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 9 dot. Zadania Nr 8:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z zasadą zachowania uczciwej konkurencji oraz stosując zasadę równoważności oferowanych produktów, dopuszcza, aby ostrza w poz.1,2 i 3 nie pochodziły od tego samego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 10 dot. Zadania Nr 9 poz. 2:

W związku z tym, iż Zamawiający określił wymóg zaoferowania 1 opakowania gąbek biopsyjnych (op. 1000 szt.), prosimy o potwierdzenie, że oferowane gąbki biopsyjne mogą być białe lub niebieskie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gąbek biopsyjnych białych lub niebieskich.

Pytanie nr 11 dot. Zadania Nr 10:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2: Kasetki biopsyjne z przykrywką, prostokątne otwory 1 x 5 mm, przednia powierzchnia przystosowana do opisu, wieczko zrywane, kolory – niebieski, zielony, żółty, opakowanie zawiera 1000 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 12 dot. Projektu umowy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż **„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”**?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 13 dot. Zadania Nr 13:

Czy Zamawiający będzie wzywał do dostarczenia próbek noży?

Odpowiedź: NIE.

Pytanie nr 14 dot. Zadania Nr 7 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści pudełka tekturowe do archiwizacji preparatów mikroskopowych o wymiarach 16 x 31 x 8,5 cm na 1000 preparatów z przegródkami?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 15 dot. Zadania Nr 8 pkt 1 2 i 3:

Czy w celu zapewnienia odpowiedniego przeznaczenia poszczególnych ostrzy oraz pełnej kompatybilności Zamawiający wymaga aby zaoferowane ostrza pochodziły od jednego producenta oraz dla potwierdzenia posiadały naniesioną nazwę producenta na każdym nożyku oraz uchwycie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 16 dot. Zadania Nr 8 pkt 3:

Czy Zamawiający wymaga żyłek do kriostatu, tj. żyłek wykonanych ze stali węglowej w opakowaniu 20 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie żyłek do kriostatu, tj. żyłek wykonanych ze stali węglowej w opakowaniu 20 szt.

Pytanie nr 17 dot. Zadania Nr 9 pkt 2:

Czy Zamawiający dopuszcza gąbki biopsyjne w kolorze wyłącznie niebieskim w opakowaniu zawierającym 500 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 18 dot. Zadania Nr 9 pkt 3:

Czy Zamawiający dopuści Medium mrożeniowe do kriostatu Killik 100 ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania – do godz. 9⁰⁰ dnia **03 grudnia 2020r.**

Termin otwarcia – do godz. 9³⁰ dnia **03 grudnia 2020r.**

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaszyk